INGENIEROS ELECTRONICOS ASOCIADOS
DE CHRISTOPHER ORLANDO AREVALO MARTINEZ
Electrónica Especializada - Trabajos Eléctricos
Electromedicina - Reparación - Refrigeración
Héroes de la Patria N°70 c/ Quebec
Tel.: 021 327 5757 - LUQUE - PARAGUAY
Email: iea_py@outlook.com
IEA
Seguinos en @ieapy
ieapy.principalwebside.com

SERVICIO TECNICO

0000574

# INFORME DE SERVICIO TECNICO

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 7 | 2 | 23 |

**Cliente:** Policia Nacional
**Equipo:** Monitor Fetal
**Marca:** Edan **Modelo:** **S/N:**
**Servicio:** Gineco Obtetricia **Dirección:** H. de Policia Rigoberto C.

REPUESTOS UTILIZADOS

| CANT. | CODIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 1 | | Cable paciente. |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Hora entrada de servicio:
Hora salida de servicio:

DESCRIPCION DE LA MANO DE OBRA

Limpieza del equipo, ajuste, pruebas y puesta en marcha. Reparación del sistema electrico del equipo, Ajuste de parámetros de control, revisión y mantenimiento de alarmas visuales y sonoras. Remosión de corrosión y limpieza de placas y conectores internos. Provisión y cambio de cable paciente. Se entrega funcionando ok.

VIVIANA BRITEZ BRITEZ
Suboficial Superior P.S.
Jefa de Adquisiciones

FACTURA N°

Lic. Sofia Sosa
Sub Crio San. - Jefa del Servicio
Enf. y Obst. H.C. PRC
Reg. Prof. Nº 904
V° B° CLIENTE

INGENIEROS ELECTRONICOS ASOCIADOS
IEA
Tel.: 021 327 57..

V° B° TECNICO
Firma y Sello

Ing. Christopher Arévalo
Electromedicina
Reg. Prof. N° 24

OBS.:

50X3 - 451 al 600

IEA

Asunción, 27 de enero del 2023

**Nota de Presupuesto N° 37/PN**

Hospital de Policía
Rigoberto Caballero
Administración
**Ref: Hospital de policía** **ID Nº: 400.891**

Presente

Me dirijo a ustedes con el fin de presentar el siguiente presupuesto:

| Equipo | Descripción | Costo (Gs.) |
|---|---|---|
| **Lote N° 33 Mantenimiento y Reparación de Monitor fetal Marca: Edan** | Item. Lote 33. | |
| | 1.1 Limpieza del equipo, ajustes, pruebas y puesta en funcionamiento sin que el equipo se encuentre fuera de servicio. Sin provisión de repuestos. | 200.000 |
| | 2.2 Reparación del sistema eléctrico del equipo | 720.000 |
| | 2.3 Ajuste de parámetros de control; Revisión y mantenimiento de alarmas visuales y sonoras | 550.000 |
| | 2.4 Remoción de corrosión y limpieza de placas y conectores internos | 660.000 |
| | 2.5 Mano de obra | 650.000 |
| | 3.1 provisión y cambio de cable de paciente | 4.500.000 |
| | **Total Lote 33.** | **7.280.000** |

Valides del presupuesto: 5 días a partir de la fecha.

Atentamente.

**Ing. Christopher Arevalo**
**Reg. Prof. Nº 24**
**+595213275757**

INGENIEROS ELECTRONICOS ASOCIADOS
IEA
Tel.: 021 327 5757

POLICÍA NACIONAL
Actividad 07 Asistencia Integral al Pers. Policial
TESORERIA

NORMA R. ARGÜELLO DE RAMÍREZ
Comisario Principal MCP
Tesorero Habilitado Pagador