ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES N° 70/2025

En la ciudad de Encarnación a los 19 días del mes de diciembre de 2025, siendo las 10:30 horas, en la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, se procede a la Recepción de Equipos de salud y de laboratorio, solicitada a la firma de la empresa **LABSOL S.A.** Correspondiente al llamado adjudicado, denominado **ID N° 462.750** "Adquisición de Suministros de Equipamiento para laboratorios y servicio de salud - UNI 2025." los cuales se describen en el siguiente cuadro:

ID del llamado	**462.750 -** "Adquisición de Suministros de Equipamiento para laboratorios y servicio de salud - UNI 2025."
Lugar de entrega	Dpto. Administrativo – Facultad de Ciencias y Tecnología.

BIENES RECIBIDOS

NRO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**Evaporador al vacío**(Evaporador rotatorio): Requisitos eléctricos: 1~ 110V, 60Hz o 1~ 220V, 50/60Hz, Potencia del motor: 25W, Ambiente de trabajo: 5 35° C, Baño de agua: (Temperatura: Temperatura ambiente 99° C, Precisión de temperatura: ± 1 C, Tamaño (mm): 254 x 130, Capacidad: 6.5 L, Poder de calefacción: 1,05 KW, Medios de comunicación: Agua, Control de Temperatura: Configuración del teclado, pantalla digital.). Condensador: tipo vertical, diagonal Superficie de enfriamiento. Giratorio matraz: Capacidad: 0.5 2L, Velocidad de evaporación: 20 ml/min, Velocidad de rotación: 20 180 rpm, Control de velocidad: Ajuste de la perilla, pantalla digital. Capacidad de matraz de recepción: 1 L. Vacío: (Vacío supremo: ≤ 399.9 Pa, Sellado al Vacío: Juntas de PTFE + Viton (doble sellado). Levantar: (Función de elevación: Deslizamiento + Elevación manual, istancia de elevación: 100mm + 150mm). Medida de Seguridad: (Funcionamiento en seco, apagado por exceso de temperatura, protecciones de fusibles), Dimensión (mm): (560W x 320D x 660H, 750W x 320D x 540H), Peso neto: (9,5 kilogramos), Paquete: Caja de cartón. FaCyT. marca:Biobase. Fabricante: Biobase Make Trading CO., LTD. procedencia: China	1	14.850.000	14.850.000
Cantidad Total		**1**	Monto Total	**14.850.000**

Una vez realizada la verificación exhaustiva de las características de los bienes y su comparación con las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, se aprueba la recepción con total conformidad de quienes suscriben el presente documento.

La veracidad de los datos consignados en el presente documento es de expresa responsabilidad de los firmantes y tendrá carácter de Declaración Jurada (DDJJ). Este documento quedará sin validez en caso de falta de firma o si se presentan enmiendas y tachaduras.

La administración del contrato está a cargo de Lic. Maira Soledad Noguera Ibañez. Asimismo, el destino final y/o correcto uso de los bienes y/o servicios es de exclusiva responsabilidad de la dependencia receptora.

Sin otro tema que tratar, se da por concluida la recepción, con la conformidad de los firmantes de este documento, en la fecha y lugar indicados anteriormente

Sin otro tema que abordar, se da por terminada la recepción, siendo las 11:00 horas a los 19 días del mes de diciembre del 2025.

Encargado de la Verificación Técnica	**Director/Encargado Administrativo**
Aclaración: Gustavo Duette	Aclaración: Maira Noguera

Escaneado con CamScanner