ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA
Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 -Cel: +595-971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 0001050

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Facultad de Ciencias Medicas-UNA	
DIRECCIÓN: Avda Mcal Lopez e/ Cnel Cazal SL	TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: Esterilizacion - Tocoquirurgico	
SERVICIO SOLICITADO POR:	CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Autoclave a vapor	MARCA: SAKURA
MODELO: AMS-B09E	SERIE Nº: 090999P32

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 8 , 03 , 2024

- PREVENTIVO PROGRAMADO ☐
- PREVENTIVO POR CONTRATO ☑
- CORRECTIVO ☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza exterior del equipo y sala de maquinas; Limpieza de hidraulica; Limpieza de linea de vacio, Limpieza de linea de secado; Limpieza de linea de vapor; Limpieza de caldera; Limpieza de camara de esterilizacion Mantenimiento de bomba de agua, mantenimiento bomba de vacio; Limpieza ajuste y calibracion de valvula motorizada de entrada de agua; Limpieza ajuste y calibracion de valvula motorizada de vapor; Limpieza ajuste y calibracion de valvula motorizada de secado; Limpieza y verificacion de valvula de alivio. Personal tecnico

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma:
Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo Bioingeniero Reg. Prof. MSPyBS 017	Aclaración: MS. Cesar Negro Jefe Dpto. de Electromedicina F.C.M. - U.N.A.
Fecha: 08-marzo-2024	Fecha:

4 TAL. 50 X 3 - Del 0001001 al 0001200 - IX - 2023 - Avda. Primer Presidente Nº 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL: BLANCO *DUPLICADO: CELESTE
TRIPLICADO: VERDE