Bioerix

José Asunción Flores 2548 c/ Av. Gral. Santos
Asunción, Paraguay

N°: .....

INFORME DE SERVICIO TÉCNICO

Fecha: 01/12/23 Hora: .....

Cliente: Hospital clínicas - UNA Sala/Servicio: U.Fr. Lavaderos Pad.

Orden de Servicio: ..... Contrato N°: .....

Equipo:
- [ ] Bomba Volumétrica
- [ ] Bomba a Jeringa
- [x] M. de Hemodiálisis

Modelo:
- [ ] INFUSOMAT SPACE
- [ ] PERFUSOR SPACE
- [x] DIALOG PLUS

N° de Serie: 219620 N° de patrimonio: .....

Diagnóstico de la falla: Instalación de repuestos, verificación

Descripción del Servicio Realizado:

Mantenimiento Preventivo [ ]

Mantenimiento Correctivo [ ] Sin Repuestos [x] Con Repuestos

Repuestos Requeridos (Para correctivos con provisión de repuestos)

Ítem:	Código de Producto:	Descripción:	Cantidad:
	34560804	Rodillo para bomba de sangre	1 (uno)
	34560319	Bomba de engranaje V2	1 (uno)
	34561609	Válvula solenoide con bypass	1 (uno)
	34561614B	Sensor temperatura	1 (uno)
	34561683	Reductor de presión DMW	1 (uno)
	34561244	Sensor de presión	1 (uno)

- [x] Prueba técnica de seguridad y funcionamiento
- [x] Prueba de parámetros de seguridad y alarmas
- [ ] Actualización de Software
- [ ] Calibración
- [ ] Librería de Drogas (.....)

- [ ] Desinfección con Puristeril
- [x] Desinfección con Ácido Cítrico al 50%

Horas de uso: .....

Estado del Equipo [x] Operativo [ ] Inoperativo

BIOERIX - Contratista: SANTIAGO ZARACHO (NOMBRE) _____ (FIRMA)

Santiago Zarach
Licitaciones
Bioerix S.A.

Servicio Técnico BBRAUN: Ing. Victor Masi (NOMBRE) _____ (FIRMA)

VICTOR MASI
Servicio Técnico
B. BRAUN
SHARING EXPERTISE

Cliente: _____ (NOMBRE) _____ (FIRMA)