De Javier Recalde Encina
Desarrollo y Mantenimiento de Software
Reparación y Mantenimiento de Compresores de Aire
Montajes Eléctricos y Electromecánicos
Montajes de Cañerias Medicinales e Industriales
INGENIERIA
Habana 185 c/Lima – Tel: 0994 730040
e-mail: asistencia@jringenieria.com.py / M. R. Alonso, Paraguay.

INFORME DE ASISTENCIA TECNICA N° 0993

DATOS DELCLIENTE:

Nombre: Facultad de Ciencias Médicas
Dirección: Avda. Mcal Lopez y Coronel Cazal.

Fecha: 01/06/2026

DATOS DEL EQUIPO:

Tipo de Maquinas: Reparación y Mantenimiento de Equipos de Gases Medicinales.

DESCRIPCION DEL SERVICIO.

Asistencia técnica para Reparación y Mantenimiento de Equipo de Gases Medicinales – Lote 2 - para el Hospital de Clínica, según se detalla a continuación:

Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad
31	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo compresor de OXIGENO con provisión de Válvula de descarga de OXIGENO limpio	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
108	Mantenimiento Correctivo: para compresor de AIRE con provisión de refrigerante, caja engranaje 8000Horas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
109	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo compresor de AIRE con provisión de refrigerante, caja engranaje 8000Horas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
122	Mantenimiento Correctivo: para compresor de AIRE con provision de Filtro de aceite	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
123	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo compresor de AIRE con provision de Filtro de aceite	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
124	Mantenimiento Correctivo: para compresor de AIRE con provision de Elemento filtro de aire	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
125	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo compresor de AIRE con provision de Elemento filtro de aire	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
230	Mantenimiento Correctivo: para GENERADOR DE OXIGENO con provision de Kit reparo valvula DN 10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	4,00
231	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo GENERADOR DE OXIGENO con provision de Kit reparo valvula DN 10	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	4,00

Todos los servicios fueron realizados según especificaciones técnicas ID 475.759. Acorde a la orden de compra N°0103533.-

……
JR INGENIERIA
Ing. Javier Recalde
J.R. Ingeniería
RUC: 3.723.322 - 0

Ing. Ramón Ruiz
Jefe de Sección
Dpto. Téc. y Mantenimiento
HC - FCM - UNA

Mgter. Arq. Cristina Orué, Jefa
Dpto. Téc. y Mantenimiento
FCM - UNA
……
P/Facultad de Ciencias Médicas.
Hospital de Clínicas