32

Bioerix

José Asunción Flores 2548 c/ Av. Gral. Santos
Asunción, Paraguay

N°: 004

INFORME DE SERVICIO TÉCNICO

Fecha: 12/07/24 Hora:

Cliente: POLICIA NACIONAL Sala/Servicio: Pediatría

Orden de Servicio: 279/2023 Contrato N°: 46/2023

Equipo:
- [x] Bomba Volumétrica
- [ ] Bomba a Jeringa
- [ ] M. de Hemodiálisis

Modelo:
- [x] INFUSOMAT SPACE
- [ ] PERFUSOR SPACE
- [ ] DIALOG PLUS

N° de Serie: 445 505 N° de patrimonio:

Diagnóstico de la falla: Mantenimiento Correctivo.

Descripción del Servicio Realizado:

Mantenimiento Preventivo [ ]

Mantenimiento Correctivo [ ] Sin Repuestos [x] Con Repuestos

Repuestos Requeridos (Para correctivos con provisión de repuestos)

Ítem:	Código de Producto:	Descripción:	Cantidad:
22	3477 4355	conector P2 SP	1
21	3452 1440	chasis inferior trasero ISP	1
30	3477 4386	kit de cubierta para la carcasa	10
32	900099	Mano de obra - Mantenimiento Correctivo	1

- [x] Prueba técnica de seguridad y funcionamiento
- [x] Prueba de parámetros de seguridad y alarmas
- [x] Actualización de Software
- [x] Calibración
- [ ] Librería de Drogas (.....)
- [ ] Desinfección con Puristeril
- [ ] Desinfección con Ácido Cítrico al 50%

Horas de uso:.....

CÉSAR A. HERMOSILLA ÁLVAREZ
Subcomisario MGAP
Jefe de Adquisiciones Act. 07

Estado del Equipo [x] Operativo [ ] Inoperativo

BIOERIX – Contratista: Victor Samudio, Dpto. Comercial, Bioerix S.A. — NOMBRE — FIRMA

Servicio Técnico BBRAUN: Ing. Sofía Aquino, Servicio Técnico, B. Braun Medical Paraguay S.A. — NOMBRE — FIRMA

Cliente: Lic. Vanessa Espinoza — Vanessa E. Espinoza, Lic. en Enfermería, Reg. Prof. N° 10 — NOMBRE — FIRMA