MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nro: 333/2025

SEÑORES(2): CHACO INTERNACIONAL S.A.

RUC: 80026564-5

Fecha de Emisión:23/12/2025

Sera comunicado en formato PDF o similar al proveedor adjudicado, via correo eléctronico declarado en la oferta la existencia de órdenes de compra para entrega de los productos que le fueran adjudicados en el presente llamado. En caso de que el proveedor adjudicado no hiciera efectiva la confirmación de lectura del correo electrónico de la orden de compra,en forma inmediata;el primer día hábil siguiente a la comunicación realizada se procederá a fecharlas, cóntandose esta como fecha de recepción de la orden por parte del proveedor. Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra.

Plazo de Entrega: El oferente tendrá un plazo de 30(TREINTA) días calendario para la entrega total de los productos solicitados a partir de la recepción de la orden de compra.

LOTE	ITEM	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACION DE ENTREGA	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA ADJUDICADA	PROCEDENCIA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
385	6	Kit para Quimerismo	Kit de Quimerismo. PCR multiplex para el análisis de quimerismo post-trasplante alogénico de células progenitoras hematopoyéticas (CPH). El ensayo debe permitir determinar la cantidad de material genético del donador dentro del sistema del receptor. Esta cantidad debe poder expresarse en porcentaje. El ensayo debe basarse en la detección de secuencias STR con alto grado de polimorfismo de al menos 12 cromosomas diferentes. El Kit debe ser capaz de amplificar al menos doce loci autosómicos altamente polimórficos y el locus de amelogenina específico del género de forma simultánea en una prueba PCR. Los cebadores deben estar marcados con colorantes fluorescentes. El límite de detección del kit no debe ser mayor a 200 pg de ADN genómico. El rango óptimo en condiciones estándar debe ser de 0,2 a 1,0 ng de ADN como mínimo. Debe incluir Software de interpretación de resultados. Se deberá proveer de equipo de electroforesis capilar con su matriz, polímeros y buffers en comodato, así como todos los insumos, reactivos, controles y equipos accesorios no disponibles en el área de trabajo (espectrofotómetro para valorar calidad y cantidad de ADN, etc.) que permitan realizar el protocolo. El proveedor será responsable de la instalación, puesta en marcha y capacitación del personal que utilizará los reactivos.	Kit x 100 test como minimo	UNIDAD	UNIDAD	APLLIED BIOSYSTEMS	USA/CHINA/ MEXICO/ LITUANIA/ ALEMANIA/ REINO UNIDO/ SINGAPUR	1	93.800.000	93.800.000
										TOTAL	**93.800.000**

Son Guaranies: **Noventa y tres millones ochocientos mil.-**

Firma:

Lic. Karen L. Vargas Grimaldi
Directora - Dirección Administrativa
Laboratorio Central de Salud Pública
M.S.P. y B.S.

Directora Administrativa:

Firma:

Dra. Cynthia Vázquez de López Moreira
Directora General
Laboratorio Central de Salud Pública
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Directora General:

USO INTERNO

Dependencia Solicitante(18)	Expediente o Resolución (19)	División de Compras y Suministros(21)
LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA	**LPN N° 109/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PÚBLICA" _ PLURIANUAL - I.D. N° 399.954**	
Imp. Presupuestaria(22)	Registro Presupuestado(23)	Auditor Interno(24)
351-COMPUESTOS QUIMICOS	**12-08-2.3.3-351-30-1-99**	
		FECHA DE RETIRO: ------/-------/--------

FIRMA: _____ **SELLO:** _____