Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud

Dr. Manuel Domínguez N° 1147 c/ Brasil — Asunción - Paraguay

| D.G.G.I.E.S. | ORDEN DE COMPRA | LPN N° 49/2020 "ADQUISICION DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EN COOPERACION CON LA REPUBLICA CHINA - TAIWAN PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA - MSPYBS - ID N° 382.293 | ORDEN Nº | B-6040 |
|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Señores: ARGON S.R.L. | | Fecha de Emisión: | 03/06/2022 |
| R.U.C.: 80004373-1 | | Plazo de Entrega: | S/ CONTRATO |
| Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación,de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra | | Fecha de Contrato: | 12/05/2022 |

| Item | Cantidad | Unidad | Descripcion | Ejecución | Precio Unitario | SubTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | UNIDAD | EQUIPO DE ERGOMETRIA // MARCA: EDAN // PROCEDENCIA: CHINA | 100% | 200.000.000 | 200.000.000 |

**ITEM N° 27 - EQUIPO DE ERGOMETRÍA- CINTA ERGOMETRICA.**

**MARCA: EDAN – MODELO: SE-1515**

PROCEDENCIA: CHINA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Descripción general: Equipo para realizar ejercicios a través de una cinta de movimiento continuo.

Criterios de evaluación

**Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas.**

Normas de calidad generales: ISO 13485.

Caracteristicas

Programable en cuanto a tipo de entrenamiento.

Sistema de absorción de impacto.

Control electrónico de velocidad.

Pantalla donde se visualice: velocidad, tiempo de ejercicio, distancia recorrida, calorias quemadas, pulsación cardiaca, en MET, energía o potencia, inclinación de la cinta.

Con inclinación regulable eléctrica, neumática o hidráulicamente de al menos 15º.

Tamaños mínimos de la cinta: 1,40 m de largo 50 cm de ancho.

**Peso máximo del usuario: 150 kg.**

Alimentación eléctrica: 220V CA ±10% / 50Hz, con cable de

Software de análisis de prueba de esfuerzo

Alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko).

**Otros Requerimientos:**

- Garantía: Mínimo de 2 años a partir del acta de recepción final del equipo. En caso de avería durante la garantía, deberá prolongarse hasta su reparación.
- Mantenimiento preventivo durante el periodo de garantía sin costo para el Hospital

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **200.000.000** |

**Son Guaraníes: DOSCIENTOS MILLONES.-**

| | |
|---|---|
| Elab. Angel Pascottini - | Forma de Pago: Credito.- |
| **Plan de Entrega: Los plazos de entrega serán computados en días corridos. Las órdenes de compra serán emitidas por: Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud. Máximo 60 días contado a partir de la Aceptación de la Orden de Compra.** | **Lugar de Entrega: Depósito de la Dirección Biomédica (Avda. Venezuela N° 1492 al lado del INERAM)** |

Mirna Reyes
Departamento de Licitaciones
ARGON S.R.L.
14-06-2022

**Lic. Oscar Ariel Noldin Nuñez**
**Director Administrativo**

**Dr. Derlis Carlos León Sanabria**
**Director General**

USO INTERNO

| | | |
|---|---|---|
| Dependencia Solicitante D.G.G.I.E.S. | MEMORANDUM D.B. N° 240/2022 | Imp. Presupuestario |
| Dirección Administrativa | Contrato N° 105/2022 | |
| | Simese N° 89.179/2022 | Productos e Insumos Químicos |

07 JUN 2022