MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud

Dr. Manuel Dominguez 1147 c/ Brasil — Asunción-Paraguay

D.G.G.I.E.S.	ORDEN DE COMPRA	LCO N° 44/2019 "ADQUISICION DE EQUIPOS DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMATICOS PARA SERVICIOS DEPENDIENTES DEL MSPBS" - PLURIANUAL - ID 369.987	ORDEN N°	B-5431

Señores: SURVYCON S.A.
R.U.C.: 80063377-6

Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuacion,de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra.

Fecha de Emisión	07/09/2020
Plazo de Entrega	(*)
Fecha - Contrato	01/07/2020

Items	Cantidad	Unidad	Descripción	Importe SUB TOTALES P.Unitario	Exenta	IVA 05 %	IVA 10 %
1	20	Unidad	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO. MARCA ZOLL. PROCEDENCIA AMERICANA.	16.900.000			338.000.000

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CADA EQUIPO OFERTADO DEBERÁ INCLUIR UN DISPOSITIVO DE RETROALIMENTACION AUDIOVISUAL DURANTE LA RCP QUE PERMITA OPTIMIZAR EN TIEMPO REAL EL RENDIMIENTO/RESULTADO DE LA RCP PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA MISMA, SEGÚN RECOMENDACIONES 2015 DE LA A.H.A. EL EQUIPO DEBERÁ INCLUIR UN SOFTWARE QUE PERMITA DESCARGAR EL EVENTO RECIENTE Y PODER ANALIZAR EL ECG Y LA MANIOBRA DE RCP DEL MISMO. POR LA TOTALIDAD DE LOS EQUIPOS OFERTADOS SE DEBERÁ ENTREGAR 20 PARES DE ELECTRODOS PARA ADULTOS Y 1 PAR DE ELECTRODOS PEDIATRICOS, TODOS DE AL MENOS CINCO AÑOS DE VIDA UTIL O 20 PARCHES UNIVERSALES ADULTO/PEDIATRICO DE DOS AÑOS DE DURACIÓN CON EL COMPROMISO DEL PROVEEDOR DE RENOVAR LOS PARCHES, ANTES DE SU VENCIMIENTO, DURANTE LOS CINCO AÑOS POSTERIORES A AL INSTALACION DE LOS EQUIPOS. ENTREGA DE ENERGIA: 1 SELECCION AUTOMATICA PRE PROGRAMADA DE AL MENOS 3 NIVELES CRECIENTES DE ENERGIA. 2 BATERIA NO RECARGABLE CON AUTONOMIA DE AL MENOS 5 AÑOS O MAS DE 250 SHOKS CONTINUOS O ALTERNADOS. (SE VALORARA QUE LAS BATERIAS PUEDAN SER ADQUIRIDAS LOCALMENTE Y PUEDAN SER REEMPLAZADAS POR EL USUARIO) DISPOSITIVO CON PROTECCION IP 55 O SUPERIOR. ALERTA LUMINICA Y/O SONORA DE ELECTRODO DESCONECTADO Y TIPO DE ELECTRODO INSTALADO. GARANTIA DE AL MENOS 7 (SIETE) AÑOS DESDE LA FECHA DE RECEPCI'PM DEFINITIVA DE LOS EQUIPOS. SE VALORARA MAYOR TIEMPO DE GARANTIA DEL EQUIPO. LONGITUD DE CABLE PARA ELECTRODOS MAYOR A 1,2 M O SUPERIOR. SOFTWARE EN SU ULTIMA VERSION DISPONIBLE Y ACTUALIZACION, CON DISPONIBILIDAD DE ACTUALIZACIONES DURANTE LA VIDA UTIL DEL EQUIPO Y SERVICIO DE ATENCION POSVENTA SIN COSTO DURANTE LA GARANTIA. AUTO CHEQUEO AUTOMATICO PROGRAMABLE, DIARIO/MENSUAL DE BUEN FUNCIONAMIENTO: ALERTA DE VOZ ANTE SALIDA DE SERVICIO NECESIDAD DE REPOSICION DE BATERIA. EL SOFTWARE DEL EQUIPO DEBERA INCLUIR AL MENOS 3 (TRES) MODOS DIFERENTES DE GUIA AL RESCATISTA PARA PRACTICA EFECTIVA DE RCP. ACCESORIO A INCLUIR: A - BARRERA DE PROTECCIÓN PARA INSUFLACION. B - GUANTES DESCARTABLES. C - TIJERA MULTIPROPOSITO. D - GUIA DE INSTRUCCIONES RAPIDAS IMPRESA. E - RASURADORA. F - TOALLITA ANTIBACTERIAL. CADA DEA DEBERA CONTAR CON SU PROPIO GABINETE SEÑALIZADO Y DEBERA CONTAR CON ALARMA VISUAL Y SONORA ADEMAS DE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION DENTRO DEL EDIFICIO, MEDIDAS APROXIMADAS DE 44 CM X 22 CM, MATERIAL MELAMINA DE BUENA CALIDAD. ACCESORIOS A INCLUIR: DEBE CONTAR COMO MINIMO CON 4 ESCENARISO DE RESCATE PREDETERMINADOS. DEBE CONTAR CON UN CONTROL REMOTO INALAMBRICO. UN JUEGO DE PARCHES PARA PODER REALIZAR LAS COMPRENSIONES TORAXICA. EL DEA DE ENTRENAMIENTO DEBE GUIAR AL USUARIO EN CADA UNO DE LOS ESCENARIOS CON UNA VOZ CLARA Y FUERTE DE MANERA GRAFICA. EL EQUIPO DEBE INDICAR: SI LOS PARCHES ESTAN COLOCADOS DE FORMA CORRECTA. SI LAS COMPRESIONES SON BUENAS O SE DEBE PRESIONAR MAS FUERTE (EN EL MOMENTO DEL MASAJE CARDIACO); INDICADOR DE CARGA DE BATERIA. ACCESORIOS PARA CAPACITACION: DEA PARA TRAINING CANTIDAD 5 (CINCO), TORSOS PARA PRACTIVA DE MANIOBRAS DE RCP CANTIDAD 5 (CINCO). DEBE TENER ELEVACION REAL DEL TORAX PARA LA VENTILACION. INDICAR AUDITIVO PARA LOGRAR LA PROFUNDIDAD CORRECTA (SISTEMA DE CLICK). INDICADOR LUMINICO ATRAVES DE SISTEMA DE LUCES QUE INDIQUEN EL CORRECTO RITMO DE LAS COMPRESIONES DURANTE EL MASAJE CARDIACO. DEBE INCLUIR PULMONES PLASTICOS CANTIDAD 5 (CINCO). MATERIAL RESISTENTE A LA SUCIEDAD Y LA GRASA. BOLSO DE TRANSPORTE. OPCIONALES ADICIONALES: - SE ACEPTARAN EQUIPOS QUE CUENTEN CON MENSAJES DE VOZ PARA REALIZAR EL APOYO RCP - SE ACEPTARAN EQUIPOS CON AUTOCHEQUEO AUTOMATICO O PROGRAMABLE. - SE ACEPTARAN EQUIPOS CON 2 (DOS) MODOS DIFERENTES DE GUIAR AL RESCATISTA PARA PRACTICA EFECTIVA DE RCP. - SE ACLARA QUE SE REFIERE AL DEA PARA ENTRENAMIENTO, SE ACEPTARAN DEAS DE ENTRENAMIENTO DE LA MISMA MARCA QUE EL EQUIPO OFERTADO. - SI ACEPTARAN EQUIPOS QUE CUENTEN CON MENSAJE DE VOZ PARA REALIZAR EL APOYO RCP.

			EXENTA				
			SUB TOTAL 5%				
			SUB TOTAL 10%				**338.000.000**
			TOTAL		**338.000.000**		

SON GUARANIES: TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES.-

LIQUIDACION DEL I.V.A.

I.V.A. 5%	-	30.727.273	TOTAL I.V.A.	30.727.273

Forma de Pago: CREDITO

Plazos de Entrega: El plazo máximo para la entrega de los bienes adjudicados es de hasta 30 (treinta) dias corridos, posteriores a la recepción efectiva de la Orden de Compra por del Proveedor, ademas deberá coincidir con las especificaciones técnicas ofertadas.

Lugar de Entrega: DEPOSITO DEL DIRECCION BIOMEDICA - AVENIDA VENEZUELA 1492 (AL LADO DEL INERAM)

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · D.G.G.I.E.S. · SECCION DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Lic. Liliana Franco Mareco
Directora Administrativa

Dr. Nery Rodriguez Bazzano
Director General

USO INTERNO

Dependencia Solicitante: D.G.G.I.E.S.	CONTRATO N° 255/2020	Imp. Presupuestario
	SIMESE: 128.475 /2020	-
Dirección Administrativa		PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUIMICOS

Elab. Oscar Zarza

Nadia Villalba

SURVYCON S.A.

16/09/20