Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud

Dr. Manuel Domínguez N° 1147 c/ Brasil — Asunción - Paraguay

D.G.G.I.E.S.	ORDEN DE COMPRA	LPN N° 49/2020 "ADQUISICION DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EN COOPERACION CON LA REPUBLICA CHINA - TAIWAN PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA - MSPYBS - ID N° 382.293	ORDEN Nº	B-6045

Señores: BIOERIX S.A.	Fecha de Emisión:	03/06/2022
R.U.C.: 80051821-7	Plazo de Entrega:	S/ CONTRATO
Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación,de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra.	Fecha de Contrato:	06/05/2022

Item	Cantidad	Unidad	Descripcion	Ejecución	Precio Unitario	SubTotal
45	3	UNIDAD	CARRO DE PARO // MARCA: BIHEALTHCARE // PROCEDENCIA: CHINA	100%	10.400.000	31.200.000

ITEM N° 45 - CARRO DE PARO.

MARCA: BIHEALTHCARE – MODELO: BIO004A

PROCEDENCIA: CHINA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Certificados de Calidad: CE, TÜV, ISO 13485, FDA, JIS, al menos 2. Especificar cual norma:

CARRO DE PARO

Estructura en acero inóxidable AISI 304 o acero al carbono

Acabado liso en la totalidad del mueble, sin aristas vivas, hendiduras, estrias o zonas inaccesibles para zonas accesibles para limpieza manual

Franja protectora en PS polietileno termo formado.

Cinco (05) cajones como minimo. Al menos 3 (tres) de ellos con separaciones plásticas internas

Soporte lateral para balón de oxígeno de 3 litros

Un (01) balón de oxigeno de 3 litros con regulador de presión

Conexión para equipos con cable de cinco 3 metros y 2 tomas tipos Schuko como mínimo, con soporte para cable

Paragolpes de goma envolviendo todo el carro

Soporte y bandeja para colocación del desfibrilador, con giro de 360°

Atril portasueros con elevación graduable con seguro que impida quitar el atril totalmente

Sistema de cierre que evite apertura de cajones y gavela para transporte

Cuatro (04) ruedas antiestáticas de 10cm de diámetro como minimo, dos (02) con freno de pie.

Dimensiones minimas: Altura 90cm o más incluyendo ruedas, ancho 60cm +/- 5cm, profundidad 45cm +/- 5cm.

Cesto porta basura lateral removible, al menos 2 (dos)

Manija superior para transporte

Tabla para reanimación y masaje cardiaco

Medidas de la tabla adecuada a las dimensiones del carro

Garantía escrita de 18 meses como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la recepción final del bien, sin costo para el Hospital.

TOTAL 31.200.000

Son Guaraníes: TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL.-

Elab. Angel Pascottini	Forma de Pago: Credito.-
Plan de Entrega: Los plazos de entrega serán computados en días corridos. Las órdenes de compra serán emitidas por: Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud. Máximo 30 días contado a partir de la recepción de la Orden de Compra.-	**Lugar de Entrega: Depósito de la Dirección Biomédica (Avda. Venezuela N° 1492 al lado del INERAM)**

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · SECCION DE EJECUCION DE CONTRATOS · D.G.G.I.E.S.

Lic. Oscar Ariel Noldin Nuñez **Director Administrativo**	**Dr. Derlis Carlos León Sanabria** **Director General**

USO INTERNO

Dependencia Solicitante D.G.G.I.E.S.	**MEMORANDUM D.B. N° 240/2022**	Imp. Presupuestario
Dirección Administrativa	**Contrato N° 107/2022**	
	Simese N° 89.179/2022	Productos e Insumos Químicos

Bioerix S.A.

07 JUN 2022