MINISTERIO DE S.P. Y B.S.	ORDEN DE COMPRA		01

RAZON SOCIAL: **CHACO INTERNACIONAL**
RUC 80026564-5

FECHA DE EMISION: 22/01/2020
PLAZO DE ENTREGA: S/CONTRATO

NOTA: Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuacion, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra.

Item	Descripcion del Bien	Especificaciones Tecnicas	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total
1	Autoclave para Esterilizacion	Autoclave vertical de 75 litros como minimo: Especificar lo sigte: Marca, Procedencia, Año de Fabricacion, Normas de calidad: FDA o CE o equivalentes del Mercosur o ISO. Caracteristicas: _Control de presion del vapor conel regulador. _Con reoj temporizador. _Cuando la presion del vapor sobrepasa los 0,23 Mpa, la valvula liberala presion para garantizar la seguridad. -Con elementos electricos de calefaccion de calefaccion de tipo sumergente, control de presion automatico y proteccion de falta de agua. -El equipo hecho de acero inoxidable, anti acido, anti alcalino y anti herrumbre Especificaciones tecnicas: -Capacidad minima 75 litros. _ Presion de trabajo: 0,22 Mpa. -Temperatura de trabajo 90 a 130 C° aproximadamente. - Rango de ajuste de temperatura: 45 a 135 C°. -Temporizador de 0 a 99 min. -Presion maxima de seguridad: 0,23 Mpa. -Precision <= +- 1°C. -Energia AC 110/220V. 50/60 Hz, 2Kw. -Estructura de la camara:acero inoxidable. Is estructura debe incluir 2 canastas de red standar, tuberia de drenaje. Generales: -Asistencia técnica permanente post venta durante la vigencia de la garantia. -Stock de repuestos y acceosios originales de fabrica. -La oferta debera contemplar instalacion y puesta en marcha del equipo eblos laboratorios beneficiarios. -Garantia minima de 18 meses contra toda falla de disño y/o fabricacion, contado a partir de la instalacion y puesta en funcionamiento. -Debe incluir preinstalacion y adecuacion para la correcta instalacion del equipo ofertado (incluir todos los cables accesorios, insumos y materiales en gral que no esten mencionadas en las especificaciones tecnicas y que sean necesarios para la instalacion y funcionamiento del equipo). -Cada equipo entregado deberá estar acompañadp de: - Manual de usuario en idioma español otraduccion en idioma español realizado por el traductor matriculado.Cantidad 1 (uno) en formato impreso y 1 (uno) en formato digital (CD). - Manual tecnico en idioma español otraduccion en idioma español realizado por el traductor matriculado.Cantidad 1 (uno) en formato impreso y 1 (uno) en formato digital (CD). - La empresa debera realizar capacitacionews de utilizacion y cuidados del equipo que ha sido adjudicado, al personal designado por la jefatura del laboratorio de la dependencia donde es instalado el equipo.	PHOENIX/LUFERCO	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	1	25.700.000	25.700.000
								Sub Total	25.700.000

SON GUARANIES:
Veinticinco millones setecientos mil.----------

Lugar de Entrega. Hospital San Jorge

Condiciones Especiales: La Contratista tendrá hasta 5 dias habiles contados a partir de la recepción de la orden de Compra,emitida por la Dirección General del Hospital San Jorge,para la entrega, en el lugar donde indique la orden.

Director Administrativo

Director General

23/01/2020

CHACO INTERNACIONAL S.A.

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Expediente o	Division de Compras y Suministro
HOSPITAL SAN JORGE	Resolucion CD N° 78/2019 ADQUISICION DE 4 AUTOCLAVES PARA EL MSPYBS. PAC 371,224 - Contrato N° 469/2019	
Imputacion Presupuestaria	Registro Presupuestario	