Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud

Dr. Manuel Domínguez N° 1147 c/ Brasil — Asunción - Paraguay

D.G.G.I.E.S.	ORDEN DE COMPRA	LPN N° 49/2020 "ADQUISICION DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EN COOPERACION CON LA REPUBLICA CHINA - TAIWAN PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA - MSPYBS - ID N° 382.293	ORDEN Nº	B-6052

Señores: DYSA HEALTHCARE S.A.	Fecha de Emisión:	03/06/2022
R.U.C.: 80013820-1	Plazo de Entrega:	S/ CONTRATO
Sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación,de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra.	Fecha de Contrato:	06/05/2022

Item	Cantidad	Unidad	Descripcion	Ejecución	Precio Unitario	SubTotal
21	1	UNIDAD	EQUIPO CARDIODESFIBRILADOR - PEDIATRICO // MARCA: PHILIPS // PROCEDENCIA: ALEMANIA	100%	44.940.900	44.940.900

ITEM N° 21 - EQUIPO CARDIODESFIBRILADOR PEDIATRICO.

MARCA: PHILIPS – MODELO: EFFICIA DFM 100

PROCEDENCIA: ALEMANIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Certificados de Calidad: CE, TÜV, ISO 13485, FDA, JIS, Normas del Mercosur, al menos 2. Especificar cual norma:

Monitor desfibrilador ECG, DEA. Accesorio para Resucitación Cardiopulmonar (RCP)

Pantalla color 6.5".

Paletas externas pediátricas.

Modos de funcionamiento:

-Desfibrilación manual.

-Modo automático (modo DEA)

-Cardioversión sincronizada

-Bateria Recargable

-Función RCP

Pantalla LCD a colores de 6.5" o mayor

Despliegue en pantalla y panel de control en idioma español

Memoria para almacenar sucesos

Software para PC, se debe incluir al menos una licencia de Software, para ver los datos transferidos a la PC.

USB para transferencia de ECG almacenado en el modo DEA a una PC

Alimentación eléctrica: 220VAC 10% / 50Hz. Con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko)

Peso no mayor a 8kg

Memoria para almacenar sucesos relacionados a al menos 50 pacientes.

Indicadores LED del estado de la bateria y cuando el equipo esté cargando, en el panel frontal del equipo

Desfibrilador

Forma de onda exponencial truncada bifásica para la terapia de desfibrilación.

Aplicación de ondas de choque: por medio de palas adhesivas multifuncionales o palas de desfibrilación.

Energía seleccionable por pasos, modo bifásico

Limite inferior: 1 Joules

Limite superior: 200 Joules o mas

Energía máxima limitada a 50J con palas internas infantiles

Capacidad de cargar en 6 segundos o menos a 200 Joules o más

Comandos: botones en las palas externas y en el panel frontal para carga / descarga, y choque.

Capacidad de autosecuencia de carga: para transportar energías preconfifuradas por el usuario para el 1er, 2do y 3er choques, sin necesidad de alteración manual del selector.

Palas

Para pacientes pediátricos

Para descarga externa

Que detecten actividad electrocardiográfica

Carga desde las palas y desde el panel de control

Descarga desde las palas y desde el panel de control

Indicador de calidad (impedencia) de contacto

DEA

Instrucciones por voz

Indicadores visuales

Instrucciones de RCP

RCP

Para la resucitación cardiopulmonar (opcional)

Bateria

Recargable

Carga de la bateria mientras el equipo se encuentra conectado a la corriente alterna y encendido

2.5 horas de monitorización (ECG, CO2ef y SpO2 de forma continua y PNI cada 15 minutos) seguido de 20 cargas / descargas al nivel máximo de energía

Accesorios (por cada equipo)

Lic. Oscar A. Noldin Nuñez — Director Administrativo — DGGIES - M.S.P.B.S.

Dr. Derlis Galeano S. — Director General — DGGIES - MSP y BS

Lic. Ricardo Z. Caballero — DYSA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA

07 JUN 2022

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud

Dr. Manuel Domínguez N° 1147 c/ Brasil — Asunción - Paraguay

D.G.G.I.E.S.	ORDEN DE COMPRA	LPN N° 49/2020 "ADQUISICION DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EN COOPERACION CON LA REPUBLICA CHINA - TAIWAN PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA - MSPYBS - ID N° 382.293	ORDEN Nº	B-6052

Señores: DYSA HEALTHCARE S.A.	Fecha de Emisión:	03/06/2022
R.U.C.: 80013820-1	Plazo de Entrega:	S/ CONTRATO
Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación,de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra.	Fecha de Contrato:	06/05/2022

2 (dos) Pares de Palas externas pediátricos.

Parches descartables para DEA, 6 (seis) pares (o kits) por equipo. Los mismos deberán tener fecha de vencimiento (o expiración) de al menos 1 (un) año posterior a la fecha de recepción de los equipos o en su defecto, fecha de fabricación de cómo máximo tres meses anteriores a la fecha de recepción de los equipos. Si los mimos poseen cables conexión reutilizables, deberán ser entregados 1 (uno) por cada equipo.

1 (un) CD de instalación de software

Otros Requerimientos:

- Capacitación técnica para el usuario y Técnico.

Manual técnico de operación y del usuario en español e inglés (en caso de estar en ingles deberá estar traducido por Traductor Público Matriculado.).

Garantía de los quipos: se otorgará una garantía contra todo defecto de fábrica con la duración de 2 años a partir de la instalación y puesta en funcionamiento del equipo, la garantía incluirá Mantenimiento Preventivo (según recomendaciones del fabricante), Mantenimiento Correctivo con provisión de repuestos y Asistencia Técnica durante la duración de la garantía. Si el equipo presenta fallas por falta de Mantenimiento Preventivo, esto deberá ser sustituido por otro equipo de similares características durante el tiempo que tome su reparación.

TOTAL	44.940.900

Son Guaraníes: CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS.-

Elab. Bruno Gomez	Forma de Pago: Credito.-
Plan de Entrega: Los plazos de entrega seran computados en dias corridos. Las ordenes de compra seran emitidas por: Direccion General de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud. Maximo 90 dias contados a partir de la recepcion de la Orden de Compra.-	Lugar de Entrega: Depósito de la Dirección Biomédica (Avda. Venezuela N° 1492 al lado del INERAM)

Lic. Oscar Ariel Noldin Nuñez
Director Administrativo

Dr. Derlis Carlos León Sanabria
Director General

USO INTERNO

Dependencia Solicitante D.G.G.I.E.S.	MEMORANDUM D.B. N° 240/2022	Imp. Presupuestario
Dirección Administrativa	Contrato N° 109/2022	Productos e Insumos Químicos
	Simese N° 89179/2022	

Lic. Ricardo Z. Caballero
DYSA

DYSA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA

07 JUN 2022