DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD
D.G.G.I.E.S.
Fulgencio Yegros n° 748 – Telefax 444 666

ACLARACIONES – ID 225.251 – L.P.N. N° 25/2011

"ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y REACTIVOS PARA PATOLOGIAS CRONICAS NO INFECCIOSAS"

- **Consulta**: Ítem N° 179: Papel p/ ecocardiografía, se refiere al papel para video printer de alta densidad (HD) o de alto brillo (HG), favor aclarar.
  Respuesta: Se solicita HD que es alta densidad

- **Consulta**: Ítem N° 180: Papel p/ electrocardiografía, dice rollo 63 mm, 50 mm x 30 mts., cual es la medida solicitada de 63mm x 30 mts o 50 mm x 30 mts. Favor aclarar
  Respuesta: Se solicita rollo de 63 mm rollo x 30 mts 3 canales.

- **Consulta**: Ítem N° 181: Papel p/ electrocardiografía, se refiere al papel en Z de 90 x 70 mm? Favor aclarar.
  Respuesta: Se solicita en pliegue "Z" /3 canales 90 mm x 70 mm.

- **Consulta**: Teniendo en cuanta resolución GMC 131/96 que reglamente la verificación del cumplimiento de las buenas prácticas de fábricas productos médicos y la resolución GMC 50/98 que establece el reglamento técnico sobre las jeringas hipodérmicas estériles de un solo uso, puesta en vigencia dicha resolución en la República del Paraguay por Decreto N° 10.116/00, de fecha 22/08/11. Solicitamos a la convocante que dicha resolución forme parte del PBC.
  Respuesta: Se mantendrá las documentaciones solicitadas en el PBC, esta sugerencia se tendrá en cuanta en las próximas licitaciones.

- **Consulta:** Ítem 186: la convocante solicita set de catéter doble lumen para hemodiálisis pediátrico, de 10 fr. Se podrá ofertar ser de catéter doble lumen para hemodiálisis pediátrico, de 8 fr?
  Respuesta: Se solicita catéter doble lumen para hemodiálisis de 10 fr.