GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 03/2014
ID N°: **272.866.**
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA LA GOBERNACIÓN DE CONCEPCIÓN.

Concepción, 21 de mayo de 2014.

ACLARACIÓN N° 01

EMPRESA 1)

CONSULTA 1: En la página 19 del PBC dice: "En caso de defectos de fábrica el PROVEEDOR a su cuenta y cargo deberá reponer el bien o remplazar los repuestos averiados según determinación de la convocante dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes de tener conocimiento de la situación señalada precedentemente".
Solicitamos que este plazo para reponer o reemplazar los repuestos averiados sea extendido a 15 (quince) días en caso que ciertas piezas deban ser importadas. Resaltamos que existen ciertos repuestos que no pueden ser almacenados en el stock de los representantes.
REPUESTA 1): Se debe adecuar a lo establecido en el PBC.

CONSULTA 2): En la página 21 del PBC – CGC 14.5 dice "La tasa de interés que se aplicará es del 2% sobre el valor de la factura por cada treinta días de atraso hasta que haya efectuado el pago completo".
Solicitamos que la tasa de interés por demora en el pago de las facturas sea aplicada por día de atraso. En las Condiciones Generales del Contrato Cláusula 14 "Condiciones de Pago" se establece 14.5 Si la Contratante no efectuara cualquiera de los pagos al Proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en la CEC, la Contratante pagará al Proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en las CEC, por el periodo de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.
REPUESTA 2): Se debe adecuar a lo establecido en el PBC.

CONSULTA 3): En la página 21 del PBC – "CGC 15.1 – NO SE OTORGARAN ANTICIPOS".
Solicitamos prever un Anticipo Financiero de acuerdo a lo establecido en la Ley 2051/03 y las Condiciones Generales de Contrato Cláusula 15 Pago de Anticipo y Garantía – 15.1 Si se establece en las CEC el pago de anticipos no podrá superar en ningún caso el 50% del monto del contrato de conformidad al artículo 20 inciso "q" de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas: Con anterioridad a la entrega del anticipo, el Proveedor deberá entregar a la Contratante una Garantía de Anticipo en guaraníes por el ciento por ciento (100%) del monto entregado en dicho concepto, y en las formas establecidas en el Art. 81 del Decreto Reglamentario N° 5.174/05.
REPUESTA 3): Se debe adecuar a lo establecido en el PBC.

CONSULTA 4): En la página 22 del PBC – CGC 27.5 dice: "El plazo para reparar o reemplazar los bienes será cinco (5) días".
Solicitamos que el plazo para reparar o reemplazar los bienes sea extendido a 15 (quince) días en caso que ciertas piezas deban ser importadas. Resaltamos que existen ciertos repuestos que no pueden ser almacenados en el stock de los representantes.
REPUESTA 4): Se debe adecuar a lo establecido en el PBC.

CONSULTA 5): En la página 22 del PBC – CGC 33.1 (a) (vi) " El Contratante podrá terminar el Contrato además en los siguientes casos en los casos indicados en las Condiciones Generales de Contrato CGC 33.1 y las establecidas en la Ley 2051/03. En caso de defectos de fábrica el oferente adjudicado deberá reponer el bien dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes de tener conocimiento de la situación.
Solicitamos extender este último plazo a 15 (quince) días en caso que ciertas piezas deban ser importadas. Resaltamos que existen ciertos repuestos que no pueden ser almacenados en el stock de los representantes.
REPUESTA 5): Se debe adecuar a lo establecido en el PBC.

CONSULTA 6): En la página 13 del PBC – Especificaciones Técnicas dice: "Almacenamiento de memoria cine 2D de al menos 42000 cuadros (como mínimo)".
Solicitamos que se acepten equipos con almacenamiento de memoria cine 2D de al menos 400 cuadros por segundo ya que la obtención de clips de cine se utiliza para vistas específicas y no se requiere tanta cantidad de cuadros de cine. En el caso de que sea necesario grabar la sesión completa, se puede utilizar el grabador de DVD.
REPUESTA 6): Se debe adecuar a los requerimientos mínimos solicitados en el PBC.

CONSULTA 7): En la página 13 del PBC – Especificaciones Técnicas dice: "Puertos USB para conexión de periféricos, de modo al menos 4 puertos (como mínimo).
Solicitamos que se acepten equipos con al menos 3 puertos USB para conexión de periféricos de modo a dar participación a un mayor número de oferentes.
REPUESTA 7): Se debe adecuar a los requerimientos mínimos solicitados en el PBC.

CONSULTA 8): En la página 14 del PBC – Especificaciones Técnicas dice: "Con posibilidad de Opción Elastoscan"
"Elastoscan" es el nombre comercial exclusivo que la marca Samsung – Medison utiliza para la tecnología elastografia. Solicitamos que aclaren si lo que solicitan en este punto es que el equipo cuente con la funcionalidad denominada elastografia.
REPUESTA 8): Lo solicitado en este punto es que, el equipo deberá contar con la funcionalidad denominada elastografia.

GOBERNACION DEPARTAMENTO CONCEPCION

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 03/2014
ID N°: **272.866.**
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA LA GOBERNACIÓN DE CONCEPCIÓN.

EMPRESA 2
ECOGRAFO MODULAR MULTIPROPOSITO DOPLLER COLOR

Consulta1): Sección III, en el punto1 – Especificaciones técnicas, ítem 1, descripción General: donde dice: Equipo modular de alta resolución como mínimo de 1280 x 1024, consultamos si podrán ser aceptados equipos modulares con resolución de 1024 x 768 como mínimo, para dar mayor participación a oferentes.
REPUESTA 1): **Se debe adecuar a los requerimientos mínimos solicitados en el PBC.**

Consulta 2): Sección III, en el punto1 – Especificaciones técnicas, ítem 1, Características Generales, punto 1: donde dice: pantalla: monitor como mínimo de 19 pulgadas medidas diagonalmente, consultamos si pueden ser aceptadas de 17 pulgadas medidas diagonalmente como mínimo.
REPUESTA 2): **Se debe adecuar a los requerimientos mínimos solicitados en el PBC.**

Consulta 3): Sección III, en el punto1 – Especificaciones técnicas, ítem 1, características generales, punto 10: donde dice: capacidad de almacenamiento en disco rígido de al menos 500 GB (como mínimo), consultamos si la mínima que puede ser aceptada 320 GB de almacenamiento en el disco rígido, para dar mayor participación a los oferentes.
REPUESTA 3): **Se debe adecuar a los requerimientos mínimos solicitados en el PBC.**

Consulta4): Sección III, en el punto1 – Especificaciones técnicas, ítem 1, Características Generales, en el punto donde dice: Rango dinámico de al menos 200 dB (como mínimo), consultamos si se puede aceptar a partir de 160 dB, como mínimo, para dar mayor participación a oferentes.
REPUESTA 4): **Se debe adecuar a los requerimientos mínimos solicitados en el PBC.**

Consulta 5): Sección III, en el punto1 – Especificaciones técnicas, ítem 1, Características generales, en el punto donde dice: Almacenamiento de memoria cine 2D de al menos 42000 cuadros (como mínimo), consultamos si se puede reducir este rango a 12000 cuadros, como mínimo, para dar mayor participación a oferentes.
REPUESTA 5): **Se debe adecuar a los requerimientos mínimos solicitados en el PBC.**

Consulta 6): Sección III, en el punto1 – Especificaciones técnicas, ítem 1, Características Generales, en el punto donde dice: 64000 Canales digitales de procesamiento (como mínimo), consultamos si se puede aceptar esta característica a partir de 1024 canales, como mínimo, para dar mayor participación a los oferentes.
REPUESTA 6): **Se debe adecuar a los requerimientos mínimos solicitados en el PBC.**

Consulta 7): Sección III, en el punto1 – Especificaciones técnicas, ítem 1, Modos, punto 4: donde dice: con posibilidad de opción Elastoscan. Pedimos aclarar si la función Elastoscan es obligatoria u opcional, ya que se trata como opcional en la misma.
REPUESTA 7): **Lo solicitado en este punto es que, el equipo deberá contar con la funcionalidad denominada elastografia.**

Consulta 8): Sección III, en el punto 2 Plan de Entrega de Bienes, ítems 1, 2 y 3, fecha final de entrega de los Bienes: donde dice: Treinta (30) días corridos como máximo a partir de la Firma de Contrato, consultamos si se podrían extender la fecha de entrega por lo menos 15 días más, es decir, 45 días hábiles a partir de la firma del Contrato.
REPUESTA 6): **Se debe adecuar a los requerimientos mínimos solicitados en el PBC.**

INCUBADORAS MÉDICAS

Consulta1): Sección III, en el punto 1 Especificaciones Técnicas, ítem 2, en la sección Descripción General: donde dice: la humedad se ajusta entre el 30 y el 90° con un control de humedad, consultamos si el Humidificador puede ser opcional o en todo caso externo a la incubadora.
REPUESTA 1): En la Sección III. Suministros Requeridos. 1) Especificaciones Técnicas Ítem 2) establece: **CONTROL DE HUMEDAD Y PANTALLA:** La humedad en el interior de la cabina puede ser controlada hasta que llegue al valor establecido y el rango del control de humedad está entre 30% y 90%. **La humedad generada se suministra a la cabina por un sistema de circulación de aire**. El valor medido se muestra en la ventana de indicación de humedad de la pantalla.
Humidificador: Control automático.
Por tanto el Humidificador está incorporado al equipo.
Se debe adecuar a los requerimientos mínimos solicitados en el PBC.

Consulta 2): Sección III, en el punto 1 Especificaciones Técnicas, ítem 2 en la sección Caja Sensora: donde dice: Estos datos se muestran en una amplia pantalla LED, se solicita aclarar mayores especificaciones sobre el mismo punto.
REPUESTA 2) Se refiere a que los datos de las 8 (ocho) funciones, se muestran en una amplia pantalla LED incorporada a la incubadora. Se debe adecuar a los requerimientos mínimos solicitados en el PBC.

SILLONES ODONTOLOGICOS CON IMPLEMENTOS

Consulta1): Sección III, en el punto 1, Especificaciones Técnicas, en la sección Características del compresor, ítem 3, donde dice: Compresor de 1 HP que genera 152 litros por minuto, se solicita que el mismo sea de al menos 200 litros por minuto de capacidad.
REPUESTA 1): Se debe adecuar a los requerimientos mínimos solicitados en el PBC.

Consulta2): Sección III, en el punto 1, Especificaciones Técnicas, en la sección Características de la esterilizadora, ítem 3, donde dice comando digital, se desea saber mayor información respecto a las características de dicho comando.
REPUESTA 2): Comando digital se refiere a los indicadores (botones) de uso digital para establecer los diferentes programas o comandos de la esterilizadora.

Consulta 3): Sección III, en el punto 1, Especificaciones Técnicas para el ítem 3, se recomienda establecer que el tipo del foco de la lámpara sea del tipo LED, por mejor desempeño, ya que no se especifican sus características en los requerimientos.
REPUESTA 2): Se debe adecuar a los requerimientos mínimos solicitados en el PBC.

Consulta 4): Sección III, en el punto 1, Especificaciones Técnicas, en la sección característica de la esterilizadora, ítem 3, donde dice rango de temperatura de 0 a 190 grados centígrados, se desea saber si el rango se puede reducir a 160 grados centígrados.
REPUESTA 4): Se debe adecuar a los requerimientos mínimos solicitados en el PBC.

Empresa 3
Consulta 1): En la página 18 del PBC – Plan de Entregas dice: "La fecha final de entrega de los bienes es de 30 días a partir de la fecha de la firma del contrato", mientras que en la página 18 dice: "El PROVEEDOR" contará con un plazo máximo de 30 (treinta) días hábiles, una vez recibida la Orden de Compra para la entrega total de los Bienes y su puesta en funcionamiento.
Solicitamos que el plazo de entrega de los bienes sea ampliado a por lo menos 60 días. Además solicitamos aclarar a partir de qué fecha corre el plazo de entrega del equipo.
REPUESTA 2): Se debe adecuar a lo establecido en el PBC. Para la entrega de los bienes "El PROVEEDOR", contará con un plazo máximo de 30 (treinta) días hábiles, una vez recibida la Orden de Compra para la entrega total de los Bienes y su puesta en funcionamiento.

EMPRESA 4
Consulta 1): Pantalla: Se solicita pantalla de 19 pulgadas, con el fin de dar oportunidad a un mayor número de oferentes solicitamos se admitan equipos con pantalla a partir de 15 pulgadas.
REPUESTA 1): Se debe adecuar a los requerimientos mínimos solicitados en el PBC.

Consulta 2): Panel de control ajustable en altura: Solicitamos se acepten equipos ergonómicos sin necesidad de regulación de altura.
REPUESTA 2): Se debe adecuar a los requerimientos mínimos solicitados en el PBC.

Consulta 3): Puerto para sonda ciega: Solicitamos eliminar la exigencia de sonda ciega ya que ella no tiene nada que ver con la funcionalidad del equipo.
REPUESTA 3): Se debe adecuar a los requerimientos mínimos solicitados en el PBC.

Consulta 4): Canales digitales de procesamiento: Se solicita 64.000 canales digitales de procesamiento, estos canales son multiplexado ya que no existe en el mercado ningún equipo con más de 1.024 canales digitales directos siendo ésta la especificación técnica crítica y que si influye en la calidad de imagen y performance del equipo. Solicitamos que en este requisito se solicite "equipo con no menos de 1.024 canales de procesamiento digital directo".
REPUESTA 4): Se debe adecuar a los requerimientos mínimos solicitados en el PBC.

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CONCEPCIÓN

Consulta 5): Almacenamiento en memoria: Se solicita almacenamiento para 42.000 cuadros sin embargo el equipo no tendrá funciones de servidor de imágenes por lo que solicitamos se acepten equipos con almacenamiento de al menos 1.000 color y 2D.
REPUESTA 5): **Se debe adecuar a los requerimientos mínimos solicitados en el PBC.**

Consulta 6): Capacidad para 4D en el futuro: Solicitamos que este ítem sea opcional.
REPUESTA 6): **Se debe adecuar a los requerimientos mínimos solicitados en el PBC.**

Consulta 7): 4 puertos para conexión USB: Solicitamos se acepten equipos de al menos 2 puertos para conexión USB ya que es una cantidad suficiente para el trabajo normal con este tipo de equipos.
REPUESTA 7): **Se debe adecuar a los requerimientos mínimos solicitados en el PBC.**

Consulta 8): Solicitamos que los requisitos de imagen cuádruple, ecocardio fetal, Imagen panorámica y elastografia sean ítem opcionales.
REPUESTA 8): **Se debe adecuar a los requerimientos mínimos solicitados en el PBC.**

Consulta 9): Transductor endocavitario: Solicitamos se acepten transductores de 4 a 8 MHz y ángulo de exploración de 135°.
REPUESTA 9): **Se debe adecuar a los requerimientos mínimos solicitados en el PBC.**

Consulta 10): Solicitamos que el plazo de entrega sea como mínimo de 90 (noventa) días, considerando que son equipos a importar del exterior.
REPUESTA 9): **Se debe adecuar a los requerimientos mínimos solicitados en el PBC.**

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CONCEPCION

Lic. Edgar Francisco Fretes Cristaldo
Director UOC