ACLARACIÓN Nº 1

LPN Nº 005/2017 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO – EN EL MARCO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL CONACYT. – ID Nº 330.679.-

A continuación las consultas realizadas por potenciales oferentes y las respuestas por parte de los Técnicos responsables de los bienes solicitados:

CONSULTA Nº 1: EL ÍTEM Nº 20 ESPECTRÓMETRO RAMÁN, En donde solicitan: sean aceptados equipos con software con Rápida identificación de materiales desconocidos con resultados "MATCH" o "NO MATCH", quedando como opcional la verificación rápida de materiales conocidos con resultados "PASS" o "FAIL", ya que es la más empleada por los fabricantes de renombre internacional.
RESPUESTA: La verificación rápida de MATCH o NO MATCH, siempre que la identificación sea posible con la base de datos que vienen con el equipo u otras externas.

CONSULTA Nº 2: EL ÍTEM Nº 20 ESPECTRÓMETRO RAMÁN, En donde solicitan: Sonda de activación, consultamos hubo algún tipo de error ya que actualmente se utilizan las **sondas de inmersión,** ya que estos tipos de sondas fueron diseñadas específicamente para este tipo de equipos.
RESPUESTA: Será aceptada la sonda de inmersión siempre y cuando la sonda sea compatible con los accesorios solicitados (trípode, cámara y microscopio).

CONSULTA Nº 3: EL ÍTEM Nº 20 ESPECTRÓMETRO RAMÁN, En donde solicitan dice siete algoritmos de búsqueda: estos equipos cuentan hasta dos algoritmos de búsqueda con múltiples sub-algoritmos.
RESPUESTA: Los algoritmos de búsqueda generalmente son cerrados, pero el algoritmo deberá permitir la búsqueda, comparación y procesamiento de varios espectros a la vez.

CONSULTA Nº 4: EL ÍTEM Nº 20 ESPECTRÓMETRO RAMÁN, En donde solicitan capacidad de guardar, ver, imprimir y archivar informes de análisis; se recomienda agregar: "**EN DEDÍCATE SW, basado en Windows**" por tratarse de una herramienta más adaptada al uso que se dará a este proyecto específico.

RESPUESTA: Generalmente los software de los equipos son compatibles con .sw, para no limitar el llamado no fue detallada la extensión del archivo del espectro. Siendo aceptados los software que trabajan con archivos de extensión .sw que puedan exportar datos a otros formatos .tx o .dat.

Abog. Ariel R.T. Velázquez O.
Jefe de la Unidad
Operativa de Contrataciones