MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES – NIVEL CENTRAL

Asunción, 05 de diciembre de 2014

Respuestas Consultas CONTRATACIÓN DIRECTA N° 147/14 "ADQUISICIÓN DE ECÓGRAFO PORTATIL MULTIPROPÓSITO PARA EL HOSPITAL DE LOMA PYTA - AD REFERÉNDUM". ID N° 283.781.-

Consulta N° 1

- **Consulta 1: Donde dice: Pantalla: Monitor color TFT de al menos 15 (pulgadas) medidas diagonalmente.**

  Solicitamos a la convocante nos permitan ofertar equipos con Pantalla LCD de alta definición de 13,3 pulgadas medidas diagonalmente, ya que la diferencia no es muy significativa y de manera a dar mayor participación de potenciales oferentes.

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC. Se aclara que las características solicitadas son mínimas, se aceptaran equipos que cuenten con características superiores.

Consulta N° 2

- **Consulta 2: Donde dice: Transductor endocavitario, con sensor de temperatura, con un ancho de banda de 4 a 9 Mhz y con angulo de exploración de al menos 180°. Cantidad mínima: 1 (una) unidad por cada equipo.**

  Los sensores de temperatura en transductores son utilizados normalmente en Transductores Transesofagicos, y no se aplica para los demás tipos de transductores. Solicitamos aclarar este punto o eliminar la funcion de sensor de temperatura en este tipo de transductor.

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC. Se aclara que las características solicitadas son mínimas, se aceptaran equipos que cuenten con características superiores.

Consulta N° 3

- **Consulta 3: Donde dice: Estuche original (con ruedas y manija tipo valija) para guardar y transportar el equipo y accesorios. Cantidad mínima: 1 (una) unidad por cada equipo.**

  Solicitamos a la convocante que acepten también, Estuche original (con ruedas y manija tipo valija) o tipo mochila para guardar y transportar el equipo y accesorios. Cantidad mínima: 1 (una) unidad por cada equipo.
  Esto atendiendo a que nuestro equipo no pesa mas de 6 Kg., y los estuches son fabricados de acuerdo al peso y tamaño del equipo, y esto no es una limitante en cuanto a la funcionalidad del equipo.

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC. Se aclara que las características solicitadas son mínimas, se aceptaran equipos que cuenten con características superiores.

Ing. MAE Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSPBS

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES – NIVEL CENTRAL

Consulta N° 4

- **Consulta 4: Donde dice: Plazo de entrega: La entrega de los bienes adjudicados se realizara dentro de los 10 (diez) días calendarios contados desde la recepción de la orden de compra por parte del proveedor.**

  Se solicita a la convocante extender el plazo de entrega a al menos 30 (treinta) días calendarios contados desde la recepción de la orden de compra por parte del proveedor.

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC. Se aclara el plazo de entrega no se modificara, por la urgencia de contar con dicho equipamiento.

Consulta N° 5

1. **Donde dice "Capacidad de almacenamiento de disco rígido, de al menos 320 GB", solicitamos poder ofertar equipos con capacidad de almacenamiento de 80GB, considerando que esta característica no afectará la funcionalidad del equipo, de manera que permita la mayor participación de oferentes.**

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC. Se aclara que las características solicitadas son mínimas, se aceptaran equipos que cuenten con características superiores.

Consulta N° 6

2. **Donde dice "Rango dinámico de 280dB o mejor", solicitamos poder ofertar equipos con rango dinámico de 170dB, considerando que esta característica puede variar considerablemente entre las diferentes marcas y esto permitirá la mayor participación de oferentes.**

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC. Se aclara que las características solicitadas son mínimas, se aceptaran equipos que cuenten con características superiores.

Consulta N° 7

3. **Donde dice "2(dos) puertos activos para conexión de transductores", solicitamos poder ofertar equipos con un 1(un) puerto activo para conexión de transductores, considerando que esta es una característica común a la mayoría de los equipos portátiles de mercado, siendo dos puertos activos característica única de la marca Esaote. Esto permitirá la participación de los demás oferentes.**

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC. Se aclara que las características solicitadas son mínimas, se aceptaran equipos que cuenten con características superiores.

Ing. MAE Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSPBS

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES – NIVEL CENTRAL

Consulta N° 8

4. **Donde dice "Transductor endocavitario, con sensor de temperatura, con un ancho de banda de 4 a 9 MHz y con ángulo de exploración de al menos 180º", solicitamos poder ofertar transductor endocavitario con un con un ancho de banda de 4 a 9 MHz y con ángulo de exploración de al menos 130º, ya que esta función no afecta la calidad de imagen del equipo y permitirá la mayor participación de oferentes.**

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC. Se aclara que las características solicitadas son mínimas, se aceptaran equipos que cuenten con características superiores.

Consulta N° 9

Donde dice: (HDD) de al menos 320 GB o superior *Solicitamos* se permita ofertar equipos con 64 Gb de disco duro de Estado Sólido, considerando que este tipo de disco duro es mejor y además de tener más capacidad que los discos duros (HDD) hacen que el sistema operativo del equipo sea más rápido.

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC. Se aclara que las características solicitadas son mínimas, se aceptaran equipos que cuenten con características superiores.

Consulta N° 10

Donde dice: Rango dinámico 280db o mejor, solicitamos permita ofertar ecógrafos portátil con rango dinámico de al menos 200dB.

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC. Se aclara que las características solicitadas son mínimas, se aceptaran equipos que cuenten con características superiores.

Consulta N° 11

Donde dice: 2 puertos activos, como mínimo para conexión de transductores, solicitamos permita ofertar equipos con un puerto para tranductor y dos puertos para transductores en el carro.

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC. Se aclara que las características solicitadas son mínimas, se aceptaran equipos que cuenten con características superiores.

Consulta N° 12

Donde dice: Modos de Imágen Direccional Color Power Doppler (DCPD), solicitamos permita ofertar equipos que no cuenten com este modo.

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC. Se aclara que las características solicitadas son mínimas, se aceptaran equipos que cuenten con características superiores.

Consulta N° 13

Donde dice: Software para las siguientes aplicaciones, solicitamos se permita ofertar equipos sin aplicación para Ecografía Intraoperatoria

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC. Se aclara que las características solicitadas son mínimas, se aceptaran equipos que cuenten con características superiores.

Ing. MAE. Sergio Barrios
Director General
Dirección General Operativa de Contrataciones
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES – NIVEL CENTRAL

Consulta N° 14

Donde dice: Transductor lineal para aplicaciones Intraoperatoria com ancho de banda de 5 a 12 MHz. Solicitamos permita ofertar Transductor Lineal com ancho de banda de 5 a 12 MHz

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC. Se aclara que las características solicitadas son mínimas, se aceptaran equipos que cuenten con características superiores.

Consulta N° 15

Donde dice: Transductor endocavitario, com sensor de temperatura, com ancho de banda de 4 a 9 MHz y com ángulo de exploración de al menos 180°, solicitamos que permitan ofertar equipos com transductor endocavitario com ancho de banda de 4 a 9 MHz y ángulo de exploración de 148°

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC. Se aclara que las características solicitadas son mínimas, se aceptaran equipos que cuenten con características superiores.

Consulta N° 16

Donde dice: plazo de entrega dentro de los 10 días calendarios contados desde la recepción de la orden de compra solicitamos ampliar este plazo a 45 días posteriores a la firma del contrato

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC. Se aclara el plazo de entrega no se modificara, por la urgencia de contar con dicho equipamiento.

Consulta N° 17

Donde dice: Doppler continuo, solicitamos considerar esta característica como opcional.

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC. Se aclara que las características solicitadas son mínimas, se aceptaran equipos que cuenten con características superiores.

Consulta N° 18

Donde dice: Panoramic View, solicitamos considerar una característica como opcional para la oferta.

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC. Se aclara que las características solicitadas son mínimas, se aceptaran equipos que cuenten con características superiores.

Consulta N° 19

Donde dice: HDD de al menos 320gb, solicitamos que los parámetros sean mínimo de 40GB.

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC. Se aclara que las características solicitadas son mínimas, se aceptaran equipos que cuenten con características superiores.

Consulta N° 20

Donde dice: Frame rate de 700 f/s o mejor, solicitamos considerar de 500 f/s como mínimo.

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC. Se aclara que las características solicitadas son mínimas, se aceptaran equipos que cuenten con características superiores.

Ing. MAE. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES – NIVEL CENTRAL

Consulta N° 21

Donde dice: Rango Dinámico 280 db o mejor, solicitamos considerar el de 190 db como mínimo.

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC. Se aclara que las características solicitadas son mínimas, se aceptaran equipos que cuenten con características superiores.

Ing. MAE. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

ING. MAE SERGIO BARRIOS
DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES