LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 09/12
"Adquisición de Insumos para Nefrología para el I.P.S."

ACLARACIÓN N° 1

Asunción, 17 de febrero de 2012.

AL OFERENTE:

Con relación a la Licitación Pública Nacional N° 09/12 **"Adquisición de Insumos para Nefrología para el I.P.S."**, se realizan las siguientes aclaraciones a las consultas presentadas:

➢ **Consulta N° 1:**

En el ítem 1 Lote 11 Código 7684, donde dice: Filtro Capilar p/ Hemodiálisis Sintéticas 1,5 – 1,8 m2. Poliacrilonitrilo (AN 69, PAN, SPAN), Polisulfona, Poliamida, Polimetilmetacrilato (PMMA), Policarbonato, Etilenvinilalcohol (EVAL), Esterilizado con ETO o Rayos Gamma.

- Las especificaciones técnicas detalladas anteriormente, corresponden a Filtros Capilares Fabricados con fibras de Polímeros Sintéticos, utilizados para Hemodiálisis Sintéticas.
- Entendemos que las diversas opciones solicitadas, responden al interés por parte del I.P.S., de obtener las mejores alternativas de productos para la Institución y Beneficio de los pacientes.

Por lo expuesto anteriormente, consultamos: Si podrían incluir dentro de las especificaciones técnicas mencionadas para este ítem: Filtros Capilares de Polietersulfona (Polyethersulfona).

Respuesta:

El oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.

➢ **Consulta N° 2:**

En el ítem 1 Lote 9 Código 7682, donde dice: Filtro Capilar p/ Hemodiálisis Sintéticas 0,9 – 1,1 m2. Poliacrilonitrilo (AN 69, PAN, SPAN), Polisulfona, Poliamida, Polimetilmetacrilato (PMMA), Policarbonato, Etilenvinilalcohol (EVAL), Esterilizado con ETO o Rayos Gamma.

- Las especificaciones técnicas detalladas anteriormente, corresponden a Filtros Capilares Fabricados con fibras de Polímeros Sintéticos, utilizados para Hemodiálisis Sintéticas.
- Entendemos que las diversas opciones solicitadas, responden al interés por parte del I.P.S., de obtener las mejores alternativas de productos para la Institución y Beneficio de los pacientes.

Por lo expuesto anteriormente, consultamos: Si podrían incluir dentro de las especificaciones técnicas mencionadas para este ítem: Filtros Capilares de Polietersulfona (Polyethersulfona).

Respuesta:

El oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.

➢ **Consulta N° 3:**

En el ítem 1 Lote 10 Código 7683, donde dice: Filtro Capilar p/ Hemodiálisis Sintéticas 1,2 – 1,4 m2. Poliacrilonitrilo (AN 69, PAN, SPAN), Polisulfona, Poliamida, Polimetilmetacrilato (PMMA), Policarbonato, Etilenvinilalcohol (EVAL), Esterilizado con ETO o Rayos Gamma.

- Las especificaciones técnicas detalladas anteriormente, corresponden a Filtros Capilares Fabricados con fibras de Polímeros Sintéticos, utilizados para Hemodiálisis Sintéticas.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Enrique Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

- Entendemos que las diversas opciones solicitadas, responden al interés por parte del I.P.S., de obtener las mejores alternativas de productos para la Institución y Beneficio de los pacientes.

Por lo expuesto anteriormente, consultamos: Si podrían incluir dentro de las especificaciones técnicas mencionadas para este ítem: Filtros Capilares de Polietersulfona (Polyethersulfona).

Respuesta:

El oferente deberá ajustarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.

➢ **Consulta N° 4:**

Solicitan:
Lote N° 2 – Solución Desincrustante p/Hemodiálisis (Ácido Peracético) de 3 a 5%, Ácido Peracético al 3 – 5%, con o sin agregados. Presentación frasco o bidón lacrado de 5 a 10 litros. Debe incluir dos tiras reactivas por cada bidón.

Consulta: A que se refieren cuando solicitan la inclusión de Dos Tiras Reactivas por cada Bidón?

Respuesta:

Se aclara que se solicitan estas tiras a razón que los usuarios finales, los servicios puedan verificar in situ la concentración final del ácido peracético, para los correspondientes ajustes de ser necesario.

➢ **Consulta N° 5:**

En el Lote 12 Líneas Arterio-Venosas p/ Hemodiálisis.
Donde dice: Arterial y Venosa, de PVC flexible, esterilizada con ETO o Rayos Gamma, c/Clamp de seguridad, cazaburbujas arterial y venosa, línea de Heparina, línea con macrogotero, diámetro 6 u 8 mm.- Solicitar que el equipo de burbujas arterial sea opcional.

Respuesta:

El cazaburbujas de la línea arterial podrá ser opcional

➢ **Consulta N° 6:**

Con relación al mismo Lote 12: Líneas Arterio-Venosas p/ Hemodiálisis, se solicita que la línea con macrogotero sea opcional a las Lineas Arterio – Venosas.

Respuesta:

El equipo macrogotero no podrá ser opcional. Si éste no viene dentro del set de origen del laboratorio, podrá anexarse una unidad (equipo macrogotero) por cada línea venosa.

➢ **Consulta N° 7:**

Ítems 23 y 24 se pueden cotizar conectores de plásticos.

Respuesta:

El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lorena Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.