San Lorenzo, 28 de Noviembre del 2017

Señores
Participantes de la LCO N° 53/2017
"ADQUISICION DE INSUMOS PARA ENDOSCOPIA, CIRUGIA Y OTROS – AD REFERENDUM AMPLIACION PRESUPUESTARIA"
ID N° 337.928.
Presente

El Departamento de Contrataciones dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas de la Facultad de Ciencias Médicas comunica la ***Adenda N° 4:***

Se modifica la fecha de entrega de ofertas y la apertura de ofertas, visualizados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

Se modifican los siguientes puntos del Pliego de Bases y Condiciones, quedando de la siguiente manera:

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

1. Especificaciones Técnicas

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN DE ENTREGA
65	42294713-001	Oxigenador a membrana capilar	Oxigenador de Membrana microporosa Adulto con recubierta Biocompatible a base de moleculas de heparina y proteinas o mejorados, Reservorio venoso de 4000ml a 5000 ml, con drenaje venoso 1/2" con reservorio de alta transparencia, reservorio de cardiotonia. Oxigenador con salida arterial de 3/8",conector de recirculación1/4",intercambiador de temperatura **en ½" del tipo HANSEN** con entrada y salida 3/8" filtro. Los componentes o insumos deben ser de la misma marca ya que con esto se asegura la integridad y compatibilidad en el circuito extracorporeo y deberán presentarse en paquetes y/o kits acorde a lo solicitado bajo estricta esterilización. **El oxigenador precisa ser compatible con agentes anestésicos**. La marca ofertada debe ser la misma que la marca ofertada en los ítems 66,67,68.	unidad	Unidad
68	42293112-998	Tubos para circulacion extracorporea	Set de tubos de pvc para CEC, Presentación en bandeja esteril con paquete para mesa conteniendo como minimo. Linea arterial de 3/8" 250cm, linea Venosa de 1/2"de 250cm y una linea venosa 3/8 de 250 cm de longitud, tres aspiradores de 1/4 X 1/16 de 300cm, un tubo de 1/4 X 1/16 de 250cm de longitud, de reserva. Con recubierta biocompatible. Debe contener accesorios. 1 Conector de tubo en Y 1/2"-3/8"-3/8", 1 conector Y 3/8"-3/8"-3/8" 1Conector de tubo recto 3/8"con entrada lateral tipo luer lock 1 conector recto ½" con entrada lateral tipo luer lock.1 Conector de tubo en Y 1/4"-1/4"-1/4" 3 llaves de tres pasos, 3 isoladores de presion con prolongador y llave de 3 pasos, 10 cintillos de seguridad. Paquete de Perfusion. 1 tubo de rodillo arterial 1/2" 50 a 60 cm en medio de tubos 3/8" de un lado 100cm y el otro extremo 150cm, 3 tres tubos de 1/4 de 200 a 250 cm en un extremo tubos de 3/8 de 50 a 60 cm para	unidad	Unidad

			rodillo con conector libre en un extremo 3/8"-1/4". Todos los tubos con recubierta biocompatible. La bandeja debe ser compatible con maquina de extracorporea de la institucion, lo cual el oferente debera pasar por el dpto de electromedicina para su verificacion. Los componentes debera ser compatible con el equipo de la institucion, lo cual el oferente debera pasar por el dpto de electromedicina para su verificacion. los insumos deben ser de la misma marca ya que con esto se asegura la integridad y compatibilidad en el circuito extracorporeo y deberan presentarse en paquetes y/o kits acorde a lo solicitado bajo estricta esterilización. **Las tubuladuras corresponden a la máquina de circulación extra corpórea que se encuenta en PQC cuyo desarrollo de la recamara del rodillo tiene 50 cm de concector a conecto. La marca ofertada debe ser la misma que la marca ofertada en los ítems 65,66,67.**		

2. Plan de Entrega (Bienes)

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN DE ENTREGA	CANTIDAD	CRONOGRAMA DE ENTREGA
65	42294713-001	Oxigenador a membrana capilar	Oxigenador de Membrana microporosa Adulto con recubierta Biocompatible a base de moleculas de heparina y proteinas o mejorados, Reservorio venoso de 4000ml a 5000 ml, con drenaje venoso 1/2" con reservorio de alta transparencia, reservorio de cardiotonia. Oxigenador con salida arterial de 3/8",conector de recirculación1/4",intercambiador de temperatura **en ½" del tipo HANSEN** con entrada y salida 3/8" filtro. Los componentes o insumos deben ser de la misma marca ya que con esto se asegura la integridad y compatibilidad en el circuito extracorporeo y deberán presentarse en paquetes y/o kits acorde a lo solicitado bajo estricta esterilización. **El oxigenador precisa ser compatible con agentes anestésicos**. La marca ofertada debe ser la misma que la marca ofertada en los ítems 66,67,68.	Unidad	Unidad	15	100% dentro de los 10 dias desde la recepción de la orden de compra por parte del proveedor
68	42293112-998	Tubos para circulacion extracorporea	Set de tubos de pvc para CEC, Presentación en bandeja esteril con paquete para mesa conteniendo como minimo. Linea arterial de 3/8" 250cm, linea Venosa de 1/2"de 250cm y una linea venosa 3/8 de 250 cm de longitud, tres aspiradores de 1/4 X 1/16 de 300cm, un tubo de	Unidad	Unidad	10	100% dentro de los 10 dias desde la recepción de la orden de compra por parte del proveedor

			1/4 X 1/16 de 250cm de longitud, de reserva. Con recubierta biocompatible. Debe contener accesorios. 1 Conector de tubo en Y 1/2"-3/8"-3/8", 1 conector Y 3/8"-3/8"-3/8" 1Conector de tubo recto 3/8"con entrada lateral tipo luer lock 1 conector recto ½" con entrada lateral tipo luer lock.1 Conector de tubo en Y 1/4"-1/4"-1/4" 3 llaves de tres pasos, 3 isoladores de presion con prolongador y llave de 3 pasos, 10 cintillos de seguridad. Paquete de Perfusion. 1 tubo de rodillo arterial 1/2" 50 a 60 cm en medio de tubos 3/8" de un lado 100cm y el otro extremo 150cm, 3 tres tubos de 1/4 de 200 a 250 cm en un extremo tubos de 3/8 de 50 a 60 cm para rodillo con conector libre en un extremo 3/8"- 1/4". Todos los tubos con recubierta biocompatible. La bandeja debe ser compatible con maquina de extracorporea de la institucion, lo cual el oferente debera pasar por el dpto de electromedicina para su verificacion. Los componentes debera ser compatible con el equipo de la institucion, lo cual el oferente debera pasar por el dpto de electromedicina para su verificacion. los insumos deben ser de la misma marca ya que con esto se asegura la integridad y compatibilidad en el circuito extracorporeo y deberan presentarse en paquetes y/o kits acorde a lo solicitado bajo estricta esterilización. **Las tubuladuras corresponden a la máquina de circulación extra corpórea que se encuenta en PQC cuyo desarrollo de la recamara del rodillo tiene 50 cm de concector a conecto. La marca ofertada debe ser la misma que la marca ofertada en los ítems 65,66,67.**				

En espera de vuestra participación en dicho acto, me es grato saludarle(s) muy atentamente.

Lic. Liz Raquel Duarte
Jefa
Departamento de Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas

Tel.: 683930 Int 102
uoc@med.una.py
Avda. Mcal López y