Asunción, 25 de abril de 2022

ADENDA 3

Señores
Oferentes
Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes, a efectos de comunicar la Adenda 3 del llamado de Licitación Publica Nacional de "Adquisición de Equipos de Gases Médicos para Dependencias del MSPBS, con ID N° 402.485", que modifica en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas – SICP, fecha de entrega de ofertas y fecha de apertura de ofertas, como así también modifica el Pliego de Bases y condiciones en los siguentes puntos:

1- En el Pliego de Bases y condiciones en Lista de Bienes y Cronograma de Entregas:

- **Donde dice:**

N.°de Item	Descripción de los bienes	Cantidad	Unidad de Medida	Lugar de entrega final, según se indica en los DDL	Fecha de entrega (de acuerdo a los Incoterms) Fecha límite de entrega
1	Fluxometro para oxigeno sistema Diss Internacional	1.000	Unidad	Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud (DGGIES)	30 dias corridos a partir de la suscripción del contrato.
2	Fluxometro para oxigeno para alto flujo de 0/30 lts - sistema Diss Internacional	1.000	Unidad	Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud (DGGIES)	30 dias corridos a partir de la suscripción del contrato.
3	Humidificador para Oxígeno	1.000	Unidad	Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud (DGGIES)	30 dias corridos a partir de la suscripción del contrato.
4	Regulador de Oxigeno Medicinal	1.000	Unidad	Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud (DGGIES)	30 dias corridos a partir de la suscripción del contrato.
5	Balon o Cilindro para Oxigeno de 6m3	1.000	Unidad	Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud (DGGIES)	30 dias corridos a partir de la suscripción del contrato.

- **Debe decir:**

N.°de Item	Descripción de los bienes	Cantidad	Unidad de Medida	Lugar de entrega final, según se indica en los DDL	Fecha de entrega (de acuerdo a los Incoterms) Fecha límite de entrega
1	Fluxometro para oxigeno sistema Diss Internacional	500	Unidad	Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud (DGGIES)	60 dias corridos a partir de la suscripción del contrato.
2	Fluxometro para oxigeno para alto flujo de 0/30 lts - sistema Diss Internacional	500	Unidad	Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en	60 dias corridos a partir de la suscripción del contrato.

César Augusto Gonzalez
Gerente de Proyecto
Fortalecimiento del
Sector Salud
Préstamo Nº 8963-PY

				Salud (DGGIES)	
3	Humidificador para Oxígeno	500	Unidad	Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud (DGGIES)	60 dias corridos a partir de la suscripción del contrato.
4	Regulador de Oxigeno Medicinal	500	Unidad	Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud (DGGIES)	60 dias corridos a partir de la suscripción del contrato.
5	Balón o Cilindro para Oxigeno de 6m3	500	Unidad	Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud (DGGIES)	60 dias corridos a partir de la suscripción del contrato.

2- <u>En el Pliego de Bases y condiciones, Especificaciones Técnicas.:</u>

Dónde dice:

Ítem	Codigo de Catalogo	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	42191709-003	**Fluxometro para oxigeno sistema Diss Internacional**	Fluxómetro para Oxígeno. Deberán ser con sistema de conexión del tipo DISS INTERNACIONAL. Deberán contar con escala de 0 lit/min hasta 15 Lit/min. Este equipo destinado al control de caudal de gas Medicinal, deberá estar fabricado en tubo de policarbonato, de alta resistencia a impactos mecánicos, y productos químicos de limpieza. Cromado de larga vida útil. Deberá estar pre calibrado de fábrica a 50 Psig de presión. Con la aprobación de FDA "o CE o JIS". O equivalentes Fabricación acorde a normas internacionales. Garantía de un año a partir de la fecha de uso.
2	42191709-003	**Fluxometro para oxigeno para alto flujo de 0/30 lts - sistema Diss Internacional**	Fluxómetro para Oxígeno. Deberán ser con sistema de conexión del tipo DISS INTERNACIONAL. Deberán contar con escala de 0 lit/min hasta 30 Lit/min. Este equipo destinado al control de caudal de gas Medicinal, deberá estar fabricado en tubo de policarbonato, de alta resistencia a impactos mecánicos, y productos químicos de limpieza. Cromado de larga vida útil. Deberá estar pre calibrado de fábrica a 50 Psig de presión. Con la aprobación de FDA "o CE o JIS". O equivalentes Fabricación acorde a normas internacionales. Garantía de un año a partir de la fecha de uso

César Augusto
Gerente de P
Fortalecimiento de
Sector Sal
Préstamo

Ítem	Codigo de Catalogo	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
4	42271701-9999	**Regulador de Oxigeno Medicinal**	Regulador de Oxigeno con fluxómetro y humidificador, de simple etapa de diafragma, manómetro de 2", con doble escala: 0-300 kg/cm2 (4000 psi), presión máxima de entrada 200 kg/cm2, presión de salida pre ajustada 3.5 kg/cm2, válvula de alivio sesteada a 6.0 kg/cm2, caudal máx. Fluxómetro De salida 15 lpm, asiento encapsulado con filtro sinterizado, tuerca conexión ABNT218-1. Fabricación acorde a normas internacionales. Garantía de un año a partir de la fecha de uso.
5	42171911-001	**Balon o Cilindro para Oxigeno de 6m3**	Fabricado en acero de alta presión sin costura. Diametro deberá ser 23 cm. Longitud 1.20 mts que permita almacenar aproximadamente de 6 m3 de oxigeno medicinal, incluido la carga inicial con el oxígeno medicinal Peso: 60Kg. Capacidad de agua Deberá ser de 40 a 50 litros, Dotado de válvula de conexión de carga ABNT 218-1, conexión al cilindro de ¾" NGT Pintado en color convencional internacional para oxigeno Presión de Funcionameinto 150 bar y Presión de prueba 200 bar Fabricación acorde a normas internacionales. ISO 9809-1 Garantía de un año a partir de la fecha de uso.

Debe decir:

Ítem	Codigo de Catalogo	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	42191709-003	**Fluxometro para oxigeno sistema Diss Internacional**	Fluxómetro para Oxígeno. Deberán ser con sistema de conexión del tipo DISS INTERNACIONAL. Deberán contar con escala de 0 lit/min hasta 15 Lit/min. Este equipo destinado al control de caudal de gas Medicinal, deberá estar fabricado en tubo de policarbonato, de alta resistencia a impactos mecánicos, y productos químicos de limpieza. Cromado de larga vida útil. Deberá estar pre calibrado de fábrica a 50 Psig de presión o **4.5 bar- 6.5 psi –**

César Augusto Gonzáli
Gerente de Proyecto
Fortalecimiento del
Sector Salud
Préstamo 8963

Ítem	Codigo de Catalogo	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
			450kPa equivalentes. Con la aprobación de FDA "o CE o JIS". O equivalentes Fabricación acorde a normas internacionales. Garantía de un año a partir de la fecha de uso.
2	42191709-003	**Fluxometro para oxigeno para alto flujo de 0/30 lts - sistema Diss Internacional**	Fluxómetro para Oxígeno. Deberán ser con sistema de conexión del tipo DISS INTERNACIONAL. Deberán contar con escala de 0 lit/min hasta 30 Lit/min. Este equipo destinado al control de caudal de gas Medicinal, deberá estar fabricado en tubo de policarbonato, de alta resistencia a impactos mecánicos, y productos químicos de limpieza. Cromado de larga vida útil. Deberá estar pre calibrado de fábrica a 50 Psig de presión o **4.5 bar- 6.5 psi – 450kPa equivalentes.** Con la aprobación de FDA "o CE o JIS". O equivalentes Fabricación acorde a normas internacionales. Garantía de un año a partir de la fecha de uso
4	42271701-9999	**Regulador de Oxigeno Medicinal**	Regulador de Oxigeno con fluxómetro y humidificador, de simple etapa de diafragma, manómetro de 2", con doble escala: 0-300 kg/cm2/**psi** (4000 psi), presión máxima de entrada 200 kg/cm2/**psi**, presión de salida pre ajustada 3.5 kg/cm2/**psi**, válvula de alivio sesteada a 6.0 kg/cm2/**psi**, caudal máx. Fluxómetro De salida 15 lpm, asiento encapsulado con filtro sinterizado, tuerca conexión ABNT218-1. Fabricación acorde a normas internacionales. Garantía de un año a partir de la fecha de uso.
5	42171911-001	**Balon o Cilindro para Oxigeno de 6m3**	Fabricado en acero de alta presión sin costura. Diametro deberá ser 23 cm. Longitud 1.20 mts que permita almacenar aproximadamente de 6 m3 de oxígeno medicinal, incluido la carga inicial con el oxígeno medicinal Peso: 60 kg. **+/- 10%** Capacidad de agua Deberá ser de 40 a 50

César Augusto González
Gerente de Proyecto
Fortalecimiento del Sector Salud

Ítem	Codigo de Catalogo	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
			litros, Dotado de válvula de conexión de carga ABNT 218-1, conexión al cilindro de ¾" NGT Pintado en color convencional internacional para oxigeno Presión de Funcionameinto 150 bar y Presión de prueba 200 bar Fabricación acorde a normas internacionales. ISO 9809-1 **y/o ISO 9809-3** Garantía de un año a partir de la fecha de uso.

Atentamente,

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE GABINETE
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Unidad Ejecutora de Proyectos

.....
CESAR AUGUSTO GONZÁLEZ
Gerencia del Proyecto