Universidad Nacional de Asunción

Rectorado

Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud

Departamento de Contrataciones

www.iics.una.py

C. Elect.: uoc@iics.una.py

Dr. Cecilio Báez c/ Dr. Gaspar Villamayor

Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

ADENDA DE LA L.P.N. Nº 02/2018

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LOS PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE INVESTIGACIÓN DE PARAGUAY DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD DEPENDIENTE DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN ADJUDICADOS POR EL CONACYT - AD REFERÉNDUM DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2019.

San Lorenzo, 06 de diciembre de 2018.

Referencia: Llamado de L.P.N. Nº 02/2018 para la ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LOS PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE INVESTIGACIÓN DE PARAGUAY DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD DEPENDIENTE DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN ADJUDICADOS POR EL CONACYT - AD REFERÉNDUM DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2019. ID Nº 353.170.-

ADENDA Nº 02/2018

1) Se modifica la **FECHA** de presentación y apertura de sobres de ofertas, que serán modificadas en el SICP.

2) Se modifica parte de las Características específicas y Accesorios del ítem **3**, en la Sección III. Suministros Requeridos. 1. Listado de Bienes, quedando de la siguiente manera:

3. Dispositivo o Equipo: ESPECTROFOTOMETRO INFRARROJO
c) Características específicas: • Fuente IR, de fácil reemplazo por el usuario. **(CI)**
d) Accesorios: • Prensa hidráulica manual de 10 ton o mayor. **(AI)** • Kit de prensa manual para preparación de pastillas de bromuro de potasio (KBr pellet prep kit): que incluya molde de 13 mm (pellet holder), un mecanismo evacuable (evacuable pellet die complete) de 13 mm, mínimo cuatro morteros de ágata (ágata mortar and pestle) de gran dureza y resistencia a la abrasión, pulido por dentro y por fuera, inferior a 7 cm de diámetro externo; polvo de bromuro de potasio, grado infrarrojo de mínimo 50 gr. **(AI)** • Moldes (pellet holder) opcionales de 4 y 7 mm de diámetro o menor.

Las demás especificaciones técnicas establecidas en el PBC quedan invariables.

Atentamente;

C.P. RODOLFO ROJAS

Jefe del Dpto. de Contrataciones IICS UNA