ACLARACIONES Nº 01 DE LA LICITACION NACIONAL Nº 04/12 "Adquisición de medicamentos, insumos, reactivos y Productos odontológicos varios"

ITEM 316 - AGUJA RAQUIDEA:

CONSULTA: Se puede cotizar Punta Lápiz ya que esta separa las fibras de la duramadre al no tener bisel cortante, como consecuencia existe menos trauma y menos cefaleas pos punción.

Rta.: SI, LO REQUERIDO ES AGUJA RAQUIDEA PUNTA LAPIZ.

ITEM 327 – APOSITO HIDROCOLOIDE:

CONSULTA: Consultamos la posibilidad de ampliar las medidas a 15x15 cm.

Rta.: SI, LO MINIMO SOLICITADO ES DE 8.5 cm. X 10.5 cm. POR LO QUE PUEDE OFERTAR APOSITO HIDROCOLOIDE 15x15 cm.

ITEM 412 – HILO P/SUTURA DE POLIESTER:

CONSULTA: Consultamos la posibilidad de cotizar sutura de lino teniendo en cuenta que tienen las mismas indicaciones.

Rta.: SI, PUEDEN COTIZAR SUTURA DE LINO EN ESTE ITEM.

ITEM 413 – HILO PARA SUTURA DE POLIESTER CON ALGODÓN:

CONSULTA: Consultamos la posibilidad de cotizar sutura de lino teniendo en cuenta que tienen las mismas indicaciones.

Rta.: SI, PUEDEN COTIZAR SUTURA DE LINO EN ESTE ITEM.

ITEM 171 – HILO DE SUTURA DE ALGODON:

CONSULTA: Consultamos la posibilidad de cotizar LINO en vez de algodón el cual cumple con las mismas indicaciones que el algodón, así como también la presentación en envase individual, estéril de fabrica la cual cada empaque unitario contiene 10 hebras de 75cm.

Rta.: SE REQUIERE ADECUARSE AL PBC.

ITEM 428 – HILO PARA SUTURA POLIGLACTINA:

CONSULTA: Favor considerar en las medidas +/- 0,05 cm.

Rta.: SI, PUEDE COTIZAR.

ITEM 430 – HILO PARA SUTURA POLIGLECAPRONA:

CONSULTA: Considerar la posibilidad de cotizar sutura de gliconato, la cual es también una sutura monofilar, absorbible, de mediano plazo.

Rta.: SI, PUEDE COTIZAR.

ITEM 431 – HILO PARA SUTURA POLIGLECAPRONA:

CONSULTA: Considerar la posibilidad de cotizar sutura de gliconato, la cual es también una sutura monifilar, absorbible, de mediano plazo..

Rta.: SI, PUEDE COTIZAR.

ITEM 435 – HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:

CONSULTA: Consultamos la posibilidad de cotizar sutura de polipropileno con doble aguja de 2,6 cm.

Rta.: SE REQUIERE ADECUARSE AL PBC.

CONSULTA: Teniendo en cuenta que la importación de muchos de ellos provienen de regiones tan lejanas como Europa o Asia y ante la poca factibilidad de que los potenciales oferentes cuenten con el 100% de los productos en stock solicitamos que en el caso de los instrumentales quirúrgicos, tanto de uso médico como odontológico se amplié el plazo de entrega a 30 días como mínimo.

Rta.: EL PLAZO DE ENTREGA PARA LOS PRODUCTOS IMPORTADOS SERA DE 60 DIAS COMO MAXIMO.

CONSULTA: Para el caso de los instrumentales quirúrgicos, nos permitimos recomendar que los oferentes demuestren la calidad de los productos ofertados a través de certificaciones de calidad del fabricante tipo ISO-DIN-CE, a efectos de que la institución se asegure en contar con un activo fijo funcionando por 20 años por lo menos. Esto podrá asegurar solo con fabricantes que puedan presentar alguna de las certificaciones mencionadas.

Esta recomendación se sustenta en que la convocante tiene la obligación de optimizar los recursos disponibles.

Rta.: SI, SE SOLICITA QUE LOS INSTRUMENTALES QUIRURGICOS CUENTEN CON CERTIFICACIONES DE CALIDAD DEL FABRICANTE TIPO ISO-DIN-CE.

CONSULTA 1: Catéter para vía central de 7FR 2 lúmenes / 3 lúmenes. Los catéteres solicitados deben contar con el set para colocarse por medio de un electrodo para ECG?

Rta.: LOS CATETERES SOLICITADOS DEBEN INCLUIR LA CONEXIÓN PARA ECG.

CONSULTA 2: Catéter para vía central de 5FR 2 lúmenes / 3 lúmenes. Los catéteres solicitados deben contar con el set para colocarse por medio de un electrodo para ECG?

Rta.: LOS CATETERES SOLICITADOS DEBEN INCLUIR LA CONEXIÓN PARA ECG.

CONSULTA 3: Catéter periférico Nº 14, 16, 18, 20, 22, 24. Los catéteres periféricos deben contar con dispositivo de seguridad pasivo?

Rta.: SI, LOS CATÉTERES DEBEN POSEER UN DISPOSITIVO INTEGRADO QUE PERMITA RETRAER LA AGUJA DE MANERA AUTOMÁTICA Y ASI EVITAR PINCHAZOS, CUALQUIER DERRAME O CONTACTO CON SANGRE DE LA AGUJA.

CONSULTA 4: El catéter Nº 14, debe permitir flujos iguales o mayores a 345 ml/min?

Rta.: EL CATETER DEBE PERMITIR FLUJOS IGUALES O MAYORES A 329 ml/ min COMO MINIMO.

CONSULTA 5: El catéter Nº 16, debe permitir flujos iguales o mayores a 215 ml/min?

Rta.: EL CATETER DEBE PERMITIR FLUJOS IGUALES O MAYORES A 206 ml/ min COMO MINIMO.

CONSULTA 6: El catéter Nº 18, debe permitir flujos iguales o mayores a 105 ml/min?

Rta.: EL CATETER DEBE PERMITIR FLUJOS IGUALES O MAYORES A 104 ml/ min COMO MINIMO.

CONSULTA 7: El catéter Nº 20, debe permitir flujos iguales o mayores a 60 ml/min?

Rta.: SE REQUIERE ADECUARSE AL PBC.

CONSULTA 8: El catéter Nº 22, debe permitir flujos iguales o mayores a 35 ml/min?

Rta.: SE REQUIERE ADECUARSE AL PBC.

CONSULTA 9: El catéter Nº 24, debe permitir flujos iguales o mayores a 22 ml/min?

Rta.: SE REQUIERE ADECUARSE AL PBC.

CONSULTA 10: Prolongador de 60 cm. El prolongador solicitado es de una sola vía o de dos vías?

Rta.: EL PROLONGADOR SOLICITADO ES DE UNA SOLA VIA.

CONSULTA 11: Equipo macro gotero. El equipo solicitado debe contar con filtro de aire y filtro de partículas de 15 micras? Debe incluir tapa con filtro hidrófugo para evitar derrames?

Rta.: SI, DEBE INCLUIR TAPA CON FILTRO HIDROFUGO PARA EVITAR DERRAMES.

CONSULTA 12: Equipo micro gotero. El equipo solicitado debe contar con filtro de aire y filtro de partículas de 15 micras? Debe incluir tapa con filtro hidrófugo para evitar derrames?

Rta.: SI, DEBE INCLUIR TAPA CON FILTRO HIDROFUGO PARA EVITAR DERRAMES.

CONSULTA 13: Equipo volumétrico micro gotero. El equipo solicitado debe incluir tapa con filtro hidrófobo para evitar derrames? Se puede cotizar el equipo volutrol con cámara graduada de 100 cc?

Rta.: SI, SE PUEDE COTIZAR.

CONSULTA 14: Solución Ringer con lactato de 1000 cc / 500 cc. El frasco de suero debe de ser libre de PVC, LATEX Y DEHP (di-etílico – exil-ftalato)? El frasco debe de ser en sistema cerrado? Frasco debe contar con vacío estéril incorporado para permitir dosificaciones de medicamento?

Rta.: SI, EL FRASCO DE SUERO DEBE DE SER LIBRE DE PVC, LATEX Y DEHP (DI-ETÍLICO – EXIL-FTALATO), DEBE DE SER EN SISTEMA CERRADO Y DEBE CONTAR CON VACÍO ESTÉRIL INCORPORADO PARA PERMITIR DOSIFICACIONES DE MEDICAMENTO.

CONSULTA 15: Solución de cloruro de sodio al 9% de 1000 cc / 500 cc. El frasco de suero debe de ser libre de PVC, LATEX Y DEHP (di-etílico – exil-ftalato)? El frasco debe de ser en sistema cerrado? Frasco debe contar con vacío estéril incorporado para permitir dosificaciones de medicamento?

Rta.: SI, EL FRASCO DE SUERO DEBE DE SER LIBRE DE PVC, LATEX Y DEHP (DI-ETÍLICO – EXIL-FTALATO), DEBE DE SER EN SISTEMA CERRADO Y DEBE CONTAR CON VACÍO ESTÉRIL INCORPORADO PARA PERMITIR DOSIFICACIONES DE MEDICAMENTO.

CONSULTA 16: Solución de Glucosado al 5% de 1000 cc / 500 cc. El frasco de suero debe de ser libre de PVC, LATEX Y DEHP (di-etílico – exil-ftalato)? El frasco debe de ser en sistema cerrado? Frasco debe contar con vacío estéril incorporado para permitir dosificaciones de medicamento?

Rta.: SI, EL FRASCO DE SUERO DEBE DE SER LIBRE DE PVC, LATEX Y DEHP (DI-ETÍLICO – EXIL-FTALATO), DEBE DE SER EN SISTEMA CERRADO Y DEBE CONTAR CON VACÍO ESTÉRIL INCORPORADO PARA PERMITIR DOSIFICACIONES DE MEDICAMENTO.

ITEM 11 – FACTOR REUMATOIDEO:

CONSULTA: Se solicitan 500 kit de factor reumatoideo. ¿Es correcta la cantidad solicitada?

Rta.: SI, ES CORRECTA LA CANTIDAD, PERO LA ADJUDICACION SE REALIZARA CONFORME A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

ITEM 46 – TIRAS REACTIVAS DE ORINA:

CONSULTA: Implantes Traumatológicos (clavos, placas, tornillos y prótesis) dichos materiales debe en cotizarse indefectiblemente con el costo de las cajas de cirugías en préstamo para cada procedimiento así como el apoyo quirúrgico con instrumentador y motores quirúrgicos. Favor confirmar.

Rta.: SE REQUIERE ADECUARSE AL PBC.

ITEM 155 - TEST DE HEPATITIS B EN CASETTE:

CONSULTA: Se solicita Test de Hepatitis B en casette. ¿Se puede ofertar el test en tiras en vez de casette?

Rta.: SE REQUIERE ADECUARSE AL PBC.

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CENTRO HOSPITALARIO Nº 5 COMANDO LOGÍSTICO
DTO. DE ADQ. CE

D/O

CARLOS DANIEL SILVA BENÍTEZ
Cap. Int. Jefe UOC Nº 5