Asunción, 3 de octubre de 2013.-

Señores
Participantes de la Licitación Pública Nacional Nº 11/2013
"ADQUISICION DE DROGAS, ANESTESICOS, ANTIBIOTICOS Y MATERIALES DESCARTABLES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, EL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM AMPLIACION PRESUPUESTARIA APROBADA POR EL PODER EJECUTIVO SEGÚN LEY Nº 4.990/2.013 ID Nº 262.998"
Presente

La Unidad Operativa de Contrataciones dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas de la Facultad de Ciencias Médicas comunica las Aclaraciones Nº 1.

Consulta N° 1:
Ítem N° 74
Solicitan Glutaraldehido + Activador Solución, solución + activador 2%, bidones como mínimo de 5 litros. Puede ser Glutaraldehido al 2% solución activada, cumpliendo con las demás especificaciones, y no + activador solución?
RESPUESTA
Estese a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta N° 2:
Ítem N° 53, 54, 55 y 56
Donde se solicita "Enoxaparina Sodica Inyectable" ¿Podra cotizarse Nadroparina Sodica Inyectable, considerando que tanto la Enoxaparina como la Nadroparina son "HEPARINAS DE BAJO PESO MOLECULAR".
RESPUESTA
Se refiere a enoxaparina.

Consulta N° 3:
Hemos notado en la descripción del CATETER EPICUTANEO CAVA, que han agregado accesorios, (que no hacen a la calidad del producto, ya que la calidad la determina el material del CATETER), lo cual dirige el producto solicitado a un solo proveedor, en contravención a lo estipulado en la Ley 2051/2003 de Contrataciones Públicas. A continuación transcribimos dicha descripción;

Tel.: 421-162
uoc@med.una.py
Avda. Dr. Montero N° 658
Asunción - Paraguay

Ítem	*Código del catalogo (Descripción del código de catalogo nivel 5)*	*Droga, reactivo y/o material medico (Nombre Genérico) (Descripción del bien)*	*Característica*	*Unidad de Medida*	*Presentación*	*Cantidad Total*
233	42221501-001	Catéter epicutaneo	cateter epicutaneo (neonatal 2 fr, de silicona 100% con 1 diametro de 0, 3 x 0,6 mm, con longitud de 30 cm, se presenta en un kit: 1 cateter fr2 100% de silicona, 1 cinta metrica, 1 pinza esteril, 1 laso hemostatico de silicona,1 aposito transparente esteril. libre de latex, pvc y poliuretaneo)	UNI	ENVASE INDIVIDUAL ESTÉRIL	240

Por lo expuesto solicitamos la modificación de la descripción, para que la FCM/CMI, pueda acceder a la mayor cantidad de ofertas, en concordancia con lo establecido en la Ley 2051/2003 de Contrataciones Públicas, por lo que sugerimos la siguiente descripción;

MATERIALES DESCARTABLES - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO - ADJUDICACIÓN POR ITEMS						
Ítem	*Código del catalogo (Descripción del código de catalogo nivel 5)*	*Droga, reactivo y/o material medico (Nombre Genérico) (Descripción del bien)*	*Característica*	*Unidad de Medida*	*Presentación*	*Cantidad Total*
233	42221501-001	Catéter epicutaneo	CÁTÉTER EPICUTÁNEO CAVA (NEONATAL). 2 FR. DE SILICONA 100%, CON UN DIÁMETRO DE 0,3 X 0,6MM., CON UNA LONGITUD DE	UNI	ENVASE INDIVIDUAL ESTÉRIL	240

Tel.: 421-162
uoc@med.una.py
Avda. Dr. Montero N° 658
Asunción - Paraguay

			30 CM. SE PRESENTA EN UN KIT CON: 1 (UN) CATÉTER 2 FR. 100% DE SILICONA. 1 (UNA) CINTA MÉTRICA. 1 (UN) INTRODUCTOR.			

RESPUESTA
Se aceptan ofertas que cumplan con todas las especificaciones solicitadas, basadas en las normas internacionales.

Consulta N° 4:
Sección III Suministros Requeridos, Ítem N° 282 Equipo Extensor de 4 lumen de trainer reducido, de 4 vías sistema libre de aguja (sistema cerrado) con clamp, con trainer reducido se refieren a que el equipo extensor con sistema libre de agujas debe ser de uso pediátrico? Favor aclarar.
RESPUESTA
Remitirse a la Adenda N° 1.

Consulta N° 5:
Sección III Suministros Requeridos, Ítem N° 283 Equipo Extensor de 2 lumen de trainer reducido, de 4 vías sistema libre de aguja (sistema cerrado) con clamp, con trainer reducido se refieren a que el equipo extensor con sistema libre de agujas debe ser de uso pediátrico? Favor aclarar.
RESPUESTA
Remitirse a la Adenda N° 1.

Consulta N° 6:
Sección III Suministros Requeridos, Ítem N° 284 Equipo Extensor de 1 vía de trainer reducido, con trainer reducido se refieren a que el equipo extensor debe ser de uso pediátrico? Favor aclarar.
RESPUESTA
Remitirse a la Adenda N° 1.

Consulta N° 7:
Sección III Suministros Requeridos, Ítem N° 304 Hilo para Sutura de Colageno Absorbible Cromado N°1 c/aguja de 1/2circulo cilíndrica de 43mm, solicitamos que habiliten el rango

Tel.: 421-162
uoc@med.una.py
Avda. Dr. Montero N° 658
Asunción - Paraguay

de +-3mm. para el tamaño de dicha aguja, debido a que la presentación corriente utilizada en el mercado de esta sutura es con aguja de 40mm.

RESPUESTA

Se solicita de colágeno absorbible cromado - 1 composición química profundo colágeno purificado, cromado, pulido a precisión, de característica monofilar absorbible, estéril, longitud mínima de la hebra 75cm, aguja de 43mm, medio circulo cuerpo redondo, las agujas deben ser de acero inoxidable serie siliconada, fuertes unión aguja- hilo fuertemente adheridos.

Consulta N° 8:

Sección III Suministros Requeridos, Ítem N° 307 y 308 Hilo para Sutura de Poliamida N° 2/0 y 3/0 c/aguja ps, solicitamos la aclaración con respecto al tipo de aguja y a la medida de la misma, ya que la característica ps corresponde a una marca en particular.

RESPUESTA

Remitirse a la Adenda N° 1.

Consulta N° 9:

Sección III Suministros Requeridos, Ítem N° 318 Humidificador de 02 a presión, creemos que existe un error en dicha especificación técnica, ya que el humidificador para oxigeno comprado normal y anteriormente por la Convocante es con conexión a rosca, con rosca interna de metal. Favor aclarar.

RESPUESTA

Debe ser a presión pues debe adecuarse a las instalaciones del nuevo edificio.

Consulta N° 10:

Sección III Suministros Requeridos, Ítem N° 350 Regla PVC con conector, se refieren a la Regla PVC con escala rígida y con llave de tres vías incluida en el set? Favor confirmar.

RESPUESTA

Remitirse a la Adenda N° 1.

Consulta N° 11:

Sección III Suministros Requeridos, Ítem N° 436 Gasa de Algodón no estéril por metro, se podría ofertar con presentación en rollo? Favor confirmar.

RESPUESTA

Remitirse a la Adenda N° 1.

Consulta N° 12:

Sección IV Condiciones Especiales del Contrato (CEC), punto CGC26.1 Multas, dice 1% del valor del bien y/o servicio en demora y hasta alcanzar el valor de la garantía de cumplimiento de contrato, no está establecido claramente si el valor del 1% seria por cada

Tel.: 421-162
uoc@med.una.py
Avda. Dr. Montero N° 658
Asunción - Paraguay

semana de atraso. Favor aclarar.
RESPUESTA
Remitirse a la Adenda N° 1.

Consulta N° 13:
Se debe agregar en la carpeta una planilla con las Especificaciones Técnicas de los Ítems ofertados y si así fuere cual es el formato a ser utilizado o si solo se debe presentar la planilla de precios y ajustarse a las descripciones allí establecidas?
RESPUESTA
Deberá presentar la planilla de datos garantizados tal como lo indica la Sección III. Suministros Requeridos. 1. Especificaciones Técnicas.

Consulta N° 14:
En caso de ofertarse en varios ítems igual marca, calidad y origen de insumos hospitalarios pero de diferentes medidas, será suficiente la presentación de la muestra de uno de ellos, acompañada de una declaración jurada en la que el oferente se comprometa, en caso de ser adjudicado, a entregar el producto conforme a las especificaciones técnicas requeridas en el ítem correspondiente.
A modo de ejemplo, el caso de ofertarse jeringa de 1ml, 3ml, 5ml, 10 ml y 20 ml de la misma marca y procedencia, con la sola presentación de 1 muestra de las medidas, la convocante podrá evaluar la calidad de las mismas, y de esta manera evitar acumular volúmenes de muestras.
RESPUESTA
Se deberá presentar muestras de todos los productos ofertados.

Consulta N° 15:
Ítem 217 – Bolsa flexible para nutrición parenteral 2000 ml, material EVA.
1) Las bolsas de nutrición parenteral 2.000 ml en material EVA solicitada por la convocante, deberá contar con sistema de llenado incorporado de 3 líneas de bajadas?
RESPUESTA
Remitirse a la Adenda N° 1.

Consulta N° 16:
Ítem 218, 219 y 220 – Bolsas para Colostomía con anillo de caraya.
1) Se podrá ofertar indistintamente bolsas de colostomía con anillo hidrocoloide, drenable y recortable?
Cabe mencionar la importancia del hidrocoloide como curativo y preventivo para la piel del paciente con estomas, que generalmente sufren de irritaciones o quemaduras, a causa de un

Tel.: 421-162
uoc@med.una.py
Avda. Dr. Montero N° 658
Asunción - Paraguay

mal uso o manejo de las bolsas de colostomía por parte de los pacientes. Así mismo estas bolsas poseen un adhesivo micro poroso, que ayudan a adherirse mejor a la piel del paciente para su mayor confort y seguridad de movimiento.

RESPUESTA
Se solicita bolsa colostomía con anillo de caraya.

Consulta N° 17:
Ítem 221 – Bolsa de Colostomía para Neonatos.
1) A fin de beneficiarse con mejores ofertas y dar una mayor participación a los oferentes, solicitamos a la convocante que estas bolsas puedan ofertar con o sin puerta de entrada superior, y que las mismas sean drenables.

RESPUESTA
Se solicita bolsa colostomía para neonatos/ pediátricos con base de hidrocoloide, recortable hasta 50 ml, con clamp incorporado con puerta de entrada superior p/ lavado.

Consulta N° 18:
Ítem 282 y 283, Equipo Extensor de 4 y 2 lumen, libre de aguja y sistema cerrado.
1) Al solicitar la convocante conectores libre de aguja, deben ser estos conectores totalmente incompatibles con el uso de agujas?
2) Los conectores deben ser totalmente transparentes, a fin de que estos permitan visualizar el adecuado lavado del conector y evitar dejar residuos de sangre y/o medicamentos que contaminen el conector antes de iniciar las infusiones?

RESPUESTA
Se solicita libre de aguja, siliconado y sistema cerrado.

Consulta N° 19:
Ítem 345, Prolongador de vía, libre de aguja y sistema cerrado.
1) Al solicitar la convocante: conectores libre de aguja, conectores totalmente incompatibles con el uso de agujas?
2) Los conectores deben ser totalmente transparentes, a fin de que estos permitan visualizar el adecuado lavado del conector y evitar dejar residuos de sangre y/o medicamentos que contaminen el conector antes de iniciar las infusiones?.

RESPUESTA
Se solicita tapa bioconector libre de aguja, sistema cerrado, libre de látex con conexión a rosca y punta catéter de estandar iso, resistente a altas presiones tales como se presentan en líneas arteriales y npt, compatible con soluciones lípidas, quimioterapeuticas y antibióticos, capaz de soportar multiples accesos durante un uso no menor a 7 días continuos.

Tel.: 421-162
uoc@med.una.py
Avda. Dr. Montero N° 658
Asunción - Paraguay

Consulta N° 20:
En el listado de Materiales Descartables
Ítem 239, 240, 241, 242, 243: Catéter intravenoso periférico con protector de seguridad incorporada. Favor confirmar que el protector de seguridad se refiere al dispositivo de bioseguridad incorporado para la encapsulamiento de la aguja para evitar accidentes con elementos punzo cortantes
RESPUESTA
Si se refiere al protector de seguridad para evitar accidentes con elementos punzo cortante.

Consulta N° 21:
Ítem 280: Electrodo neonatal. Favor aclarar si las cantidades solicitadas se refieren a unidades o a paquetes x 3 unidades.
RESPUESTA
Remitirse a la Adenda N° 1.

Consulta N° 22:
Ítem 322: Jeringa desechable con aguja. Se podrá ofertar jeringa de 1cc con aguja 27,5 G 1/2?
RESPUESTA
Se solicita de 1ml de plástico con aguja desmontable n° 25 5/8 embolo de goma graduado en centésima de unidades.

Consulta N° 23:
Ítem 363: Equipo para administración de solución. Favor aclarar la cantidad de bombas que serán entregadas, el tiempo durante el cual serán consumidos los sets entregados y el plazo de contrato de comodato.
RESPUESTA
La cantidad de bombas y tiempo estimados para el consumo dependerá de las necesidades de los diferentes sectores involucrados en la utilización de este insumo.

Consulta N° 24:
Ítem 367: Favor aclarar la cantidad de bombas que serán entregadas, el tiempo durante el cual serán consumidos los sets entregados y el plazo de contrato de comodato.
RESPUESTA
La cantidad de bombas y tiempo estimados para el consumo dependerá de las necesidades de los diferentes sectores involucrados en la utilización de este insumo.

Consulta N° 25:

Tel.: 421-162
uoc@med.una.py
Avda. Dr. Montero N° 658
Asunción - Paraguay

Ítem 368: Se podrá ofertar set de infusión con bombas en comodato de otra marca quo no sea la solicitada?
RESPUESTA
Debe ser compatible con equipo terumo perteneciente a la Institución.

Consulta N° 26:
Ítem 266, 267: Se podrá ofertar con la medida 12mm x 60mt?

RESPUESTA
Ítem N° 266 se solicita cinta para autoclave 19 x 30 metros con dorso de papel crepado termo reactiva.
Ítem N° 267 se solicita cinta estufa de 18mm x 50 metros.

Consulta N° 27:
Ítem 320: Favor aclarar si lo solicitado son tiras indicadoras.
RESPUESTA
Son tiras indicadoras.

Consulta N° 27:
Con relación a los plazos de entrega de los productos; donde dice 1ra Entrega Cantidad mínima 50%, el oferente tendrá un plazo de hasta 10 (diez) días calendarios para la entrega de los productos adjudicados a partir de la firma del Contrato. Se solicita a la convocante ampliar el plazo para la entrega de los mismos a 30 días desde la recepción de la orden de compra y la segunda entrega a los 10 días de recepcionada la segunda orden.
RESPUESTA
No se podrá ampliar el plazo de entregas.

Consulta N° 28:
Ítem N° 5, 39, 41, 42, 43, 119, 120, 121 , 123, 124 ,125:
De acuerdo a lo estipulado en la ley 4659 de seguridad del paciente articulo 4° inciso d, en donde se establece como uso obligatorio el frasco en sistema cerrado, y al artículo 13, en donde queda terminantemente prohibido la adquisición por parte de los centros y establecimiento público y privado del país de equipos, medicamentos, insumos, no seguros, en virtud al principio de seguridad de los profesionales y trabajadores de la salud (enfermeros/as, médicos y pacientes), lo solicitado:

1-) deben de ser en frascos en sistema cerrado, libres de dhp y de pvc, con doble puerto de inyección lacrados y/o sellados?
2-) deben contar con un vacio estéril incorporado a fin de facilitar la mezcla, dosificación y adición de otros medicamento?
3-) ¿deben de ser libres de materiales contaminantes y tóxicos como el pvc y el dehp?

Tel.: 421-162
uoc@med.una.py
Avda. Dr. Montero N° 658
Asunción - Paraguay

RESPUESTA
Ajustarse a las características solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones, la consulta realizada más arriba corresponden a una marca y producto determinado, por lo tanto estaríamos limitando la participación a demás oferentes.

Consulta N° 29:
Ítem N° 202. Se solicita de 90mm, se puede cotizar de 88mm dando un rango de +-2 en la longitud solicitada dado que las longitudes estándares de fabricación son de 25, 50,88 y 130mm?
RESPUESTA
Se solicita aguja raquídea punta lápiz con introductor infantil N° 25g x 50mm.

Consulta N° 30:
Ítem N° 206. Lo solicitado es apósito hidrocoloide para zona sacra con borde adhesivo o sin borde adhesivo?
RESPUESTA
Se solicita apósito hidrocoloide para cura humeda con borde para zona sacra-como mínimo de 17x 20 cm descartable.

Consulta N° 31:
Ítem N° 208.

1) *Se solicita aclarar a que se refiere: con sistema tipo moldura, en características del productos solicitado? Se refiere tal vez al borde adhesivo que tiene el apósito a continuación del hidrocoloide?*
2) *A fin de permitir la mayor participaci6n de oferentes, se solicita colocar medidas mínimas mas estándares, como por ejemplo: 10 x 10 cm o 15 x 15 cm. Como en el caso del ítem 206.*

RESPUESTA
Se solicita apósito transparente - 10cm x 12 cm - descartable, con sistema tipo moldura, es decir sin adhesivo ya que la consulta realizada más arriba corresponden a una marca y producto determinado, por lo tanto estaríamos limitando la participación a demás oferentes.

Consulta N° 32:
Ítem N° 261. La cera para huesos debe ser de 70% de cera blanca de abeja y 30% de vaselina?

RESPUESTA
Se solicita cera para hueso de 2,5 gr.

Tel.: 421-162
uoc@med.una.py
Avda. Dr. Montero N° 658
Asunción - Paraguay

Consulta N° 33:
Ítem N° 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 254 ,255, 256, 257, 258, 259, 260, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274
De acuerdo a lo estipulado en la ley 4659 de seguridad del paciente articulo 4° inciso d, en donde se establece el uso de dispositivos de seguridad en objetos cortopunzantes y al artículo 13, en donde queda terminantemente prohibido la adquisición por parte de los centros y establecimiento público y privado del país de equipos medicamentos insumos, no seguros, en virtud al principio de seguridad de los profesionales y trabajadores de la salud (enfermeros/as, médicos y pacientes), lo solicitado:
1-) ¿deben contar con dispositivo de seguridad automático incorporados?
2-) ¿deben ser 100% poliuretano?
3-) ¿deben tener doble reflujo de sangre para una colocación más segura y certera?
RESPUESTA
Ajustarse a las características solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones, la consulta realizada más arriba corresponden a una marca y producto determinado, por lo tanto estaríamos limitando la participación a demás oferentes.

Consulta N° 34:
Ítem N° 277. La presentación solicitada debe de ser en paquetes x 50 unidades
RESPUESTA
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, es decir paquetes de cómo mínimo de 45 a 50 unidades.

Consulta N° 35:
Ítem N° 283. El conector (válvula) del extensor debe de ser transparente a fin de permitir su correcta visualización.
RESPUESTA
Se solicita de dos lumen trainer reducido conector siliconado de 2 vías libre de agujas y sistema cerrado con camp.

Consulta N° 36:
Ítem N° 285. El producto solicitado:
1-) Debe contar con puerto de inyección lateral libre de aguja?
2-) Debe contar con un filtro de stop de aire dentro de la cámara de goteo para evitar que el aire ingrese al equipo y evitar que ocurran los reflujos de sangre ?
3-) el largo del equipo solicitado debe de ser de 1,80cm (+/- 20 cm.
RESPUESTA
Se solicita con cámara flexible, con inyector lateral de silicona con memoria, a presión y rodillo para infusión continua, estéril, descartable.

Consulta N° 37:

Tel.: 421-162
uoc@med.una.py
Avda. Dr. Montero N° 658
Asunción - Paraguay

Ítem N° 290. El producto solicitado:
1-) debe contar con puerto de inyección lateral libre de aguja?
RESPUESTA
Se solicita Equipo volutrol micro 150 ml -bureta graduad a flexible, válvula de cierre, filtro de soluciones , respiro lateral .con rodillo ,protector de espiga, cámara de llenado o gotero, estéril, descartable.

Consulta N° 38:
Ítem N° 295. Teniendo en cuenta que en el servicio de nefrología del Hospital de Clínicas, los filtros de hemodiálisis son reutilizados varias veces, recomendamos la siguiente modificación en las especificaciones técnicas:
Filtro capilar para hemodiálisis de polisulfona o material sintético de características similares, de 1,5 mtrs2 de superficie. Esterilizado por radiación gamma para mayor Biocompatiblidad.
RESPUESTA
Ajustarse a las características solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones, la consulta realizada más arriba corresponden a una marca y producto determinado, por lo tanto estaríamos limitando la participación a demás oferentes.

Consulta N° 39:
Ítem N° 302. EI recubrimiento debe ser de gliconato, garantizando de esta forma la disminuci6n del efecto sierra?
RESPUESTA
Se solicita composición química del material 100% acido poliglicolico 2/0 recubierto, absorbible, estéril, longitud mínima de la hebra 70 cm, con aguja de 26 mm 3/8 circulo cuerpo redondo aguja de acero inoxidable serie siliconada fuerte unión aguja - hilo fuertemente adheridos presentación de doble empaque

Consulta N° 40:
Ítem N° 307 y 308. La codificación de aguja que se solicita en este ítem corresponde a una marca comercial específica del mercado. En este caso se podría considerar que la aguja es de 3/8 de 24mm de longitud de aguja?
RESPUESTA
Remitirse a la Adenda N° 1.

Sin otro particular, les saludo muy atentamente.

C.P. LILIAN SUAREZ
Jefa Interina de la Unidad Operativa de Contrataciones

Tel.: 421-162
uoc@med.una.py
Avda. Dr. Montero N° 658
Asunción - Paraguay