DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

Asunción, 21 de julio de 2016

ADENDA N°3

CD 120/16 "SERVICIO DE CALIBRACION DE EQUIPOS DE ALCOTEST" ID N°312.532

Anexo C

1. Especificaciones Técnicas

Se amplía cuanto sigue:

Equipo de Alcotes Alcometer Mercury

Calibración del sensor tipo celda de combustión

Medición: 0.00 mg/L a 4.00mg/L

Precisión: Debe mantener el valor de fábrica

Bomba de aire: Revisión del volumen de aire que analiza y del correcto funcionamiento de la bomba

Autodiagnóstico: Al encender el equipo debe superar el autodiagnóstico del mismo.

Mantenimiento del Equipo de Medición en General

Micro controlador: Asegurar la integridad del código contenido dentro del PIC

Conectividad: Asegurar el correcto funcionamiento de la conexión inalámbrica RF

Pantalla: Asegurar el correcto funcionamiento de todos los pixeles del LCD y la retro iluminación del mismo

Componentes: Verificación, limpieza y mantenimiento general de todos los componentes del equipo.

Circuito General: Asegurar la correcta transmisión de señales en las pistas de la placay las líneas de transmisión eléctrica

Reparación de Impresora

Microcontrolador: Asegurar la integridad del código contenido dentro del PIC

Conectividad: Asegurar el correcto funcionamiento de la conexión inalámbrica RF

Impresión: Asegurar la correcta, impresión, revisión del mecanismo de desplazamiento del tiquet y los cabezales térmicos

Componentes: Verificación, limpieza y mantenimiento general de todos los componentes del equipo.

Circuito General: Asegurar la correcta transmisión de señales en las pistas de la placa y limpieza de las partes sulfatadas de los contactos y las líneas de transmisión eléctrica.

Todas las demás secciones permanecen sin modificaciones

Roberto A. Núñez A.
Jefe
Departamento de Contrataciones

P/A

Lic. Emilce Lovera S.
Directora
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de Asunción