Contratación Directa "Provisión e Instalación de Equipos de Apoyo para el Laboratorio Genético" I.D. Nº 262.688

ACLARACIÓN Nº 1

Pregunta: Item: 1-) Microcentrífuga: Favor aclarar si se puede cotizar centrífugas con 1400 RPM de velocidad.

Respuesta: Las micro centrífugas a ofertar pueden tener una velocidad mayo a 6600 RPM, pero no menos a esta velocidad. En cuanto a la capacidad de los tubos, debe ser para 12 tubos, respetando las especificaciones.

Pregunta: Item: 2-) Balanza para Laboratorio: Favor aclarar si se puede cotizar una balanza analítica con rango de 0-220 gr. y con plato de 80 mm.

Respuesta: La balanza analítica a ofertar puede tener un rango mayo de pesaje (0-220 gr). En cuanto a la dimensión del plato puede ser mayor que 100 mm., pero no menor; e indefectiblemente sujeto a las demás especificaciones.

Ministerio Público
República del Paraguay
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

Econ. Guido E. Burgos E.
Director U.O.C.
Ministerio Público