INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SBE N° 40/16 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS" – AD REFERÉNDUM 2017.-

ADENDA N° 7

Asunción, 03 de marzo de 2017.

AL OFERENTE: LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SBE N° 40/16 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS" – AD REFERÉNDUM 2017, informamos que se realizan los siguientes cambios en el Pliego de Bases y Condiciones:

1. **En la Sección III Suministros Requeridos, punto 1 Especificaciones Técnicas el Ítem N°4**

Ítem 4: Fotocoagulador Laser

	Descripción	Datos proveídos por el oferente		
		Cumple	Parámetros	Folio
1	**Datos Generales**			
1.1	Descripción: Fotocoagulador Laser			
1.2	Marca:			
1.3	Modelo:			
1.4	Origen:			
1.5	Dirección Web del fabricante:		-	
1.6	Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas			
1.7	Normas de calidad generales: ISO 13485.			
2	**Caracteristicas tecnicas**			
2.1	Laser de estado solido de 532nm de onda continua			
2.2	Potencia maxima de 1.5W en la cornea			
2.3	Duracion de los pulsos simples de 10 a 2500ms			
2.4	Autopulsos de 10ms a 6s u otro sistema de autopulso			
2.5	Spot unico ajustable continuo dentro del rango de 50 a 500m o mayor			
2.6	Disparos de multiples pulsos en cascada			
2.7	Duracion de pulsos en cascada de 20 a 50ms (+/- 10ms)			
2.8	Grillas seleccionables de distribucion lineal horizontal, vertical o en diagonal, distibucion en curvas, semicirculos o circulos, con spots variable en diametro			
2.9	Pantalla LCD tactil			
2.10	Funcionamiento en modo de diagnostico (como lampara de hendidura simple)			
2.11	Mesa electrica con soporte para consola laser y accesible a pacientes en silla de ruedas			
2.12	Gafas de proteccion de 532nm para asistente 1 (una) unidad			
2.13	Filtro activo automatico compatible con el microscopio quirurgico del servicio de oftalmologia del Hospital Central del IPS (OPMI LUMERA 700)			
3	**Otras caracteristicas**			

INSTITUTO DE PRE... Abog. Jaime Del... JEFE DE SECCIÓN GESTIÓN... DIRECCION OPERATIVA...

3.1	Alimentación eléctrica: 220 V AC ± 10%, 50 Hz., con enchufe tipo schuko.			
3.2	UPS adecuada con toma de alimentacion tipo Schuko			
3.3	2 (dos) taburetes de altura regulable			

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jaime Joel Caballero
JEFE DE SECCION GESTION DE OFERTAS
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES