Asunción, 27 de agosto de 2014

Señores
Participantes de la Licitación Pública Nacional N° 18/2014 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS" ID N° 274.442

La Unidad Operativa de Contrataciones dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas de la Facultad de Ciencias Médicas comunica la Aclaración Nº 2.

- **Consulta N° 1:** SECCION III SUMINISTROS REQUERIDOS. 1-ESPECIFICACIONES TECNICAS. ITEM 3 – EQUIPO DE RAYOS X, ARCO en C:

Brazo en"C": 360° rotación (+180°,-180°) con stop de seguridad

Consultamos: para dar mayor participación a las diferentes marcas se podría cambiar la rotación a ± 225?

Respuesta N°1: Las especificaciones solicitadas son las mínimas, se pueden cotizar equipos con tecnologías superiores que serán consideradas como cumplidas.

- **Consulta N° 2:** SECCION III SUMINISTROS REQUERIDOS. 1-ESPECIFICACIONES TECNICAS. ITEM 3 – EQUIPO DE RAYOS X, ARCO en C. Generador/Tubo de Rayos X:

2.2 kW generador o mayor

Consultamos: para dar mayor participación a los oferentes se podrá presentar equipos con generador de 10 kw o más?

Respuesta N°2: Las especificaciones solicitadas son las mínimas, se pueden cotizar equipos con tecnologías superiores que serán consideradas como cumplidas.

- **Consulta N° 3:** SECCION III SUMINISTROS REQUERIDOS. 1-ESPECIFICACIONES TECNICAS. ITEM 3 – EQUIPO DE RAYOS X, ARCO en C. Generador/Tubo de Rayos X:

Tubo de rayos X con anodo estacionario con 0.6 mm y 1.4 puntos focales.

Consultamos: se podrá presentar equipos con tubo de rayos con anodo rotativo de 0,3 y 0,6 mm puntos focales?

Respuesta N°3: Las especificaciones solicitadas son las mínimas, se pueden cotizar equipos con tecnologías superiores que serán consideradas como cumplidas.

- **Consulta N° 4:** SECCION III SUMINISTROS REQUERIDOS. 1-ESPECIFICACIONES TECNICAS. ITEM 3 – EQUIPO DE RAYOS X, ARCO en C. Generador/Tubo de Rayos X:

Capacidad de calentamiento: 76000 HU o mayor.

Consultamos: se podrá presentar equipos con capacidad de calentamiento: 300 KHU?

Respuesta N°4: Las especificaciones solicitadas son las mínimas, se pueden cotizar equipos con tecnologías superiores que serán consideradas como cumplidas.

- **Consulta N° 5:** SECCION III SUMINISTROS REQUERIDOS. 1-ESPECIFICACIONES TECNICAS. ITEM 3 – EQUIPO DE RAYOS X, ARCO en C. Generador/Tubo de Rayos X:

Snapshot 8 mA o mayor.

Consultamos: se podrá presentar equipos con Snapshot de 8 mA fijo?

Respuesta N°5: Las especificaciones solicitadas son las mínimas, se pueden cotizar equipos con tecnologías superiores que serán consideradas como cumplidas.

- **Consulta N° 6:** SECCION III SUMINISTROS REQUERIDOS. 1-ESPECIFICACIONES TECNICAS. ITEM 3 – EQUIPO DE RAYOS X, ARCO en C. Generador/Tubo de Rayos X:

Tri-mode 23/15/10cm (9/6/4.5") 1.1. estándar.
Consultamos: se podrá presentar equipos con Tri-mode 21/16/12 cm?

Respuesta N°6: Las especificaciones solicitadas son las mínimas, se pueden cotizar equipos con tecnologías superiores que serán consideradas como cumplidas.

- **Consulta N° 7:** SECCION III SUMINISTROS REQUERIDOS. 1-ESPECIFICACIONES TECNICAS. ITEM 3 – EQUIPO DE RAYOS X, ARCO en C. Otras caracteristicas:

Capacidad de almacenaje de 80000 imágenes como mínimo.
Consultamos: para dar mayor participación a los oferentes se podría disminuir a 35000 imágenes por lo menos?

Respuesta N°7: Las especificaciones solicitadas son las mínimas, se pueden cotizar equipos con tecnologías superiores que serán consideradas como cumplidas.

- **Consulta N° 8:** SECCION III SUMINISTROS REQUERIDOS. 1-ESPECIFICACIONES TECNICAS. ITEM 3 – EQUIPO DE RAYOS X, ARCO en C. Accesorios solicitados:

Soporte de cassette para películas de 30x40 cm.

Consultamos: para dar mayor participación a los oferentes, solicitamos excluir este accesorio.

Respuesta N°8: Las especificaciones solicitadas son las mínimas, se pueden cotizar equipos con tecnologías superiores que serán consideradas como cumplidas.

- **Consulta N° 9:** SECCION III SUMINISTROS REQUERIDOS. 1-ESPECIFICACIONES TECNICAS. ITEM 1 – VENTILADOR DE ALTA COMPLEJIDAD:

Donde dice: presión inspiratoria (cm H2O) límite inferior 1 y limite superior 70 o mayor, solicitamos se permitan cotizar ventiladores con límite inferior de presión inspiratoria de 2 cmH2O o menor.

Este mismo punto se repite en las consultas N° 48, 57 y 63. La variación solicitada es mínima por lo que no influirá negativamente a los tratamientos ni investigaciones realizadas en el Hospital de Clínicas, pero por el contrario la aceptación de este punto permitirá un número mayor de oferentes por lo que se promovería lo que reza la ley de contrataciones.

Respuesta N°9: Las especificaciones solicitadas son las mínimas, se pueden cotizar equipos con tecnologías superiores que serán consideradas como cumplidas

- **Consulta N° 10:** SECCION III SUMINISTROS REQUERIDOS. 1-ESPECIFICACIONES TECNICAS. ITEM 1 – VENTILADOR DE ALTA COMPLEJIDAD:

  En la consulta N° 58 donde dice "Mecanismo de disparo o tigger seleccionable por presión de 0.5 a - 15 cm o mejor" su respuesta es "Las especificaciones técnicas establecidas son las mínimas, cualquier capacidad superior es considerada como suplida. Se mantienen las especificaciones técnicas solicitadas. " Significa esto que el parámetro solicitado es considerado mejor? Se podrán ofertar equipos que cumplan con este parámetro. Favor aclarar.

Respuesta N°10: Las especificaciones solicitadas son las mínimas, se pueden cotizar equipos con tecnologías superiores que serán consideradas como cumplidas.

- **Consulta N° 11:** SECCION III SUMINISTROS REQUERIDOS. 1-ESPECIFICACIONES TECNICAS. ITEM 1 – VENTILADOR DE ALTA COMPLEJIDAD:

  En las consultas N° 16, 52, 59 y 79 respecto a la solicitud servocontrol automático de porcentajes de oxigeno (FiO2) controlado a través de la medición de las SpO2 del paciente, la respuesta en todos los casos fue: "Las especificaciones solicitadas son las mínimas requeridas considerando la complejidad del Hospital y de los pacientes que a el acuden, se podrán ofertar equipos con las características de tecnología superior que será considerada como cumplida" Favor aclarar si se pueden ofertar Ventiladores con servocontrol automático e porcentaje de oxigeno (FiO2) controlado a través de la medición de los parámetros de presión o volumen del paciente. Teniendo en cuenta que solo una marca cuenta con esta función, además con referencia a los Certificados de Calidad cito la Respuesta N° 13: - Los equipos solicitados para este ítem, son considerados como soporte de vida para altas prestaciones de calidad, por tanto las certificaciones FDA, CE y JIS son consideradas como las más exigentes y de prestigio a la hora de evaluar los controles de calidad. La experiencia en la adquisición de este tipo de equipo con otro tipo de certificaciones nos demuestra una baja calidad, durabilidad y prestación" Como se puede observar en la página oficial la función CLIO2 (servocontrol automático de porcentaje de oxigeno (FiO2) controlado a través de la medición de la SpO2 del paciente) no cuenta con aprobación de la FDA motivo por el cual su venta no está permitida dentro del territorio de USA.

Respuesta N°11: Las especificaciones solicitadas son las mínimas, se pueden cotizar equipos con tecnologías superiores que serán consideradas como cumplidas.

- **Consulta N° 12:** SECCION III SUMINISTROS REQUERIDOS. 1-ESPECIFICACIONES TECNICAS. ITEM 1 – VENTILADOR DE ALTA COMPLEJIDAD:

  Teniendo en cuenta las consultas 54, 60 y 80 donde dice ventilación no invasiva en neonatos y en pediatría con compensación de fugas de 70 lpm o mayor solicitamos reconsiderar y se permita ofertar ventiladores con compensación hasta 60 lpm considerando que tanto en pacientes neonatos como pediátricos el flujo de compensación necesario no es demasiado y la diferencia solicitada es insignificante.

Respuesta N°12: Las especificaciones solicitadas son las mínimas, se pueden cotizar equipos con tecnologías superiores que serán consideradas como cumplidas.

- **Consulta N° 13:** SECCION III SUMINISTROS REQUERIDOS. 1-ESPECIFICACIONES TECNICAS. ITEM 1 – VENTILADOR DE ALTA COMPLEJIDAD:

  Donde dice: tres circuitos de paciente (neonatal, pediátrico y adulto) reusables y autoclaves. (Incluyendo adaptadores, conectores y trampas de agua) mas tres cámaras de humidificación reusables y autoclaves favor aclarar si se deben ofertar tres circuitos de paciente en total o tres de cada rango de paciente.

Respuesta N°13: Remitirse a la Adenda N° 4.

En espera de vuestra participación en dicho acto, me es grato saludarlo (s) muy atentamente.

C.P. Lilian Suarez
Jefa Interina
Unidad Operativa de Contrataciones
Facultad de Ciencias Médicas - UNA