CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 16/2013
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS – ID Nº 265588"
ADENDA Nº 01 – 22/11/2013

La Gobernación del cuarto Departamento de Guairá, comunica a los oferentes interesados en la Contratación Directa para Adquisición de Equipos Médicos, que se procede a realizar las siguientes modificaciones en la Carta de Invitación a través de la presente Adenda:

1- **Modificación del Anexo C, Numeral 1 Especificaciones Técnicas, que queda como sigue:**

Nº	BIEN	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS
1	Electrocardiógrafo	1	Electrocardiograma de 3 canales con 12 derivaciones, con interpretación de resultados, ondas del Electrocardiograma en tiempo real, memoria para un mínimo de 20 casos clínicos, teclado alfabético, con conexión USB, con Software para de Electrocardiograma para PC, DC/AC con batería LI-ION recargable incorporada, pantalla LCD de cómo mínimo 5,7 pulgadas y como máximo 6,1 pulgadas con gráficos 320x240 pixeles. Accesorios Incluidos: cables del paciente, electrodos para extremidades, electrodos para el tórax, cable a tierra, adaptador de energía para batería 110v /220V, cable para batería, eje del papel, rollo papel térmico. 4,5 kilogramos de peso como máximo.
2	Monitor de signos vitales - Portátil para ambulancia	1	Medición de 4 parámetros estándares: ECG, NIBP, SpO2, RESP, Pantalla LCD TFT Color de 7 pulgadas de alta resolución, Análisis en tiempo real del segmento ST, con detector de marcapasos, Indicador de manipulación incorrecta y análisis de fallos en el análisis, Función de introducción de datos del paciente, Aparición en pantalla de ondas del ECG en múltiples derivaciones, Espacio de almacenamiento para tablas y gráficos de derivaciones y fácil de recordar, Captura Dinámica de ondas ECG, Batería de litio incorporada recargable, con resistencia mínima de 4 horas, Capacidad de conectarse a la red, 4,4 kilogramos de peso. Accesorios incluidos: 2 juegos cable para 5 derivaciones, 2 sondas dura para medir SPO2 para Adulto, 2 Cuffs NIBP para adultos, 2 sondas para medir de temperatura de piel, 1 juego completo de accesorios para neonatología (ECG,SPO2,NIBP,TEMP)
3	Aparato Respirador Portátil para Ambulancia	1	Parámetros técnicos: A / C, A / C SUSPIRO, SIMV, SPONT, MANUAL Volumen de flujo 100ml-1000ml Max. Volumen de ventilación 18L/min Concentración de oxígeno 50%, 100% Sistema cumplimiento <4ml/100Pa Frecuencia de ventilación de 4-80rpm Tiempo inspiratorio 0.3s-6s I / E ratio 05:01-01:05 Presión de tiro inspiratorio de 0-20cmH2O Respiración profunda una vez cada 100 ciclos de respiración SIMV frecuencia Ventilatoria 1-40 rpm Adaptador de batería 110V-240V, 50Hz/60Hz Batería de litio 7.2V 2.2Ah Dimensión 230 × 200 × 70 mm Peso 1.0kg Todas las especificaciones están sujetas a una tolerancia de + / -15%. Características: Múltiples modos de ventilación Botón Manual utilizada durante la RCP Pantalla LCD Múltiples alarmas visuales y audibles Indicador de estado LED Electro-neumática controlada, tiempo / presión cambian y micro-procesador supervisados Alarma para Apnea, batería baja, volumen bajo de flujo, alarma de alta presión de las vías respiratorias altas, alarma de baja presión vía aérea El Respirador debe incluir, mezclador de aire y oxígeno, Válvula automática de alivio de presión de las vías respiratorias, tubo de oxígeno, laringoscopio,

			mascarilla, dispositivo de aspiración, tubo de aspiración sindical, dispositivo de montaje para recarga de oxígeno, extensión para suministro de oxígeno, llave, válvula PEEP, mochila o maletín de trasporte.
4	Cardiotocógrafo (monitor materno/fetal)	2	LCD en color de 7 pulgadas, con giro de 90 grados o inclinable Aparición en pantalla de Ondas de contracción uterinas y Latidos cardiacos simultáneamente. Detección automática del movimiento fetal Batería de Li-ion para 4 horas en trabajo continúo Alta sensibilidad 9 elementos, transductor de pulso doppler de 1 MHz Largo tiempo de almacenamiento de datos y la capacidad de recarga • Alta resolución y larga duración de impresora térmica, fácil carga de papel, papel de detección AOTU vacío e impresión por cabezal, protección contra sobrecalentamiento Capacidad para conexión de red para PC Principales Accesorios: transductor Doppler Ultrasonido Triple-Play, cinturón de soporte.

Observación: El oferente deberá presentar con su oferta:

1- Habilitación Vigente, expedida por el MSPBS, como importador/comercializador de dispositivos médicos.

2- Habilitación Vigente, expedida por MSPBS, como proveedor de servicio técnico de dispositivos médicos.

Los bienes nuevos ofertados deberán ser de una antigüedad máxima de fabricación de 3 años (A partir del 2010).

Se deberá presentar una Garantía Escrita por un año de los bienes ofertados. Esta Garantía deberá incluir Mantenimiento Correctivo (Incluirá mano de obra y provisión de repuestos originales) durante el tiempo de garantía solicitado.-

En caso de defectos de fábrica, el oferente deberá reemplazar el/los bien/bienes en un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles.-

2- Modificación del Anexo C, Numeral 2 Plan de Entrega, que queda como sigue:

ITEM	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Plazo de entrega
1	Electrocardiógrafo	Unidad	1	20 días calendarios, contados a partir de la fecha de recepción de la orden de compra.
2	Monitor de signos vitales - Portátil para ambulancia	Unidad	1	20 días calendarios, contados a partir de la fecha de recepción de la orden de compra.
3	Aparato Respirador Portátil para Ambulancia	Unidad	1	20 días calendarios, contados a partir de la fecha de recepción de la orden de compra.
4	Cardiotocógrafo (monitor materno/fetal)	Unidad	2	20 días calendarios, contados a partir de la fecha de recepción de la orden de compra.

3- Modificación de la Lista de Precios, que queda como sigue:

[Insertar la Lista de precios que corresponda]

							Fecha:_____ CD No:_____		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
N°*	Código Catalogo*	Descripción del Bien *	Marca**	Procedencia**	Unidad de Medida*	Cantidad*	Presentación*	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
1	42181716-001	Electrocardiógrafo			Unidad	1	Unidad		
2	42181904-001	Monitor de signos vitales - Portátil para ambulancia			Unidad	1	Unidad		
3	42272223-9997	Aparato Respirador Portatil para Ambulancia			Unidad	1	Unidad		
4	42181716-004	Cardiotocógrafo (monitor materno/fetal)			Unidad	2	Unidad		
							Precio Total:		

***Campo a ser completado por el Convocante**
****Campo a ser completado por el Oferente**

4- Modificación de la Cláusula N° 6 del Modelo de Contrato Lista de Precios, que queda como sigue:

PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	42181716-001	Electrocardiógrafo			Unidad	1	Unidad		
2	42181904-001	Monitor de signos vitales - Portátil para ambulancia			Unidad	1	Unidad		
3	42272223-9997	Aparato Respirador Portátil para Ambulancia			Unidad	1	Unidad		
4	42181716-004	Cardiotocógrafo (monitor materno/fetal)			Unidad	2	Unidad		
								Precio Total:	

El Proveedor se compromete a proveer los bienes/Servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato.

Abog. Alfredo Celano
Secretario UOC