PAC Nº: 334.813

ACLARACIÓN N° 01/2017

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES UOC N° 01
NIVEL CENTRAL DEL M.S.P. y B.S.

COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 62/17 "ADQUISICIÓN DE MONITORES FETALES Y DETECTORES DE LATIDO FETAL PARA SERVICIOS DEPENDIENTES DEL MSPBS"– ID N° 334.813,** SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Consulta 01:

Sección II. Suministros Requeridos - 2. Plan de Entregas

El plazo de entrega propuesto por el Convocante –20 días – es de cumplimiento imposible, teniendo en cuenta la gran cantidad solicitada y que deben ser importados.

Por lo expuesto, solicitamos al Convocante extender el plazo de entrega a por lo menos 60 (sesenta) días corridos, contados a partir de la recepción por parte del Proveedor de la Orden de Compra correspondiente.

Respuesta 01: favor remitirse a la ADENDA 02.

Consulta 02:

ÍTEM 1 - DETECTOR DE LATIDO FETAL

En donde menciona: "Transductor ultrasónico con frecuencia de 2 Mhz. o similar".

¿Se podrán cotizar equipos sin traductor, que estén incorporados (sin cable con conexión) a la unidad directamente?

Respuesta 02: Ajustarse al PBC.

Consulta 03:

ÍTEM 1 - DETECTOR DE LATIDO FETAL

En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: *"Conexión interface de salida para registro externo"*. Esta característica de conexión se está refiriendo para el Equipo de ELECTROCARDIOGRAFO en el mismo si se queda sin papel para impresión se podría realizar la impresión en un registro externo, por tal motivo solicitamos a la convocante declarar esta opción como OPCIONAL.

Respuesta 03: favor remitirse a la ADENDA 02.

Consulta 04:

ÍTEM 1 - DETECTOR DE LATIDO FETAL

¿Estos detectores requerirán "**Instalación y puesta en funcionamiento del equipo e Instrucción al personal para el uso del equipo**?

Si la respuesta fuere afirmativa ¿en qué lugares serán instalados estos detectores?

Respuesta 04: favor remitirse a la ADENDA 02.

Consulta 05:

ÍTEM 2 – MONITOR FETAL

En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: "**Instalación y puesta en funcionamiento del equipo e Instrucción al personal para el uso del equipo**?

¿En qué lugares serán instalados estos Monitores Fetales?

Respuesta 05: favor remitirse a la ADENDA 02.

Dra. MARIA E. Garay Barrios
Dirección General
Dirección General Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

Consulta 06:

Donde dice:

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS - Especificaciones Técnicas Ítem 1

Detector Fetal: *Alimentación eléctrica: pilas o baterías de 12 V o Similar recargables.*

1) Consulta:

Solicitamos a la convocante poder cotizar de mínimo 9V a 12V o similar recargables y asi dar más lugar c oferentes.

Respuesta 06: favor remitirse a la ADENDA 02.

Consulta 07:

Donde dice:

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS - Especificaciones Técnicas Ítem 1

Detector Fetal: *Cargador de pila/batería 220 V/12V.*

2) Consulta:

Consultamos a la convocante la posibilidad de cotizar Bateria de 220V/9V

Respuesta 07: favor remitirse a la ADENDA 02.

Consulta 08:

Donde dice:

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS - Especificaciones Técnicas Ítem 1

Monitor Fetal: *UC.*

3) Consulta:

Consultamos a la convocante a que se refiere con UC.

Respuesta 08: Ajustarse al PBC, se aclara que UC se refiere a la Contracción Uterina.

Consulta 09:

Donde dice:

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS - Especificaciones Técnicas Ítem 1

Monitor Fetal: *Frecuencia que responde: DC 0,5HZ.*

4) Consulta:

Solicitamos a la convocante aclarar si se refiere a la frecuencia ultrasónica.

Respuesta 09: Ajustarse al PBC, se aclara que se refiere a la frecuencia ultrasónica.

Consulta 10:

Donde dice:

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS - Especificaciones Técnicas Ítem 1

Monitor Fetal: *Manual de operación y servicio en español con Certificado de calidad e inspección técnica.*

5) Consulta:

Solicitamos a la convocante aclarar a que se refiere con "Inspección Técnica"

Respuesta 10: Ajustarse al PBC, se aclara que "Inspección Técnica" se refiere al otorgado por el fabricante en cuanto a calibración y verificación de los parámetros que arroja el equipo sean fiables y reales.

Asunción, 25 de setiembre de 2017.

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección General Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.