Asunción, 15 de Setiembre de 2016

Señores:
Tel: .....
E-mail: .....
Presente

NOTA DE ACLARACIÓN Nº 1

Ref.: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA Nº 14/2016 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REACTIVOS Y ACCESORIOS QUÍMICOS" ID Portal 311.442.

Consulta Nº 1
Ítem Nº 11 : favor aclarar si se puede ofertar una columna SAX de 4,6mm de diámetro interno.
Respuesta Nº 1
El oferente podrá cotizar una columna SAX de 4,6 mm de diámetro interno, por lo que deberá de remitirse a la Adenda Nº 2 de fecha 15/09/16.-

Consulta Nº 2
Ítem 47, favor indicar que dato representa 15mm o si podrían indicar que el dato se encuentra de más en la especificaciones.
Respuesta Nº 2:
Se aclara, que el dato 15 mm se encuentra de más en las especificaciones, por lo que fue excluido. Remitirse a la Adenda Nº 2 de fecha 15/09/16.-

Consulta Nº 3
Ítem 48, favor indicar que dato representa 15mm o si podrían indicar que el dato se encuentra de más en la especificaciones.
Respuesta Nº 3:
Se aclara, que el dato 15 mm se encuentra de más en las especificaciones, por lo que fue excluido. Remitirse a la Adenda Nº 2 de fecha 15/09/16.-

Consulta Nº 4
Ítem 49, favor indicar que dato representa 15mm o si podrían indicar que el dato se encuentra de más en la especificaciones.
Respuesta Nº 4:

Abog. César Morínigo Cristaldo
Director de Contrataciones
SENAVE

Se aclara, que el dato 15 mm se encuentra de más en las especificaciones, por lo que fue excluido. Remitirse a la Adenda Nº 2 de fecha 15/09/16.-

Consulta Nº 5
Ítem 50, favor indicar que dato representa 15mm o si podrían indicar que el dato se encuentra de más en la especificaciones.
Respuesta Nº 5:
Se aclara, que el dato 15 mm se encuentra de más en las especificaciones, por lo que fue excluido. Remitirse a la Adenda Nº 2 de fecha 15/09/16.-

Consulta Nº 6
Ítem 51, favor indicar que dato representa 15mm o si podrían indicar que el dato se encuentra de más en la especificaciones.
Respuesta Nº 6:
Se aclara, que el dato 15 mm se encuentra de más en las especificaciones, por lo que fue excluido. Remitirse a la Adenda Nº 2 de fecha 15/09/16.-

Consulta Nº 7:
Ítem Nº 81: favor responder si podría ofertarse filtros de 12,5cm de diámetro.
Respuesta Nº 7:
El diámetro solicitado es de 15cm, por lo que deberán de remitirse a lo establecido en el PBC.-

Consulta Nº 8:
Ítem Nº 82: favor responder si podría ofertarse filtros de 12,5cm de diámetro.
Respuesta Nº 8:
El diámetro solicitado es de 15cm, por lo que deberán de remitirse a lo establecido en el PBC.-

Consulta Nº 9:
Ítem Nº 83: favor responder si podría ofertarse filtros de 12,5cm de diámetro.
Respuesta Nº 9:
El diámetro solicitado es de 15cm, por lo que deberán de remitirse a lo establecido en el PBC.-

Consulta Nº 10
Ítem Nº 47: Si el material de la membrana puede ser en esteres mixtos (Nitrato de Celulosa

Abog. César Morínigo Cristaldo
Director de Contrataciones
SENAVE

combinado con Acetato de Celulosa)

Respuesta Nº 10

Lo solicitado es Nitrato de Celulosa, no combinado, por lo que deberán de remitirse a lo establecido en el PBC.

Consulta Nº 11

Ítem Nº 49: Si en vez de 0,2um, podría ser filtro de 0,22um

Respuesta Nº 11

El oferente podrá cotizar filtro de 0,22um, por lo que deberá de remitirse a la Adenda Nº 2 de fecha 15/09/16.-

Consulta Nº 12

Item Nº 51: Si el material del filtro para jeringa puede ser de: Acetato de celulosa, polietersulfona, nylon, teflón, polifluoruro de vinilideno o polipropileno

Respuesta Nº 12

Se aclara que no es filtro para jeringa sino filtro para muestra (Membrana de Filtración) solo de nitrato de celulosa.

Consulta Nº 13

Ítem Nº 51 : Si en vez de 0,2um, podría ser filtro de 0,22um.

Respuesta Nº 13

El oferente podrá cotizar filtro de 0,22um, por lo que deberá de remitirse a la Adenda Nº 2 de fecha 15/09/16.-

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS
Dirección de Contrataciones
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DC
SENAVE

Abog. César Morínigo Cristaldo
Director