Universidad Nacional de Asunción
Rectorado
Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud
Departamento de Contrataciones
www.iics.una.py
C. Elect.: uoc@iics.una.py
Dr. Cecilio Báez c/ Dr. Gaspar Villamayor
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

ACLARACIÓN DE LA C.D. Nº 02/2019
ADQUISICIÓN DE CUBETA DE ELECTROFORESIS Y CENTRIFUGA DE LABORATORIO.

San Lorenzo, 25 de marzo de 2019.

Referencia: Llamado de C.D. Nº 02/2019 para la ADQUISICIÓN DE CUBETA DE ELECTROFORESIS Y CENTRIFUGA DE LABORATORIO. ID Nº 363.760.-

ACLARACIÓN Nº 01/2019

SEÑORES
PRESENTE

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes a fin de responder a sus Consultas recepcionadas, con relación al llamado C.D. 02/2019 de **"ADQUISICIÓN DE CUBETA DE ELECTROFORESIS Y CENTRIFUGA DE LABORATORIO. ID Nº 363.760".**

CONSULTA: ITEM 2: Podrían indicar que tipo de tubos son los que utilizaran para el equipo?.
RESPUESTA: Se utilizará Rotor basculante para mínimo 16 tubos falcons de hasta 15 mL. Se procederá a emitir una Adenda
CONSULTA: a-) Fotocopia simple de la habilitación vigente, expedida por el M.S.P. y B.S., del Servicio Técnico en Electromedicina y/o Contrato vigente con un Servicio Técnico tercerizado habilitado por el M.S.P. y B.S. Se consulta si no cabría la posibilidad de que para aquellos equipos de uso general en laboratorio (no equipos médicos), se pueda presentar Servicio Técnico no habilitado, respaldando sus aptitudes Técnicas y Profesionales en el manejo y reparación de equipos de laboratorio, con los respectivos Certificados y Títulos.
RESPUESTA: Se deberán ajustar a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.
CONSULTA: b-) Características Técnicas: Para separar muestras de sangre total y obtención de suero. **Centrifuga con rango de velocidad variable. (CI)** **Tensión de entrada: 220 V. 50/60 hz. (CI)** Favor indicar si se puede ofertar cualquier centrifuga siempre y cuando sirva para separar sangre y obtener suero; de lo contrario indicar caracterísitcas técnicas mínimas tales como: - Rango de velocidad - Dimensiones - Capacidad (para que tipo de tubos y medidas).
RESPUESTA: A continuación se detallan las caracterísiticas técnicas solicitadas - Rango de velocidad de centrifugado variable de 0 hasta como mínimo 5.000 rpm, a plena carga. (CI) - No se especifica dimensión alguna. - Rotor basculante para mínimo 16 tubos falcons de hasta 15 mL

Atentamente;

C.P. RODOLFO ROJAS
Jefe del Dpto. de Contrataciones – IICS UNA