ACTA DE APERTURA

1. **Datos del acta:**

ID	392600				
NOMBRE DE LA LICITACIÓN	LPN SBE 18-21 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL CENTRO PRODUCTOR DE SANGRE DEL IPS				
ENTIDAD CONVOCANTE	Instituto de Previsión Social / Uoc Ips				
FECHA DE APERTURA	10-Junio-2022	HORA APERTURA	09:00	HORA FIN	09:49
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	Licitación Pública Nacional				
LUGAR DE APERTURA	CONSTITUCION Y HERRERA 1ER PISO SALA APERTURA DE SOBRES				
PRESIDE EL ACTO POR PARTE DE LA CONVOCANTE	Lic. Julian Daniel Morales Doncel, representante de la Direccion Operativa de Contrataciones				
FUNCIONARIOS QUE PARTICIPAN DEL ACTO	Esc. Rosi Ani Vera, Representante de la Direccion Juridica del Instituto de Prevision Social.				

2. **Ofertas no abiertas:**

Seguidamente, se deja constancia que – en atención a lo establecido en el ART. 57 DEL DECRETO 2992/19 – ninguna oferta fue declara tardía, tampoco se han presentado solicitudes de retiro, modificación o sustitución de ofertas.

3. **Apertura de las ofertas presentadas en la fecha y hora indicada en el PBC**

En virtud a lo establecido en el SICP, se procede a la apertura de sobres, dejándose expresa constancia de las siguientes ofertas abiertas en el presente acto:

1	80017185-3	DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA	mnfarina@italquimica.com.py
2	80026564-5	CHACO INTERNACIONAL SA	coordsecpublico@chacointernacional.com.py
3	80033584-8	PROSALUD FARMA S.A.	licitaciones@prosaludfarma.com.py
4	80003631-0	JACK FACK SRL	licitaciones@jackfack.com.py
5	80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A.	informes@dysa.com.py
6	80030030-0	CATETERES Y AFINES S.A.	gerencia@caphar.com.py
7	80073793-8	BIKO PARAGUAY S.A.	bikoparaguay03@gmail.com

4. **Verificación cuantitativa de los documentos presentados:**

Lic. Julian Morales Doncel
Jefe
Seccion Comision de Ofertas
Direccion Operativa de Contrataciones

Rosi Ani Vera de Gaspar
Escribana
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Lilian Salinas Lee
Gerencia Administrativa
JACK FACK S.R.L.

QF María Nidia Fariña Florentín
Representante Legal
Drogueria Italquímica SA

Blas García
Enc. de Licitaciones
DYSA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA

CHACO INTERNACIONAL S.A.

Una vez detalladas las ofertas presentadas en tiempo, se procede a la verificación del contenido de las mismas. Resulta importante destacar que, de conformidad a lo establecido en el Art. 24° de la Ley N° 2051/03 y el ART. 57 DEL DECRETO 2992/19, la verificación realizada en este acto es de carácter preliminar y meramente cuantitativa, correspondiendo al Comité de Evaluación de Ofertas realizar el análisis respecto al contenido de los mismos y su cumplimiento respecto a lo requerido en las bases de la contratación. La verificación cuantitativa de los documentos presentados es detallada a continuación:

Julian Montes Doncel
Sección Gestión de Ofertas
Dirección Administrativa de Contrataciones

Rosi Ani Vera de Gaspar
Escribana
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Liliam Salinas Lee
Gerencia Administrativa
JACK FACK S.R.L.

QF María Nidia Fariña Florentín
Representante Legal
Droguería Italquímica SA

Blas García
Enc. de Licitaciones
DYSA HEALTHCARE

CHACO INTERNACIONAL S.A.

Oferentes	Formulario de Oferta debidamente Firmado	Documento que acredita la identidad y la representación del firmante de la oferta	Declaración Jurada del Artículo 40	Garantía de Mantenimiento de Oferta
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 15.731.716.000 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** Fenix Seguros **Monto total asegurado Gs.:** 720.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 6/06/2022 a 31/01/2023, 239 días
CHACO INTERNACIONAL SA	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 2.188.073.000 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** Aseguradora del Este S.A. **Monto total asegurado Gs.:** 120.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 7/06/2022 a 13/01/2023, 220 días
PROSALUD FARMA S.A.	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 4.754.243.334 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** Alianza Garantía **Monto total asegurado Gs.:** 230.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 6/06/2022 a 23/12/2022, 200 días
JACK FACK SRL	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 2.526.000.000 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** La Consolidada S.A. **Monto total asegurado Gs.:** 84.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 6/06/2022 a 22/01/2023, 230 días
DYSA HEALTHCARE S.A.	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 4.674.498.000 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** Patria S.A. **Monto total asegurado Gs.:** 360.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 7/06/2022 a 14/12/2022, 190 días
CATETERES Y AFINES S.A.	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 1.275.320.636 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** Regional Seguros **Monto total asegurado Gs.:** 69.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 7/06/2022 a 23/12/2022, 199 días
BIKO PARAGUAY S.A.	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 161.223.333 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** Yasyreta Aseguradora **Monto total asegurado Gs.:** 12.956.100 **Vigencia de la Póliza:** De 6/06/2022 a 1/01/2023, 209 días

Lic. Julian Morales Doncel
Jefe
Sección Gestión de Ofertas
Dirección Contrataciones

Rosi Ani Vera de Gaspar
Escribana
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Lilian Salinas Lee
Gerencia Administrativa
JACK FACK S.R.L.

Blas García
Enc. de Licitaciones
DYSA HEALTHCARE

QF María Nidia Fariña Florentín
Representante Legal
Droguería Italquímica SA

CHACO INTERNACIONAL S.A.

Oferentes	Páginas foliadas	Constancia del SIPE N°	Muestras
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA	316	1695524	NO
CHACO INTERNACIONAL SA	52	1696023	NO
PROSALUD FARMA S.A.	28	1695928	NO
JACK FACK SRL	91	1695736	NO
DYSA HEALTHCARE S.A.	141	1695957	NO
CATETERES Y AFINES S.A.	132	1695902	NO
BIKO PARAGUAY S.A.	59	1695996	NO

Se adjuntan hojas de Observaciones de las siguientes Empresas: DROGUERIA ITALQUIMICA S.A., JACK FACK S.R.L., CHACO INTERNACIONAL S.A., DYSA HEALTHCARE S.A.

5. **Constancia de las observaciones realizadas por terceros asistentes al acto:**

No hubo observaciones de terceros.

Habiéndose procedido al cumplimiento de las directrices establecidas en la Ley N° 2051/03 y sus disposiciones reglamentarias para la realización del presente acto, se da lectura al contenido de la presente Acta, con lo cual se da por terminado el Acto de Apertura de Sobres, siendo las 09:49 horas, firmando los presentes en prueba de conformidad de todo lo actuado y labrado en el presente instrumento.

Lic. Viviani Morales Doncel
Jefe
Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones

Rosi Ani Verawie Gaspar
Escribana
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Julian Salinas Lee
Gerencia Administrativa
JACK FACK S.R.L.

Blas García
Enc. de Licitaciones

DYSA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA

QF María Nidia Fariña Florentín
Representante Legal
Droguería Italquímica SA

CHACO INTERNACIONAL

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

OBSERVACIONES

LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE N° 18/21 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL CENTRO PRODUCTOR DE SANGRE DEL IPS"
ID N° 392.600.

Fecha: 10/06/2022

Empresa: Droguería Italquímica SA

Representante : María Nidia Fariña

obs. Prosaludfarma no presenta autorización de comercialización de las marcas ofertadas.

No presenta documento que demuestre experiencia técnica. (factura o contrato de equipos).

QF María Nidia Fariña Florentín
Representante Legal
Droguería Italquímica SA

10/06/2022.

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

OBSERVACIONES

LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE N° 18/21 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL CENTRO PRODUCTOR DE SANGRE DEL IPS"
ID N° 392.600.

Fecha: 10/06/2022

Empresa: JACK FACK SRL

Representante : Lilian Salinas

Referente al ITEM N° 9- Irradiador Sanguineo la empresa DYSA no presenta catalogo comercial del Equipo ofertado, en el cual se pueda verificar el cumplimiento de las especificaciones Tecnicas

Lilian Salinas Lee
Gerencia Administrativa
JACK FACK S.R.L.

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

OBSERVACIONES

LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE N° 18/21 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL CENTRO PRODUCTOR DE SANGRE DEL IPS"
ID N° 392.600.

Fecha: 10/06/2022

Empresa: Chaco Internacional

Representante : Alejandro Méndez / Carmen Escobar

Criteres y Afines: Item 10. EETT: 4.3 Intervalo de Temperatura de Trabajo se solicita +2°C a +4°C. Las especificaciones del proveedor menciona la Top Temperatura preconfigurada a +4°C NO MODIFICABLE

DYSA: Item 10 EETT. 46 la cantidad de bolsas solicitadas es de 70, revisar catalogo del proveedor para verificar la cantidad máxima de almacenamiento de bolsas

Alejandro Méndez

CHACO INTERNACIONAL S.A.

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

OBSERVACIONES

LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE N° 18/21 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL CENTRO PRODUCTOR DE SANGRE DEL IPS"
ID N° 392.600.

Fecha: 10/06/2022

Empresa: DYSA HEALTHCARE SA

Representante : BLAS GARCIA

La Empresa Pro Salud Forma en el momento de la apertura NO PRESENTA. DDJJ ART 40 vencido en SIPE y TAMPOCO PRESENTA Declaración Jurada de Menores tambien vencido en el SIPE. Misma empresa no presenta Especificaciones Tecnicas y Folletos Tecnicos para la verificación de cumplimiento.

- El oferente Droguería Italquimica S.A. en la Etapa de recepción de Ofertas que el fabricante en los item 3 es Presvac y Macro Science SA. y Tambien item 4 e Item 6. Articko y Macro Scrense SA. en averiguaciones la Empresa Macro Scense SA el Representante de la Marca los cuales "NO SON EL FABRICANTE", por lo tanto, el Oferente Droguería Italquimica ha cargado datos erróneos al sistema de Subasta a la Baja Electronica, siendo un error sustancial, el cual no puede ser modificado una finalizada la Etapa de carga de propuestas. De acuerdo a lo Establecido en el Art 56 de la Resolución DNCP N° 1339/20 "Omisión y discrepancia de datos en la ultima parte, el cual reta En caso de

DYSA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

OBSERVACIONES

LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE N° 18/21 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL CENTRO PRODUCTOR DE SANGRE DEL IPS"
ID N° 392.600.

Fecha: 10/06/2022

Empresa: DYSA HEALTHCARE SA

Representante : Blas Garcia

de constatarse que la omision y discrepancia de datos afecta la determinación de lo ofertado se procedera al rechazo de la oferta" el comite de evaluacion debe proceder al RECHAZO TOTAL de la oferta sin mas TRAMITE ya que se ha omitido el fabricante real de Producto y discrepa con lo ofertado.

La Empresa Chaco NO PRESENTA CATALOGO TECNICO Y NI ESPECIFICACIONES TECNICAS al cumplimiento

DYSA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

OBSERVACIONES

LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE N° 18/21 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL CENTRO PRODUCTOR DE SANGRE DEL IPS"
ID N° 392.600.

Fecha: 10/06/2022

Empresa: Dysa Healthcare

Representante: Blas Garcia

Item (3) - 1er Puesto "Drogueria Italquimica S.A" fabricante del Equipo es PRESVAC y ellos indicaron PRESVAC/MACROSCIENSE S.A y esta última es una empresa paraguaya no fabricante.

Item (6) - Refrigerador de Banco de Sangre

- La empresa "PROSALUD FARMA" en el punto 4.1 no cumple con las especificaciones tecnicas "capacidad de almacenamiento para 450 bolsas" como mínimo ya que en el modelo ofertado BBR-4V160 de Biobase según catalogo es para 99 bolsas.
- La empresa CHACO INTERNACIONAL S.A punto 4.12 no cumple con las especificaciones técnicas "registrador gráfico de temperatura" ya que en el catalogo indica que cuenta con sistema de registro de temperatura "de momento".
- La empresa "CHACO INTERNACIONAL S.A" punto 4.15 no cumple con las especificaciones tecnicas "alarma de puerta abierta" ya que no se encuentra en catálogo del equipo ofertado.
- La empresa "PROSALUD FARMA" punto 4.12 no cumple "registrador gráfico de temperatura" ya que en catalogo indica solamente "registrador de temperatura".

Item (9) - Irradiador Sanguineo

- La empresa "JACK FACK SRL" punto 5.2 no cumple con las especificaciones tecnicas "uniformidad de la dosis: 19.6 hasta 34.3 Gy (desde 1.55:1 o superior)", en su catalogo indica "uniformidad de dosis 19,6 hasta 30,4 Gy". Y tampoco cumplen el punto 6.1 "uniformidad de dosis 25 hasta 43.8 Gy", en su catalogo indica "uniformidad de dosis 25 hasta 38.8 Gy"

Aclaramos que lo expresado es observado en Data sheet del fabricante www.theratronics.ca/product_raycell_mk1.html.

DYSA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA