Licitación Pública Nacional SBE Nº 50/12
"ADQUISICION DE MAQUINAS DE ANESTESIA PARA EL IPS"

ADENDA Nº 4

Asunción, 20 de julio de 2012.

AL OFERENTE:

Con relación a la Licitación Pública Nacional SBE Nº 50/12 **"ADQUISICION DE MAQUINAS DE ANESTESIA PARA EL IPS",** informamos que se realizan las siguientes modificaciones:

Tope de Consultas: El 26/07/2012 a las 10:00 horas

Tope de Respuestas: El 01/08/2012 a las 14:15 horas.

Inicio y fin de Recepción de propuestas de precios:
Fecha: **13/08/2012** desde las **08:00 hs.** hasta las **08:00 hs.** del día **14/08/2012.-**

Inicio de la etapa competitiva:
El día **14/08/2012** a partir de las 8:10 horas.

Asimismo informamos que,

La fecha de presentación de las documentaciones es: 16/08/2012 hasta las 08:45 hs.

La fecha de apertura de los sobres es: 16/08/2012 a las 09:00 hs.

EN LA SECCION III .REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS

1. Especificaciones Técnicas
ITEM: 1 Máquinas de Anestesia de Alta Especialidad

DONDE DICE

3.6	El dispositivo debe poseer una salida de gas auxiliar para conectar un sistema tipo bain.		

DEBE DECIR

3.6	El dispositivo de salida de gas auxiliar deberá ser controlado mecánicamente o electrónicamente y esta debe ser exclusiva		

DONDE DICE

3.4	Mezclador electrónico, que permita la selección de flujo total y % de O2 para las mezclas de aire-O2 y NO2- O2.		

DEBE DECIR

3.4	3.4 Mezclador electrónico, que permita la selección de flujo total y de % de O2 para las mezclas de Aire-O2 y N2O-O2		

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Villar
Jefe de Sección Gestion de Clientes
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

DONDE DICE

4.1	Canister reutilizable y esterilizable con capacidad minima de 800 g. y maxima de 1000g.		

DEBE DECIR

4.1	Canister reutilizable y esterilizable con capacidad minima de 700 g. y maxima de 1000g.		

DONDE DICE

5.3	Con medicion y aplicación de los parametros respiratorios en pantalla LCD mayor de 12 pulgadascomo minimo.		

DEBE DECIR

5.3	Con medición y aplicación de los parámetros respiratorios en pantalla LCD color, de 7 pulgadas como mínimo.		

DONDE DICE

5.4	Modos de ventilacion: Control por volumen y Control por presion, ambos con mqdo controlado y modo SIMV+ PSV, Control por Presion con Volumen garantizado (PVC-VG) o mejor,soporte de presion con respaldo de apnea.		

DEBE DECIR

5.4	Modos de ventilacion: Control por volumen y Control por presion, ambos con modo controlado y modo SIMV+ PSV, Control por Presion con Volumen garantizado (PVC-VG O SIMILAR) o mejor,soporte de presion con respaldo de apnea.		

DONDE DICE

5.6	Despliegue de curva de presión y curva de flujo o de volumen por lo menos dos de ellas.		

DEBE DECIR

5.6	Despliegue de curvas de presión vs tiempo, flujo vs tiempo, volumen vs tiempo y CO2 por lo menos tres de ellas en simultaneo.		

DONDE DICE

5.17	Alarmas: Presion baja: (4cmH2O/PEEP). Presion alta: (12 a 100cmH2O/PEEP)., Volumen minuto bajo: (0 a 10 ltros/min) Volumen minuto alto:(0 a 30 ltros/min), Frecuencia respiratoria baja/alta, Concentracion de Oxigeno (FIO2) bajo: (18 a 100%), Concentracion de Oxigeno (FIO2) alto: (19 a 100%).		

DEBE DECIR

5.17	Alarmas: Presión baja: 5 cmH2O/PEEP o menor. Presión alta: 15 o menor, a 100cmH2O/PEEP.		

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Villar
Jefe de Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

	Volumen minuto bajo: 0 a 15 litros/min o menor. Volumen minuto alto: 1 o menor a 25 litros/min o mayor Frecuencia respiratoria baja/alta, Concentración de Oxigeno (FIO2) bajo: (18 a 100%), Concentración de Oxigeno (FIO2) alto: (19 a 100%).		

DONDE DICE

5.25	El volumen total del circuito respiratorio no debe superar los 3 litros, incluyendo el volumen del canister.		

DEBE DECIR

5.25	El volumen total del circuito respiratorio no debe superar los 3 litros, incluyendo el volumen del canister, fuelle/pistón y bolsa en sistema con desacople.		

DONDE DICE

5.11	Pausa inspiratoria de 0 a 60 %.		

DEBE DECIR

5.11	Pausa inspiratoria de 0 a 50 % O MAYOR PORCENTAJE		

DONDE DICE

5.23	Sensores de flujo de orificio variable para evitar inconvenientes de humedad.		

DEBE DECIR

5.23	Cuatro (04) Sensores de flujo reutilizables de al menos seis meses de duración cada uno según manual, por cada maquina.		

DONDE DICE

5.25	El volumen total del circuito respiratorio no debe superar los 3 litros, incluyendo el volumen del canister.		

DEBE DECIR

5.25	El volumen total del circuito respiratorio no debe superar los 3 litros, incluyendo el volumen del canister, fuelle/pistón y bolsa en sistema con desacople.		

ITEM 2: Máquinas de Anestesia de Especialidad Intermedia

DONDE DICE

3.5	El dispositivo debe poseer una salida de gas auxiliar para conectar un sistema tipo bain.		

DEBE DECIR

3.5	El dispositivo de salida de gas auxiliar deberá ser controlado mecánicamente o electrónicamente y esta debe ser exclusiva		

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Juan Manuel Villar
Jefe de Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

DONDE DICE

5.3	Con medicion y aplicación de los parametros respiratorios en pantalla LCD mayor de 12 pulgadascomo minimo.		

DEBE DECIR

5.3	Con medición y aplicación de los parámetros respiratorios en pantalla LCD color, de 7 pulgadas como mínimo.		

DONDE DICE

5.4	Modos de ventilación: Control por volumen y Control por presión.		

DEBE DECIR

5.4	Modos de ventilación: Control por volumen y Control por presión con flujo automático.		

DONDE DICE

4.1	Canister reutilizable y esterilizable con capacidad minima de 800 g. y maxima de 1000g.		

DEBE DECIR

4.1	Canister reutilizable y esterilizable con capacidad minima de 700 g. y maxima de 1000g.		

DONDE DICE

5.16	Test de fugas.		

DEBE DECIR

5.16	Test de fugas manual o automatico.		

DONDE DICE

5.17	Alarmas: Presion baja: (4cmH2O/PEEP). Presion alta: (12 a 100cmH2O/PEEP)., Volumen minuto bajo: (0 a 10 ltros/min) Volumen minuto alto:(0 a 30 ltros/min), Frecuencia respiratoria baja/alta, Concentracion de Oxigeno (FIO2) bajo: (18 a 100%), Concentracion de Oxigeno (FIO2) alto: (19 a 100%).		

DEBE DECIR

5.17	Alarmas: Presión baja: 5 cmH2O/PEEP o menor. Presión alta: 15 o menor, a 100cmH2O/PEEP. Volumen minuto bajo: 0 a 15 litros/min o menor. Volumen minuto alto: 1 o menor a 25 litros/min o mayor Frecuencia respiratoria baja/alta, Concentración de Oxigeno (FIO2) bajo: (18 a 100%),		

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Rovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

	Concentración de Oxigeno (FIO2) alto: (19 a 100%).		

DONDE DICE

7.9	Al menos dos canales de medicion de presion invasiva (98 a 349mmHg).		

DEBE DECIR

7.9	Al menos dos canales de medicion de presion invasiva (- 90 a 349 o mas mmHg).		

DONDE DICE

7.14	El monitoreo de gases anestesicos y el de espirometria debera tener la posibilidad de realizarse tanto en la pantalla incorporada en la maquina de anestesia como asi tambien en un monitor multiparametrico independiente.		

DEBE DECIR

7.14	El monitoreo de gases anestésicos y el de espirometria podrá realizarse en la pantalla incorporada de la maquina de anestesia o en el monitor multiparametrico independiente.		

DONDE DICE

5.11	Pausa inspiratoria de 0 a 60 %.		

DEBE DECIR

5.11	Pausa inspiratoria de 0 a 50 % o mayor porcentaje.		

2. Cronograma de Entrega, Lugar de Entrega:

DONDE DICE

La Entrega total por ítem debe efectuarse en la Sección correspondiente del Dpto. de Electromedicina dentro de los 60 (sesenta) días a partir del cobro del Anticipo.

DEBE DECIR

La Entrega total por ítem debe efectuarse en la Sección correspondiente del Dpto. de Electromedicina dentro de los 90 (noventa) días a partir del cobro del Anticipo

DONDE DICE

Requerimientos para la entrega de los equipos adjudicados:

Estas capacitaciones tendrán una duración mínima de 60 (sesenta) horas, por parte de un instructor o aplicacionista certificado en fábrica; la capacitación debe realizarse en las Instalaciones del IPS con la correspondiente entrega de certificados

Requerimientos para la entrega de los equipos adjudicados:

Debe decir:

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Villar
Jefe de Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

Estas capacitaciones tendrán una duración mínima de 24 (veinte y cuatro) horas divididas en al menos 3 tres jornadas de capacitación, por parte de un instructor o aplicacionista certificado en fábrica; la capacitación debe realizarse en las Instalaciones del IPS con la correspondiente entrega de certificados

Requerimientos para la entrega de los equipos adjudicados:

DONDE DICE

Por cada ítem en que la empresa resultara adjudicada deberá realizar curso de capacitación técnica (teórico - práctico) a funcionarios del Departamento de Electromedicina del IPS designados por el Jefe de Departamento. Estas capacitaciones tendrán una duración mínima de 60 (sesenta) horas y deberán ser realizadas por parte de un instructor certificado en fábrica con la correspondiente entrega de certificados a los participantes

Requerimientos para la entrega de los equipos adjudicados:

Debe decir:

Por cada ítem en que la empresa resultara adjudicada deberá realizar curso de capacitación técnica (teórico - práctico) a funcionarios del Departamento de Electromedicina del IPS designados por el Jefe de Departamento. Estas capacitaciones tendrán una duración mínima de 24 (veinte y cuatro) horas dividida en al menos tres jornadas y deberán ser realizadas por parte de un instructor certificado en fábrica con la correspondiente entrega de certificados a los participantes.

Atentamente.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Villar
Jefe de Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.