PAC N°: 301.517.-

NOTA ACLARATORIA No. 02/2016

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES UOC N° 01 NIVEL CENTRAL DEL M.S.P. y B.S.

COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 04/2016 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS NO ADQUIRIDOS EN LA LPN 63/2014" PLURIANUAL,** SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES, SEGÚN CONSULTAS DE LOS POSIBLES OFERENTES:

CONSULTA 1:

Sección III. Suministros Requeridos - Ítem 27 — Hoja de dermatomo.-

En las especificaciones técnicas dice: "Bisturí para dermatomo Grande x 57mm de largo x 13cmm de ancho con una perforación. Debe ser compatible con el equipo de la marca Padgett".Hemos hecho averiguaciones en el Centro Nacional del Quemado para determinar exactamente el tipo de hoja que se está solicitando; éste centro cuenta con un Dermatomo del tipo MANUAL, cuya marca ya no es legible, y que utiliza hojas con medidas aproximadas a las que se solicitan pero con tres perforaciones y no con una, como dice el PBC.

Por todo lo expuesto, solicitamos a la Convocante tenga a bien aclarar, tanto medida, la cantidad de perforaciones que debe tener esta hoja para dermatomo y por último, la marca del aparato; de tal forma a determinar con exactitud la hoja requerida.-

RESPUESTA: Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones

CONSULTA 2:

Sección III. Suministros requeridos – item 28; 29; 30 y 31 – kits de aparato respirador para ventilador no invasiva

La convocante en su nota Aclaratoria N° 01/2016, ha manifestado "podrán ser ofertados tubos corrugados de silicona u otro material cuya composición esté aprobada para este tipo de insumos. En base a lo brevemente expuesto ¿se podrá cotizar tubos corrugados de PVC? Este es un material autoclavables, pero de menos resistencia que la silicona.

RESPUESTA: Los tubos deben ser de silicona o material superior

CONSULTA 3

Ítem 11: Catéter venoso central 6fr permanente con tunelizado, radio opaco, hemocompatible, trombo resistente, un cuff con aguja de 18G para punción

Consulta: solicitamos cotizar Catéter venoso central (tipo hickman) 6,6fr permanente con tunelizado, radio opaco, hemocompatible, trombo resistente, un cuff con aguja de 19G para punción

RESPUESTA: Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones

CONSULTA 4

Ítem 28: kits de aparato respirador

Circuito para ventilador no invasiva pre escolar (entre 2 a 6 años) con mascara naso bucal, tubos corrugados, adaptadores universales Arnés, Tipo Bipap. Los tubos corrugados deben ser autoclavables y reutilizables. Podrán ser ofertados tubos corrugados de silicona u otro material cuya composición este aprobada para este tipo de insumo. Las máscaras deben ser siliconadas. Los circuitos de ventilación no invasivas para preescolares tienen que ser como 2 ramas, con sistema de calefacción y humidificación. Se podrá ofertar naso bucal o cara total con codo anti asfixia y puerto de fuga. Se trata de equipos reusables y esterilizables por óxido de etileno.

1- En relación al circuito autoclavables están solicitando con rama calentada y eso es volver a utilizar como el pasado, de que las enfermeras estén desarmando y armando los hilos calentadores, donde podrían poner en riesgo su salud por posibles infecciones que podrían tener al desarmar los circuitos, por lo tanto solicitamos puedan ser descartable con sistema de hilo calefacción y cámara humidificadora autollenable
2- Por otro lado al ser el circuito reutilizable los precios referenciales no se ajustan al precio del mercado, por lo tanto solicitamos que se amplíen su referencial en caso de ser circuitos reusables.
3- No queda claro el producto a ofertar (mascara) porque solicitan naso bucal o cara total, teniendo estas dos distintos usos y por lo tanto una máscara es más económica que la otra, favor reconsiderar que para ese tamaño de paciente sea el total cara la máscara solicitada por el oferente, porque es la que da mayor comodidad al paciente en el momento del uso
4- Toda estas mascaras vienen libre de a pirógeno por lo tanto no vienen estériles pero si son reutilizables.

RESPUESTA:

El kit debe ser con sistema de calefacción y humidificación adecuados reusables y con mascara nasabucal. Deben ser esterilizables por óxido de etileno y reutilizables. Ajustarse a precio referencial.

CONSULTA 5

Ítem 29: kits aparato respirador

Circuito para ventilación no invasivaescolares (entre 6 y 12 años) con mascara naso bucal tubos corrugados, adaptadores universales arnés, tipo bipap, los tubos corrugados deben ser autoclavables y reutilizables. Podrán se ofertados tubos corrugados de silicona u otro material cuya composición este aprobada para este tipo de insumo. Las mascara deben ser siliconadas. Para escolares deben ser con 2 ramas para uso en ventiladores convencionales con sistema de calefacción y humificación, con codo anti asfixia, puerto de fuga y mejor con codos diferentes que permitan la nebulización. Deben ser reusables y esterilizables con óxido de etileno.

1- En relación al circuito autoclavables están solicitando con rama calentada y eso es volver a utilizar como el pasado, de que las enfermeras estén desarmando y armando los hilos calentadores, donde podrían poner en riesgo su salud por posibles infecciones que podrían tener al desarmar los circuitos, por lo tanto solicitamos puedan ser descartable con sistema de hilo calefacción y cámara humidicadora autollenable
2- Por otro lado al ser el circuito reutilizable los precios referenciales no se ajustan al precio del mercado, por lo tanto solicitamos que se amplíen su referencial en caso de ser circuitos reusables.
3- Toda estas mascaras vienen libre de a pirógeno por lo tanto no vienen estériles pero si son reutilizables

RESPUESTA:

El kit debe ser con sistema de calefacción y humidificación adecuados reusables y con mascara nasabucal. Deben ser esterilizables por óxido de etileno y reutilizables. Ajustarse a precio referencial

CONSULTA 6

Ítem 30: kits de aparato respirador

Circuito para ventilación no invasiva adulto con mascara naso bucal tubos corrugados, adaptadores universales arnés, tipo bipap, los tubos corrugados deben ser autoclavables y reutilizables. Podrán se ofertados tubos corrugados de silicona u otro material cuya composición este aprobada para este tipo de insumo. Las mascara deben ser siliconadas. Para escolares deben ser con 2 ramas para uso en ventiladores convencionales con sistema de calefacción y humificación, con codo anti asfixia, puerto de fuga y mejor con codos diferentes que permitan la nebulización. Deben ser reusables y esterilizables con óxido de etileno.

1- En relación al circuito autoclavables están solicitando con rama calentada y eso es volver a utilizar como el pasado, de que las enfermeras estén desarmando y armando los hilos calentadores, donde podrían poner en riesgo su salud por posibles infecciones que podrían tener al desarmar los circuitos, por lo tanto solicitamos puedan ser descartable con sistema de hilo calefacción y cámara humidicadora autollenable
2- Por otro lado al ser el circuito reutilizable los precios referenciales no se ajustan al precio del mercado, por lo tanto solicitamos que se amplíen su referencial en caso de ser circuitos reusables.
3- Toda estas mascaras vienen libre de a pirógeno por lo tanto no vienen estériles pero si son reutilizables.

RESPUESTA:

El kit debe ser con sistema de calefacción y humidificación adecuados reusables y con mascara nasabucal. Deben ser esterilizables por óxido de etileno y reutilizable. Ajustarse a precio referencial

CONSULTA 7

Ítem 31: kits de aparato respirador

Circuito para ventilación no invasiva lactante. Con mascara naso bucal, tubos corrugados, adaptadores universales, arnés, tipo bipap, para lactantes debe ser con 2 ramas para uso en ventiladores convencionales con sistema de calefacción u humidificación con codo anti asfixia, puerto de fuga y mejor con codos diferentes que permitan la nebulización. Deben ser reusables y esterilizables con óxido de etileno

1- En relación al circuito autoclavables están solicitando con rama calentada y eso es volver a utilizar como el pasado, de que las enfermeras estén desarmando y armando los hilos calentadores, donde podrían poner en riesgo su salud por posibles infecciones que podrían tener al desarmar los circuitos, por lo tanto solicitamos puedan ser descartable con sistema de hilo calefacción y cámara humidicadora autollenable
2- Por otro lado al ser el circuito reutilizable los precios referenciales no se ajustan al precio del mercado, por lo tanto solicitamos que se amplíen su referencial en caso de ser circuitos reusables.
3- Favor reconsiderar para este tamaño de paciente que la máscara sea total cara, porque es la que da mayor comodidad al paciente en el momento del uso.
4- Toda estas mascaras vienen libre de a pirógeno por lo tanto no vienen estériles pero si son reutilizables

RESPUESTA:

Puede ofertarse con mascara nasobucal o mascara total cara. Deben ser con sistema de calefacción y humidificación adecuados y reutilizables

CONSULTA 8

Ítem 32 - Malla de polipropileno para Hernia.
Favor aclarar si se puede ofertar mallas de polipropileno no radiopacas.

Ítem 32 Malla Protésica 30x30
Malla quirúrgica de polipropileno monofilamento, biocompatible, máxima estabilidad dimensional, resistencia a la sutura, porosidad apropiada y uniforme, fácil de manipular y confortable, red macroporosa con elasticidad bidireccional, red polimérica inerte cuadrada de polipropileno de 30x30cm.

RESPUESTA: Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones
Se solicita:

Malla de polipropileno para Hernia	Malla de polipropileno (Redes poliméricas), inerte, tamaño de poros de 1,5 mm. Con líneas radiopacas. Tamaño: 30 x 30 cm.

CONSULTA 9

Ítem 33 - Malla de polipropileno para Hernia.
Favor aclarar si se puede ofertar mallas de polipropileno no radiopacas.

Ítem 33 Malla Protésica 15 x 15 cm
Malla quirúrgica de polipropileno monofilamento, biocompatible, máxima estabilidad dimensional, resistencia a la sutura, porosidad apropiada y uniforme, fácil de manipular y confortable, red macroporosa con elasticidad bidireccional, red polimérica inerte cuadrada de polipropileno de 15x 15cm.

RESPUESTA: Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones
Se solicita:

Malla de polipropileno para Hernia	Malla de polipropileno (Redes poliméricas), inerte, tamaño de poros de 1,5 mm. Con líneas radiopacas. Tamaño: 15 x 15 cm.

Asunción, 06 de julio de 2016