Licitación Pública Internacional No. 02/2020
"Adquisición de equipos médicos y mobiliarios para 18 USF"
ID N° 385.030 – SEPA PR-L1051-582-LPI-B

ACLARATORIA N° 01

El Programa de Desarrollo Infantil Temprano emite la presente aclaratoria en el marco del proceso a los efectos de comunicar las respuestas a las consultas recibidas detalladas a continuación:

Nro .: 1
Título: Adjudicación por Lote
Solicitamos a la convocante hacer la solicitud de compra por artículos, y no por lote. Al hacer la adjudicación por ITEMS, va a beneficiarse a la convocante, ya que va a permitir más la participación de más oferentes. Sin lugar a dudas al analizar el lote 1, son productos utilizados para distintos procedimientos y el lote 2 no todos los productos son de origen nacional, solicitamos a la convocante hacer la evaluación por ítems, de tal forma que permita aumentar el número de oferentes y no limitar.

Respuesta: Ajustarse al PBC

Nro .: 2
Título: LOTE 1 - DETECTOR FETAL ULTRASONICO
Solicito a la convocante aclarar a que se refiere con similar en la frecuencia del transductor de 2Mhz, para tener en cuenta si en este punto se puede cotizar un equipo con frecuencia de 3Mhz ?.

Respuesta: Se amplía información para frecuencia de transductor de 2 a 3 Mhz.

Nro .: 3
Título: planilla de precios
no se adjunta la planilla de precios. favor verificar

Respuesta: La lista de precios se encuentra establecida en la Sección IV Formularios de la Oferta, del Pliego de Bases y Condiciones.

Nro .: 4
Título: plazo de entrega
conforme plazo verificado pbc no encontramos

Respuesta: El plazo de entrega o fecha límite de entrega de los bienes se encuentra establecido en la Parte II. Requisitos de los bienes y servicios. Sección VII. Lista de Requisitos. Lista de Bienes y Plan de Entrega, del Pliego de Bases y Condiciones.

Nro .: 5
Título: LOTE 1 - ARTÍCULO N ° 8: DETECTOR FETAL ULTRASONICO
LOTE 1 - ARTÍCULO N ° 8: DETECTOR FETAL ULTRASONICO. En las Especificaciones técnicas donde dice: "Conexión interfase de salida para registro externo." Solicitamos al Convocante permitir: Conexión interfase de salida para registro externo (OPCIONAL)

Respuesta: Ajustarse al PBC

Ramiro F. Conoy Achón
Ingeniero Biomédico
Reg. N° 35

Nro .: 6
Título: ÍTEM 15 - Set de instrumental para inserción de DIU.
ÍTEM 15 - Set de instrumental para inserción de DIU. Con todo respeto solicitamos al Convocante incorporar un rango de variación permitido de +/- 2 cms para los instrumentales.

Respuesta: Se amplía información, rango de variación permitido +/- 2 cms

Nro .: 7
Título: ÍTEM 15 - Set de instrumental para inserción de DIU.
ÍTEM 15 - Set de instrumental para inserción de DIU. En una parte de las Especificaciones técnicas dice: "1 espéculo de Graves tamaño grande" Solicitamos al Convocante permitir la cotización de: "1 espéculo de Graves, Cusco o Collin tamaño grande"

Respuesta: Ajustarse al PBC

Nro .: 8
Título: ÍTEM 23 - Caja para cuello.
ÍTEM 23 - Caja para cuello. "En una parte de las Especificaciones técnicas dice:" 1 caja para Instrumental de acero inoxidable c / tapa c / mango ". Con todo respeto solicitamos al Convocante modificar las especificaciones técnicas y dejarlos de la siguiente manera: 1 (una) Caja para Instrumentales de acero inoxidable c / tapa, c / mango oc / asas "

Respuesta: Ajustarse al PBC

Nro .: 9
Título: ÍTEM 23 - Caja para cuello.
ÍTEM 23 - Caja para cuello. "En una parte de las Especificaciones técnicas dice:" 1 caja para Instrumental de acero inoxidable c / tapa c / mango 40x20x10cm ". Con todo respeto solicitamos al Convocante modificar las especificaciones técnicas y dejarlos de la siguiente manera: 1 (una) Caja para Instrumentales de acero inoxidable c / tapa, c / mango, medidas aprox .: 30 x 12 x 06cm. Debido a que la caja solicitada sería muy grande para la cantidad de instrumentales solicitados "

Respuesta: Ajustarse al PBC.

Nro .: 10
Título: Parte III. Sección IX. Condiciones Especiales del Contrato. CGC 27.1.
Parte III. Sección IX. Condiciones Especiales del Contrato. CGC 27.1. El valor de la liquidación por daños y perjuicios será: 2,5% por semana El monto máximo de la liquidación por daños y perjuicios será: 10% (página 71 del PBC). El valor de la multa que pretende aplicar en el caso de eventuales atrasos en la provisión de bienes es muy elevado, por lo expuesto solicitamos reducir al 0,01% por día. Este valor porcentual sugerido, es el que utiliza el Ministerio de Salud y Bienestar Social para sus licitaciones llevadas a cabo actualmente, por lo que consideramos que debería aplicar también en la presente Licitación.

Respuesta: Ajustarse al PBC.

Ing. Carlos Achón
Ingeniero Biomédico
Reg. Nº 35

Nro .: 11
Título: Lote 1. Ítem N ° 4: Aspirador de secreciones eléctrico portátil.
Lote 1. Ítem N ° 4: *Aspirador de secreciones eléctrico portátil. En una parte de las especificaciones dice:* Frasco colector lavable y esterilizable. Capacidad de succión de al menos 2 litros. Solicitamos respetuosamente al convocante que permita cotizar con: Frasco colector lavable y esterilizable. Capacidad de succión de al menos 1 litro.

Respuesta: Ajustarse al PBC

Nro .: 12
Título: Lote 1. Ítem N ° 4: Aspirador de secreciones eléctrico portátil.
Lote 1. Ítem N ° 4: Aspirador de secreciones eléctrico portátil. A fin de que la Convocante adquiera un producto acorde a sus necesidades, respetuosamente sugerimos agregar estas Especificaciones Técnicas mínimas: Fuerza de succión 0 - 563 mmHg (+ - 10 mmHg); Desplazamiento de 15 a 45 litros (+ - 5 litros); Alto vacío: flujo bajo Flujo de aire: 16 l / min; Nivel de vacío ajustable: 0 ÷ -0,65 bar (0 ÷ -65 kPa) (+ - 0,10 bar); Nivel de ruido: 65 dBA (+ - 5dBA); Accesorios: Cánula estéril desechable; Regulador de flujo manual estéril; Juego de tubos de silicona esterilizables atóxicos; regulador manual desechable; Bolsa desechable 1000ml.

Respuesta: Ajustarse al PBC

Nro .: 13
Título: Lote 1. Ítem N ° 9: Estufa para esterilización
Lote 1. Ítem N ° 9: Estufa para esterilización En una parte de las especificaciones dice: Capacidad mínima de 80 litros. Solicitamos respetuosamente al Convocante que permita cotizar con: Capacidad mínima de 55 litros.

Respuesta: Ajustarse al PBC

Nro .: 14
Título: Lote 1. Ítem N ° 9: Estufa para esterilización
Lote 1. Ítem N ° 9: Estufa para esterilización En una parte de las especificaciones dice: Volumen de la cámara de esterilización de al menos 80 litros. Solicitamos respetuosamente al convocante que permita cotizar con: Volumen de la cámara de esterilización de al menos 57 litros.

Respuesta: Ajustarse al PBC

Nro .: 15
Título: Lote 1. Ítem N ° 9: Estufa para esterilización
Lote 1. Ítem N ° 9: Estufa para esterilización En una parte de las especificaciones dice: Potencia de 500 watts aproximado Solicitamos respetuosamente al convocante que permita cotizar con: Potencia de 500 watts o mayor.

Respuesta: Ajustarse al PBC

Ramiro E. Godoy Achón
Ingeniero Biomédico
Reg. N° 35

Nro .: 16
Título: Lote 1. Ítem N ° 12: Equipo de Diagnóstico (Otoscopio, oftalmoscopio)
Lote 1. Ítem N ° 12: Equipo de Diagnóstico (Otoscopio, oftalmoscopio) En una parte de las Especificaciones dice: Fuente de luz LED Solicitamos respetuosamente al Convocante que permita cotizar con: Fuente de luz LED o Halógena.

Respuesta: Ajustarse al PBC

Nro .: 17
Título: Lote 1. Ítem N ° 12: Equipo de Diagnóstico (Otoscopio, oftalmoscopio)
Lote 1. Ítem N ° 12: Equipo de Diagnóstico (Otoscopio, oftalmoscopio) En una parte de las Especificaciones dice: Mango ergonómico de metal con batería recargable de iones de litio. Habida cuenta que entre los accesorios se solicitan "Pilas alcalinas de repuesto de tamaño estándar existentes en el mercado local" ya fin aclarar para una correcta presentación de oferta, respetuosamente solicitamos al Convocante que permita cotizar con: Mango ergonómico de metal con batería recargable de iones de litio o con Pilas alcalinas de tamaño estándar existentes en el mercado local.

Respuesta: Se amplía información, pilas mango ergonómico de metal con batería recargable o pilas alcalinas de tamaño estándar

Nro .: 18
Título: Lote 2. Ítem N ° 8: Linterna para examen médico
Lote 2. Ítem N ° 8: Linterna para examen médico En una parte de las especificaciones dice: Tipo de Lámpara LED Solicitamos respetuosamente al Convocante que permita cotizar con: Tipo de Lámpara LED o Halógena.

Respuesta: Ajustarse al pliego

Nro .: 19
Título: Lote 2. Ítem N ° 11: Estetoscopio para Adultos
Lote 2. Ítem N ° 11: Estetoscopio para Adultos En una parte de las Especificaciones dice: Longitud del estetoscopio no menor a 77 cm. Solicitamos respetuosamente al convocante que permita cotizar con: Longitud del estetoscopio no menor a 55 cm.

Respuesta: Ajustarse al PBC

Nro .: 20
Título: PLAN DE ENTREGAS
PLAN DE ENTREGAS, dice: El bien será solicitado por Orden de Compra emitida por la Convocante, y deberá ser entregados dentro del plazo establecido de 60 (sesenta) días calendario a partir de la recepción de esta, por parte del proveedor. Como es de conocimiento público, los efectos de la pandemia a nivel mundial han retrasado todos los procesos de producción. A raíz de este hecho, nos vemos obligados a solicitar una extensión en el plazo de entrega, quedando este de la siguiente manera: El bien será solicitado por Orden de Compra emitida por la Convocante, y deberá ser entregados dentro del plazo establecido de 90 (sesenta) días calendario a partir de la recepción de esta, por parte del proveedor.

Respuesta: Ajustarse al PBC

Achón
Ingeniero Biomédico
Reg. Nº 35

Nro .: 21
Título: Sistema de Adjudicación
Solicitamos a la convocante realizar la adjudicación por ítems y de esa manera permitir la libre competencia. con este sistema de adjudicación favorece solo a unos proveedores.

Respuesta: Ajustarse al PBC

Nro .: 22
Título: Lote 1 ítem 15 Set de instrumental para inserción de DIU
Donde dice * Histerómetro de Sims de 32 cm aclarar si necesitan MALEABLE O RIGIDO * pinza Hemostática Pean Recta 18 cm, si se puede cotizar pinza Hemostática ROCHESTER-PEAN Pean

Respuesta: Se amplía información: histerómetro de sims de 32 cm rígido

Nro .: 23
Título: Lote 1 ítem 15 Set de instrumental para inserción de DIU
Solicitamos respetuosamente a la convocante verificar el precio de referencia del lote 1 ítem 15 en la misma solicitan instrumentales y caja para instrumental de acero inoxidable con tapa y mango, con el precio de referencia definido es imposible proveer todo lo que solicitan, sugerimos mínimo Gs. 4.500.000 para el precio referencial.

Respuesta: Ajustarse al PBC

Nro .: 24
Título: Lote 1 artículo 16
Solicitamos respetuosamente a la convocante verificar el precio de referencia del lote 1 artículo 16, sugerimos mínimo Gs. 200.000 para el precio referencial. llevar a cabo en cuanta la cotización del dolar y los tramites de las importaciones por la situación de la pandemia

Respuesta: Ajustarse al PBC

Nro .: 25
Título: Lote 1 artículo 19 Precio Referencial
Solicitamos respetuosamente a la convocante verificar el precio de referencia del lote 1 item 19 en la misma solicitan instrumentales y caja para instrumental de acero inoxidable con tapa y mango, con el precio de referencia definido es imposible proveer todo lo que solicitan, sugerimos minimo Gs. 7.500.000 para el precio referencial. Tambien llevar en cuanta el cambio del dolar y los tramites de importaciones estan muy altos por la situación de la pandemia

Respuesta: Ajustarse al PBC

Nro .: 26
Título: Lote 1 artículo 20 Precio Referencial
Solicitamos respetuosamente a la convocante verificar el precio de referencia del lote 1 ítem 19 en la misma solicitan instrumentales y caja para instrumental de acero inoxidable con tapa y mango, con el precio de referencia definido es imposible proveer todo lo que solicitan, sugerimos mínimo Gs. 2.500.000 para el precio referencial. También llevar en cuanta el cambio del dólar y los tramites de importaciones están muy altos por la situación de la pandemia

Respuesta: Ajustarse al PBC

Samira E. Godoy Achón
Ingeniera Biomédico

Nro .: 27
Título: Lote 1 artículo 20 Precio Referencial
Solicitamos respetuosamente a la convocante verificar el precio de referencia del lote 1 ítem 20 en la misma solicitan instrumentales y caja para instrumental de acero inoxidable con tapa y mango, con el precio de referencia definido es imposible proveer todo lo que solicitan, sugerimos mínimo Gs. 2.500.000 para el precio referencial. También llevar en cuanta el cambio del dólar y los tramites de importaciones están muy altos por la situación de la pandemia

Respuesta: Ajustarse al PBC

Nro .: 28
Título: LOTE 1 - ARTÍCULO N ° 10: DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO
LOTE 1 - ARTÍCULO N ° 10: DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO En las especificaciones técnicas donde dice: "Cada DEA deberá contar con su propio gabinete con alarma visual y sonora." Solicitamos al Convocante permitir: Cada DEA deberá contar con su propio gabinete con alarma visual y / o sonora.

Respuesta: Ajustarse al PBC

Nro .: 29
Título: LOTE 1 - ARTÍCULO N ° 10: DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO
LOTE 1 - ARTÍCULO N ° 10: DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO En las especificaciones técnicas donde dice: "software que permite descargar el evento reciente y poder analizar el ECG y la maniobra de RCP del mismo." Sugerimos amablemente al Convocante declarar este punto (OPCIONAL), considerando que el bien con esta característica lleva a superar ampliamente el precio referencial establecido.

Respuesta: Ajustarse al PBC

Nro .: 30
Título: LOTE 1 - ARTÍCULO N ° 10: DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO
LOTE 1 - ARTÍCULO N ° 10: DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO En las especificaciones técnicas donde dice: "Software en su última versión disponible y actualizable, con disponibilidad de actualizaciones durante la vida útil del equipo y servicio de atención telefónica post venta durante la garantía" al Convocante permita que este punto sea (OPCIONAL)

Respuesta: Ajustarse al PBC

Nro .: 31
Título: Lote 1 ítem 21 - Precio referencial
Solicitamos respetuosamente a la convocante verificar el precio de referencia del lote 1 artículo 21, sugerimos minimo Gs. 2.000.000 para el precio referencial. Tambien llevar a cabo en cuanta el cambio del dolar y los tramites de importaciones están muy altos por la situación de la pandemia.

Respuesta: Ajustarse al PBC

Ramiro F. Godoy Achón
Ingeniero Biomédico
Reg. Nº 35

Nro .: 32
Título: Lote 1 artículo 23 Caja de cuello - Precio referencial
Solicitamos respetuosamente a la convocante verificar el precio de referencia del lote 1 ítem 23 en la misma solicitan instrumentales y caja para instrumental de acero inoxidable con tapa y mango, con el precio de referencia definido es imposible proveer todo lo que solicitan, sugerimos minimo Gs. 6.500.000 para el precio referencial. Tambien llevar en cuanta el cambio del dolar y los tramites de importaciones estan muy altos por la situación de la pandemia

Respuesta: Ajustarse al PBC

Nro .: 33
Título: Lote 2 ítem 14 - Oximetro de Pulso - Precio referencial
Solicitamos respetuosamente a la convocante verificar el precio de referencia del lote 2 artículo 14, la misma no se ajusta al precio del mercado.

Respuesta: Ajustarse al PBC

Nro .: 34
Título: Lote 1 ítem 8 - Detector fetal - Precio referencial
Solicitamos a la convcante verificar el precio de referencia, la misma no se adecua al precio del mecado.

Respuesta: Ajustarse al PBC

Nro .: 35
Título: Lote 1 ítem 15 Set de instrumental para inserción de DIU
Solicitamos respetuosamente a la convocante aceptar la caja de instrumental de aluminio o acero inoxidable de alta calidad con las siguientes medidas 46x5 x 28x10 cm. para permitir mayor cantidad de participación de oferentes.

Respuesta: 1 caja para Instrumental de acero inox. c/ tapa c/ mango 40x20x10cm (medidas aproximadas son admitidas)

Nro .: 36
Título: Lote 1 ítem 18 - Especulo vaginal pequeño
Solicitamos a la convocante aclarar a que se refiere con medidas aproximadas, se puede ofertar especulos de 75x 20 mm?

Respuesta: Ajustarse al PBC

Nro .: 37
Título: Lote 1 artículo 19 Caja de cirugía menor
Solicitamos a la convocante aclarar las medidas de los siguientes ítems Pinza hemostática mosquito curvo Pinza hemostática mosquito curvo con diente o sin diente,

Respuesta: Se amplía información, 16-18 cm aprox.

Nro .: 38
Título: Lote 1 artículo 19 Caja de cirugía menor
1 Tijera Metzenbaum Recta 16-18 cm aprox. aclarar si es con punta aguda, romo o agudo -romo

Respuesta: Ajustarse al PBC

Arturo F. Godoy Achón
Ingeniero Biomédico

Nro .: 39
Título: Lote 1 artículo 19 Caja de cirugía menor
Solicitamos a la convocante una variacion de + -2 cm en las medidas de los instrumentales.

Respuesta: Ajustarse al PBC

Nro .: 40
Título: Lote 1 ítem 21 - Precio de referencia
Solicitamos a la convocante verificar el precio de referencia, la misma no se adecua al precio del mercado.

Respuesta: Ajustarse al PBC

Nro .: 41
Título: lote 1 artículo 23
Aclarar si el especulo vaginal collin es P, M o G.

Respuesta: Se amplía información tamaño M

Nro .: 42
Título: lote 1 artículo 23
Solicitamos a la convocante aceptar caja para instrumental de acero inoxidable o de aluminio medias 46,5x28x10cm. para permitir mayor cantidad de oferentes.

Respuesta: Ajustarse al PBC

Nro .: 43
Título: lote 1 artículo 23
Curetas: N ° 1, 2, 3, 4 y 5. aclarar SI ES CORTANTE O ROMO Y MALEABLE O RIGIDO

Respuesta: Se amplía información, curetas romo, rígidas

Nro .: 44
Título: lote 1 artículo 23
Aclar si es Histerómetro es MALEABLE O RIGIDO

Respuesta: Se amplía información: rígido

Nro .: 45
Título: LOTE 1 - ARTÍCULO N ° 10: DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO
LOTE 1 - ARTÍCULO N ° 10: DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO En las Especificaciones técnicas donde dice: "2 baterías no recargables con autonomía, de al menos 5 años de vida útil o más de 250 shoks continuos o alternados." Solicitamos al Convocante permitir: 2 baterías no recargables con autonomía, de al menos 5 años de vida útil o más de 200 shoks continuos o alternados.

Respuesta: Ajustarse al PBC

Ulnico F. Godoy Achón
Ingeniero Biomédico
Reg. Nº 25

Nro .: 46
Título: LOTE 1 - ARTÍCULO N ° 10: DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO
LOTE 1 - ARTÍCULO N ° 10: DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO En las especificaciones técnicas donde dice: "Barrera de protección para insuflación." Solicitamos al Convocante permitir: Barrera de protección para insuflación. (*OPCIONAL*)

Respuesta: Ajustarse al PBC

Nro .: 47
Título: LISTA DE PRECIOS
La lista de precio no se comprende siendo que se encuentra detallado por artículo y el listado de bienes requeridos es por lotes. Favorecer aclarar cuál es el criterio para elaborar la lista de precios. ¿Por lote completo o por ítem de acuerdo a la procedencia?

Respuesta: Se deberá cotizar por lote completo.

Nro .: 48
Título: GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS
En la página 37 del PBC se indica el modelo de Garantía de Mantenimiento de Ofertas, ¿La Garantía de Mantenimiento de Ofertas se puede presentar en forma de Declaración Jurada? ¿No es necesario hacerlo por Póliza de Seguro?

Respuesta: Remitirse a lo establecido en la Sección II Datos de la Licitación IAO 21.1 *"La oferta deberá incluir una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, utilizando el Formulario incluido en la Sección IV Formularios de la Oferta"*.

Nro .: 49
Título: LOTE 2
En el Lote 2 se solicitan equipos médicos de fabricación nacional, pero no se aclara resultados son los equipos que solicitan sea de fabricación nacional, si bien hay ciertos productos de equipamiento hospitalario que se pueden fabricar de forma local, en el mismo lote hay equipos que no se fabrican en Paraguay. Se solicita amablemente a la convocante aclarar los equipos médicos o equipamiento hospitalarios que requieren sean de fabricación nacional.

Respuesta: Se amplía información, es solo una denominación del lote, pudiendo algunos ítems no ser necesariamente de fabricación nacional

Nro .: 50
Título: EXPERIENCIA
En la Sección II - Datos de la Licitación, Punto C. Preparación de las ofertas, (iii) se solicita presentar experiencia en la provisión de bienes similares (equipamiento médico, muebles, dispositivos electrónicos e informativos, electrodomésticos, juegos didácticos, equipamiento de sala de juegos), sin embargo, en ninguno de los ítems de ninguno de los Lotes se solicita juegos didácticos ni equipamiento de salas de juego. Teniendo en cuenta que la mayoría de los bienes requeridos son equipos médicos, solicitamos amablemente a la convocante modifique este requerimiento, dejando la experiencia de la siguiente forma: "El oferente deberá presentar contratos u órdenes de compra con sus correspondientes cartas de aceptación satisfactoria del cliente o buen cumplimiento del contrato o acta de final,

Respuesta: Remitirse a la Adenda N° 1.

Ramiro F. Godoy Neto
Ingeniero Biomédico
Reg. Nº 35

Nro .: 51
Título: experiencia
En la Sección II - Datos de la Licitación, Punto C. Preparación de las ofertas, (iii) se solicita presentar experiencia en la provisión de bienes similares (equipamiento médico, muebles, dispositivos electrónicos e informativos, electrodomésticos, juegos didácticos, equipamiento de sala de juegos), sin embargo, en ninguno de los ítems de ninguno de los Lotes se solicita juegos didácticos ni equipamiento de salas de juego. Teniendo en cuenta que la mayoría de los bienes requeridos son equipos médicos, solicitamos amablemente a la convocante modifique este requerimiento, dejando la experiencia de la siguiente forma: favor considerar ampliar experiencia de los últimos 10 anhos

Respuesta: Ajustarse al PBC.

Nro .: 52
Título: forma de adjudicación
en relación al lote 3 muebles y electrodomésticos. favor considerar separar en un cuarto lote los electrodomésticos

Respuesta: Ajustarse al PBC.

Nro .: 53
Título: heladera vertical
conformr experiencia el precio previsto como referencial está muy por debajo del precio de mercado. favor reconsiderar

Respuesta: Ajustarse al PBC

Nro .: 54
Título: Lote 1 - Item 8 - Doppler fetal ultrasónico
Donde se solicita: Conexión interfase de salida para registro externo, al tratarse de un equipo básico y de prestaciones muy limitadas y con un valor referencial bajo, solicitamos que este punto sea considerado opcional.

Respuesta: Ajustarse al PBC

Nro .: 55
Título: Lote 1 - Item 10 - Desfibrilador externo automático
En el punto donde solicitan: El equipo ofertado deberá incluir un dispositivo de retroalimentación audiovisual durante la RCP que permita optimizar en tiempo real el rendimiento / resultados de la RCP para garantizar la calidad de la misma, según las recomendaciones 2015 de la AHA, como estas especificaciones son propias de una marca en particular, solicitamos se incluir como opcional, siempre y cuando el desfibrilador cuente con ayuda de voz para realizar la RCP. Donde dice: Dispositivo con protección IP 55 o superior, como en el punto anterior, esta característica es de una marca en particular, solicitamos que puedan cotizar equipos con la categoría IP con la que cuente la marca a ser cotizada. Auto chequeo automático programable, diario / semanal / mensual de buen funcionamiento, como en este punto solicitan que el auto chequeo sea automático, los desfibriladores vienen preprogramados de fábrica para realizar los mismos, por lo que solicitamos se elimine la palabra programable. En donde dice: Deberá incluir su instalación dentro del edificio, medidas 44 cm x 44 cm x 22 cm, material melamina, nuevamente esta especificación limita la participación a una sola marca, por lo que solicitamos se puedan cotizar gabinetes con medidas adecuadas al desfibrilador de melamina o metálicos con pintura resistente a la corrosión.

Ramiro F. Godoy Achón
Ingeniero Biomédico
Reg. Nº 35

Respuesta: Ajustarse al PBC

Nro .: 56
Título: Lote 1 - Ítem 12 - Equipo de Diagnóstico (Otoscopio, oftalmoscopio)
Donde dice: Carcasa hermética a prueba de polvo IP 55 o superior, solicitamos se pueden cotizar con la categoría IP con que cuente cada fabricante En un punto se solicita: MANGO: Mango ergonómico de metal con batería recargable de iones de litio y más adelante pilas alcalinas, por favor aceptar pilas alcalinas que son de uso frecuente en estos equipos.

Respuesta: Se amplía información, mango ergonómico de metal con batería recargable o pilas alcalinas de tamaño estándar. Respecto a la especificación de la carcasa hermética a prueba de polvo IP55 o superior, ajustarse al pliego.

Nro .: 57
Título: Ítems de instrumentales
En los ítems donde solicitan instrumentales: Set de instrumental para inserción de DIU, espéculos vaginales, caja de cirugía menor, caja de curación, caja de cuello, solicitamos a la convocante ampliar los precios referenciales, puesto que los mismos están muy por debajo de los instrumentales presentes en el mercado.

Respuesta: Ajustarse al PBC

Nro .: 58
Título: Lote 2 - Item 14 - Oxímetro de pulso:
Por favor considerar el peso del equipo solicitado, solicitan 28 grs, este valor es muy reducido para las características técnicas solicitadas. Donde dice: 6 modos de visualización, considerando que se trata de una especificación de una marca en particular y que se trata de un equipo con monitoreo de un solo parámetro, por favor eliminar esta especificación o considerar opcional.

Respuesta: Ajustarse al PBC

Nro .: 59
Título: plazo de entrega
LAN DE ENTREGAS, dice: El bien será solicitado por Orden de Compra emitida por la Convocante, y deberá ser entregados dentro del plazo establecido de 60 (sesenta) días calendario a partir de la recepción de esta, por parte del proveedor. Como es de conocimiento público, los efectos de la pandemia a nivel mundial han retrasado todos los procesos de producción. A raíz de este hecho, nos vemos obligados a solicitar una extensión en el plazo de entrega, quedando este de la siguiente manera: El bien será solicitado por Orden de Compra emitida por la Convocante, y deberá ser entregados dentro del plazo establecido de 120 (ciento) días calendario a partir de la recepción de esta, por parte del proveedor.

Respuesta: Ajustarse al PBC

Nro .: 60
Título: planilla de precios
la planilla de precios no fue adjunta al sicp favor anexar

Respuesta: La lista de precios se encuentra establecida en la Sección IV Formularios de la Oferta, del Pliego de Bases y Condiciones publicado en el SICP.

Ramiro F. Godoy Achón
Ingeniero Biomédico
Reg. Nº 35

Nro .: 61
Título: formulario de oferta y planilla de precios
formulario de oferta y planilla de precios no fueron anexas favor anexar

Respuesta: El formulario de presentación de oferta y Formulario de lista de precios se encuentra establecida en la Sección IV Formularios de la Oferta, del Pliego de Bases y Condiciones publicado en el SICP

Asunción, de febrero de 2021

Ramiro F. Godoy Achón
Ingeniero Biomédico
Reg. N° 35