Aclaratoria Nº 01

POR LA PRESENTE SOLICITO ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN DE REFERENCIA:

ÍTEM 1: AUTOCLAVE 45 LITRTOS

- Puede ofertarse Autoclave de 50 litros. Aclarar cuantos sets de contenedores y canastillas?

Respuesta:

- ***Se podrá ofertar Autoclave de 45 litros o más. Como mínimo deberán contar con 3 sets de contenedores y canastillas.***

FACULTAD de ODONTOLOGÍA U.N.C@ CORONEL OVIEDO-PARAGUAY 2010

Abog. Blas Arturo Galeano Montanía
Enc. de la Unidad Operativa de Contrataciones
Facultad de Odontología UNC@