**PAC Nº: 335.826.-**

# NOTA ACLARATORIA Nº 01

## DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DEL M.S.P. y B.S.

COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA Nº 15/2018 "ADQUISICIÓN DE ELECTROCARDIÓGRAFOS PARA LOS DIVERSOS SERVICIOS DEPENDIENTES DEL MSP Y BS" – AD REFERÉNDUM – PLURIANUAL - 2DO LLAMADO ID Nº 335.826** – LAS SIGUIENTES RESPUESTAS A LAS CONSULTAS REALIZADAS:

Consulta:

***Donde dice:***
***SECCION III. Suministros Requeridos***
***Especificaciones Tecnicas – Item 1: Electrocardiógrafo***
***Watch Dog***

***1) Consulta:***
*Solicitamos a la convocante modificar este punto a opcional, ya que la misma corresponde a un equipo en específico por lo que estaría atentando contra la libre competencia e impediría que más oferentes se presenten en la misma.*

Respuesta: favor adecuarse al PBC.

Consulta:

***Donde dice:***
***SECCION III. Suministros Requeridos***
***Especificaciones Técnicas – Ítem 1: Electrocardiógrafo***
***Sistema de Autotest.***

***2) Consulta:***
*Solicitamos a la convocante modificar este punto a opcional, ya que la misma corresponde a un equipo en específico por lo que estaría atentando contra la libre competencia e impediría que más oferentes se presenten en la misma.*

Respuesta: favor adecuarse al PBC.

Consulta:

***Donde dice:***
***SECCION III. Suministros Requeridos***
***Especificaciones Técnicas – Ítem 1: Electrocardiógrafo***
***Filtro DFT 0.05/0.15/0.25/0.5/adp.***

***3) Consulta:***
*Solicitamos a la convocante eliminar el punto "adp" ya que no corresponde a los parámetros del filtro DFT*

Respuesta: favor adecuarse al PBC.

Consulta:

***Donde dice:***
***SECCION III. Suministros Requeridos***
***Especificaciones Técnicas – Ítem 1: Electrocardiógrafo***
***Filtro de desvió de linea de base de: 0.05Hz, 0.15Hz, 0.25Hz, 32Hz, y 0.5Hz***

***4) Consulta:***
*Solicitamos a la convocante eliminar este punto ya que mencionan el mismo filtro dos veces.*
*"Filtro DFT 0.05/0.15/0.25/0.5/"*

Respuesta: favor adecuarse al PBC.

Consulta:

***Donde dice:***
***SECCION III. Suministros Requeridos***
***Especificaciones Técnicas – Ítem 1: Electrocardiógrafo***
***Resolución de Conversión Analógica – Digital de 12 bits***

***5) Consulta:***
*Solicitamos a la convocante permitir la presentación de Equipos con Resolución de conversión Analógica Digital de 12 bits o Mejor y así dar mayor participación a los oferentes.*

Respuesta: remitirse a la Adenda N° 05.

Consulta:

Ing. MARCELO Sergio Barrios
Director General
Dirección General Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

***Donde dice:***
***2. Plan de entregas***
***Condiciones de entrega:***
***Plazo de entrega: El plazo máximo para la entrega de los bienes adjudicados es de hasta 30 días corridos, posteriores a la recepción efectiva de la orden de compra***

6) ***Consulta:***
*Solicitamos a la convocante modificar el plazo de entrega a 60 días contados a partir de la recepción de orden de compra ya que los mismo son equipos importados que necesitan de tiempo para la misma.*

Respuesta: Adecuarse a la Adenda N° 04.

Consulta:

**Consulta N° 1:**

**Con Respecto al Precio Referencial:**

Donde Dice: Precio Referencial de Gs. 9.000.000.- Guaraníes nueve millones.-

Consulta: Según las Especificaciones Técnicas y los Accesorios solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones el precio está por debajo de los Costos del Mercado.-

Peticionamos sea aumentado el precio referencial, por lo expuesto, y considerando que las especificaciones técnicas y accesorios solicitados son de un **Grado Determinante** para la correcta cotización del Ítem solicitado, y a los efectos de no vulnerar los preceptos de igualdad de competencia al limitar a Gs. 9.000.000. Guaraníes nueve millones el precio referencial y así restringir la libre competencia.

Respuesta: Adecuarse a la Adenda N° 04.

Ing. MAE Sergio Barrios
Director General
Dirección General Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

**Asunción, 05 de abril de 2018.-**