San Lorenzo, 30 de Junio de 2017.-

Señores
POTENCIALES OFERENTES
Presente.

Ref.: ADENDA Nº 3 correspondiente al Llamado a LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) Nº 05/2017 para la "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO - CONACYT" - CÓD. Nº 33 - CONTRATO CERRADO - I.D. Nº 328.752.-

Me dirijo a Ustedes, en el marco del Proceso del Llamado a **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) Nº 05/2017** para la **"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO - CONACYT" - CÓD. Nº 33 - CONTRATO CERRADO - I.D. Nº 328.752**, de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción.

En este sentido me compete aclarar cuanto sigue:

- En la **SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS:**

1. **Especificaciones Técnicas**

DONDE DICE:

Ítems	Código de Catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación
2	41101701-001	Molino Analítico de corte con cámara y cuchilla de corte en acero inoxidable (340), para molienda de materiales secos de residuos de plantas, raíces de plantas, semillas, residuos orgánicos diversos, materiales semiduros, suaves y fibrosos. Preparado para trabajo contínuo con mínimo sobrecalentamiento, preferentemente con tamiz de 0,25 mm a 2 mm, de 220 voltio, velocidad del motor sin carga de al menos 1.700 rpm.	1	Unidad	Unidad
8	41111703-001	Microscopio estereoscopio con luz artificial. Tipo estereoscópica. Con fuente de luz artificial Para 220 V y conexión con descarga a tierra. Con manual del usuario y accesorios. Garantía mínima de un año al momento de la entrega. Instalado y funcionando. En caja x unidad.	2	Unidad	Unidad
10	42271714-002	Incubadora para uso en laboratorio. Con rango de temperatura entre 5 y 65°C., resolución de 0,1°C, de estabilidad 0,5°C, capacidad de 45 L. Que posea alta calidad electrostática de acero laminado en frio exterior pulverización. De acero inoxidable cámara interior; transición semicírculo en cuadro, el espacio entre los estantes es ajustable. El sistema de control inteligente micro-ordenador con el programa PID, pantalla digital de gran pantalla y tecla de operación contacto ligero. Función de temporización, protección de sobrecalentamiento y la auto-energia-break-off. Junta de la puerta doble. Incluye: Montaje, instalación y puesta en funcionamiento. Manual de Operaciones. Garantía escrita, cubierta por defectos de fábrica, mínima por un periodo de un año a partir de su recepción y puesta en funcionamiento.	1	Unidad	Unidad

DEBE DECIR:

Ítems	Código de Catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación
2	41101701-001	Molino Analítico de corte con cámara y cuchilla de corte en acero inoxidable (340), para molienda de materiales secos de residuos de plantas, raíces de plantas, semillas, residuos orgánicos diversos, materiales semiduros, suaves y fibrosos. Preparado para trabajo contínuo con mínimo sobrecalentamiento, preferentemente con tamiz de 0,25 mm a 2 mm, de 220 voltio, velocidad del motor sin carga de al menos 1.700 rpm. **Cámara de molienda con volumen efectivo de 50 ml. como mínimo y molienda continua de muestras.**	1	Unidad	Unidad
8	41111703-001	Microscopio estereoscopio con luz artificial. Tipo estereoscópica. Con fuente de luz artificial Para 220 V y conexión con descarga a tierra. **Aumento estándar 20 a 60 x, con aumento zoom**. Con manual del usuario y accesorios. Garantía mínima de un año al momento de la entrega. Instalado y funcionando. En caja por unidad.	2	Unidad	Unidad
10	42271714-002	Incubadora para uso en laboratorio. Con rango de temperatura entre **0 y 65°C**, resolución de 0,1°C, de estabilidad 0,5°C, capacidad de **45 litros como mínimo**. Que posea alta calidad electrostática de acero laminado en frio exterior pulverización. De acero inoxidable cámara interior; transición semicírculo en cuadro, el espacio entre los estantes es ajustable. El sistema de control inteligente micro-ordenador con el programa PID, pantalla digital de gran pantalla y tecla de operación contacto ligero. Función de temporización, protección de sobrecalentamiento y la auto-energia-break-off. Junta de la puerta doble. Incluye: Montaje, instalación y puesta en funcionamiento. Manual de Operaciones. Garantía escrita, cubierta por defectos de fábrica, mínima por un periodo de un año a partir de su recepción y puesta en funcionamiento.	1	Unidad	Unidad

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarles cordialmente.

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS · VITAM IMPENDERE VERO · UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN · DPTO. DE CONTRATACIONES

ABOG. MARCO A. RAMÍREZ ORTEGA
Jefe
Departamento de Contrataciones