LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 09/11

"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA LABORATORIO DE UTI Y BIOQUÍMICA CLÍNICA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS

ACLARACION N° 1

Asunción, 02 de mayo de 2011.

AL OFERENTE:

Con relación a la Licitación Publica Nacional N° 09/11 ***"Adquisición de Reactivos e Insumos con Equipos Automatizados en Comodato para Laboratorio de UTI y Bioquímica Clínica del Hospital Central del IPS***, se realizan las siguientes aclaraciones:

1. Consulta
Punto 2: Especificaciones Técnicas
Lote 2: Sección Serológia del Servicio de Bioquímica Clínica
Aclarar si efectivamente se requiere de un Agitador Horizontal con **Capacidad minima de 200 Placas.** Un equipo como lo solicitado no existe
Respuesta.
Se requiere un agitador horizontal con capacidad mínima de 200 pocillos de reacción.

2. Consulta
¿Se solicita método Elisa de Captura?
Respuesta
Método solicitado: ELISA de Captura.

3. Consulta
¿Qué sensibilidad y Especificidad?
Respuesta
Sensibilidad Superior a 80%
Especificidad Superior a 80%.

4. Consulta
¿Debe contar con Certificado satisfactoria por parte del Laboratorio Central de Salud Pública del Ministerio de Salud y Bienestar Social?
Respuesta
La empresa puede presentar Certificación satisfactoria por parte del Laboratorio Central de Salud Pública.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Inf. Prisca T. Flor López
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dpto. de Licitaciones - D.G.B.S