Aclaraciones 02
De la Licitación Publica Nacional Nº 04/2012
"Adquisición de Medicamentos, Insumos, Reactivos y Formulas Lácteas"
ID 231.101.-

San Lorenzo 25 de Junio de 2012

Consulta N° 1: Ítems 52, 53, 54, 55, 56, y 57:
Creemos que en estos ítems existe un error debido a las cantidades solicitadas. Se consulta si las máscaras laríngeas deben ser reutilizables. Si son reutilizables y autoclavables favor indicar el número de veces que puede ser autoclavable, se recomienda, por ejemplo hasta 40 veces.

Respuesta: Las cantidades son correctas. Adecuarse a las Especificaciones Técnicas del PBC.

Consulta N° 2: ítems 52, 53, 54, 55, 56, y 57:
Si las máscaras laríngeas son reutilizables y autoclavables ellas son presentadas en envases no estériles, porque justamente deben ser autoclavadas antes de su uso. Favor sustituir en la columna Presentación la exigencia de "Envase Estéril" por "Unidad".

Respuesta: Adecuarse a las Especificaciones Técnicas del PBC.

Consulta N° 3: ítems 52, 53, 54, 55, 56, y 57:
Si las máscaras son reutilizables y autoclavables, favor indicar la caducidad de las máscaras laríngeas. Se recomienda mínimo 4 años.

Respuesta: Adecuarse a las Especificaciones Técnicas del PBC.

Consulta N° 4: ítems 52, 53, 54, 55, 56, y 57:
Favor aclarar si el balón piloto debe estar codificado por colores de forma e identificar la talla y medida de la mascarilla.

Respuesta: Adecuarse a las Especificaciones Técnicas del PBC.

Consulta N° 5: ítems 52, 53, 54, 55, 56, y 57:
Favor aclarar si, para seguridad del paciente, el manguito, la mascarilla y el tubo deben ser fabricados y moldeados en una sola pieza, así se evita que protuberancias o salientes que puedan dañar las paredes de la vía aérea.

Respuesta: Adecuarse a las Especificaciones Técnicas del PBC.

Consulta N° 6: ítems 52, 53, 54, 55, 56, y 57:
Si consulta si los modelos solicitados deben poseer la punta reforzada para evitar la formación de pliegues y dobladuras durante la inserción.

Respuesta: Adecuarse a las Especificaciones Técnicas del PBC.

Consulta N° 7: Ítem 57:
Creemos que existe un error en las especificaciones de este ítem 57. En el ítem 56 se solicita máscara laríngea para niños de entre 30 -50 kg y en el ítem 57 se solicita máscara laríngea para adultos de entre 20 – 50 kg. Nuestra fabricante posee para pediátricos y adultos máscaras de: 30 – 50kg, de 50 – 70 kg, y de 70 – 100 kg. Favor indicar cual de estos tres modelos sería el que correspondería al rango para adultos, porque creemos que existe un pequeño error en el rango solicitado en el ítem 57 para adultos.

Respuesta: Debe decir para Adultos de entre 50 – 70 kilos.

Enrique Valdez Artaza
Jefe Dpto. de UOC
Hospital General Pediátrico

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO U.O.C. DEPARTAMENTO CENTRAL PARAGUAY

Consulta N° 8:
IAO 11.1 (f) punto 9) y 10) Certificado de no encontrarse en quiebra o convocatoria de acreedores y Certificado de no hallarse en interdicción judicial, dichos Certificados solicitan con un plazo no mayor a 60 días antes de la fecha de apertura, solicitamos la ampliación de dicho plazo a 120 días antes de la fecha de apertura de ofertas o en todo caso aceptar una Declaración Jurada de que en caso de ser adjudicado se presentara dichos Certificados antes de la firma del Contrato. Favor confirmar.

Respuesta: Dicho certificado será solicitado para la firma del Contrato, siendo de carácter NO sustancial al momento de la Apertura de Sobres. Adecuarse a lo solicitado en el PBC.

Consulta N° 9:
Requisitos para Calificación Posterior (IAO36) punto b) Experiencia y Capacidad Técnica, dice: se deberá contar con al menos 10 Contratos suscritos, solicitamos la eliminación de este punto ya que se superpone con la IAO11.1 (f) punto 2) Evidencia documentada mediante la presentación de certificados, facturas u otros documentos válidos la experiencia específica en la provisión de bienes conforme a la oferta, el volumen deberá ser como mínimo de 50 % de lo ofertado. Creemos que con la presentación del punto 2) de la IAO 11.1 (f) ya está cumplido dicha solicitud y es redundancia y mucho volumen de papeles la presentación de 10 Contratos. Favor indicar.

Respuesta: Son dos requerimientos distintos. Adecuarse a lo solicitado en el PBC.

Consulta N° 10:
Muestras, se deberá esperar la comunicación por escrito donde solicitan dichas muestras o se deberán presentar en el Acto de Apertura de Ofertas?.

Respuesta: Las muestras serán solicitadas por escrito por el Comité Evaluador en caso de ser necesarias y se dará plazo de 24 (veinticuatro) horas hábiles para la presentación de las mismas.

Consulta N° 11 Ítem 37:
Se pueden presentar compresas de 45cm X 45 cm?

Respuesta: Se aceptaron compresas de 45cm x 45 cm.

Consulta N° 12 Ítem 88:
Para la determinación de la crasis sanguínea las sociedades científicas consideran válidas desde el Método manual, densidad óptica, electromagnética hasta el centrífugo, considerando fundamental la validación de los mismos con los controles de calidad correspondientes.
Se considerará la oferta de equipos automatizados que utilizan otros métodos que presenten mayor tecnología y beneficios?

Respuesta: SI, se consideraran dichos equipos.

Consulta N° 13 Ítem 88:
Se deben considerar 6000 cubetas y 6000 esferas para la oferta del ítem?

Respuesta: SI, se deben considerar 6000 cubetas y 6000 esferas para la oferta del ítem

Consulta N° 14 Ítem 88:
Qué promedio diario de TP; TTPA; Fibrinógeno realiza el servicio? para tener una idea aproximada de la cantidad de controles a considerar

Respuesta: Promedio diario de TP: 45 determinaciones; TTPA: 38 determinaciones y Fibrinógeno: 38 determinaciones.

Consulta N° 15 Ítem 88:
Se debe considerar la realización diaria de Control Normal y Patológico, para la oferta?

Respuesta: Si, deben ser considerados el Control Normal y Patológico diario.

Enrique Valdez Artaza
Jefe Dpto. de UOC
Hospital General Pediátrico

Consulta N° 16 Ítem 88:

Qué rango de ISI se aceptará para el reactivo de Tromboplastina Cálcica?

Respuesta: El rango ISI ideal es el que se acerca al 1.0 y el rango seria de 1.0 a 1.36

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO Sub U.O.C. REPUBLICA DEL PARAGUAY

Enrique Valdez Artaza
Responsable Sub U.O.C.