Ministerio Público
Unidad Operativa de Contratación

ACLARACION N° 1

Contratación Directa – ID Nº 298.232 "Adquisición de Equipos de Laboratorios para la Morgue Judicial".

Asunción, 23 de setiembre de 2015

Señores

Presente

La Unidad Operativa de Contratación del Ministerio Público, se dirige a ustedes, en atención al Procedimiento de Contratación Directa ID Nº 298.232 - "Adquisición de Equipos de Laboratorio para la Morgue Judicial", a los efectos de comunicar la **Aclaración Nº 1,** relacionado a las consultas realizadas por posibles oferentes.

Consulta:

1- Anexo C 1 – Especificaciones Técnicas – Item 2 Cialitica Móvil.

Donde dice: debe contener 6 focos como mínimo.
Solicitamos que acepten focos de característica LED, debido a que estas son de menor consumo y mayor rendimiento.
Respuesta: Se aceptara focos de características LED. ***Ver Addenda Nº 4.***

Consulta:

2- Anexo C 1 – Especificaciones Técnicas – Item 2 Cialitica Móvil.

Solicitamos aclaraciones sobre cual es la luminosidad requerida?
Respuesta: La luminosidad requerida es > 50.000 Lux. ***Ver Adenda Nº 4***

Consulta:

3- Anexo C 1 – Especificaciones Técnicas – Item 4 Revelador de mesa.

Según en el análisis de las especificaciones técnicas del equipo, la misma se encuentra orientada a una marca y modelo, por lo que solicitamos lo siguiente a fin de permitir una mayor participación de oferentes.

Respuesta: La convocante estable en el Anexo C – **ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS, para todos los Items**, pudiendo el o la posible oferente cotizar equipos de mayor o igual capacidad.

Consulta: Solicitamos que acepten equipos donde la temperatura del revelador y el fijador sean ajustables, ya que esto es necesario para el revelado de los distintos tamaños de placas.
Respuesta: Se aceptara propuesta de equipos con temperatura ajustable al revelador y el fijador, ***Ver Adenda Nº 4.***

Ministerio Público
República del Paraguay
Unidad Operativa de Contrataciones

Econ. Guido F. Burgos F.
Director U.O.C.
Ministerio Público

Ministerio Público
Unidad Operativa de Contratación

ACLARACION N° 1

Contratación Directa – ID Nº 298.232 "Adquisición de Equipos de Laboratorios para la Morgue Judicial".

Consulta: Solicitamos que la capacidad de las botellas de Regeneración sean aceptadas con mayor capacidad para un mejor rendimiento y facilidades al usuario.
Respuesta: En cuanto a las botellas de Regeneración se aclara que podrán presentar las de mayor capacidad ya que la convocante establece como **Especificaciones Mínimas para todos los Items.**

Consulta:

4- Anexo C 1 – Especificaciones Técnicas – Item 5 – Rayos x Portátil.
Solicitamos aclaración sobre si se debe contemplar la base rodante o la convocante proveerá de donde sujetar el equipo.
Respuesta: Se solicita un equipo portátil, por lo tanto debe contemplar una base rodante.

Atentamente.

Ministerio Público
República del Paraguay
Unidad Operativa de Contrataciones