ACLARACIONES Nº 2

ITEM 1 – SILLON PARA DIALISIS:

- Apoyo para los brazos en poliuretano, que se pueda regular y remover.

  Consulta: ¿Se pueden cotizar sillones con apoyo para los brazos fijos?

RESPUESTAS:

- Esta especificación Técnica es solicitada en el Pliego de Bases y Condiciones, por lo que recomendamos verificar y ajustarse estrictamente a lo solicitado en la Adenda 01 publicada en el portal de informaciones de la Dirección Nacional de Contrataciones Publicas.

ITEM 2 – MAQUINA PARA DIALISIS:

- Cambio de sección de tubuladuras de sangre a utilizar de forma automática o gradual.

  Consulta: ¿A que se refiere con cambio de forma gradual? ¿Se pueden cotizar maquinas con cambio de sección de tubuladuras de forma manual?
- Pantalla LCD opcional. De traer el equipo pantalla deberá ser de un tamaño no menos de 10" integrado al equipo.

  Consulta: ¿El equipo debe o no tener pantalla, siendo que en el ítem anterior piden pantalla para visualización de parámetros? ¿En el caso de ser opcional la pantalla como se explica que un oferente pueda cotizar un equipo sin pantalla y otro quede excluido por tener una pantalla de menos de 10"?
- Perfil de Ultrafiltracion, perfil de sodio, perfil de bicarbonato.

  Consulta: ¿Se pueden cotizar maquinas con perfil de sodio y Perfil de ultrafiltración?
- Duración de Batería de respaldo a carga máxima: 45 minutos o más.

  Consulta: El sistema de baterías es, como su nombre lo dice "de respaldo" o sea en caso de un corte de luz se utilizan para resguardar los parámetros del tratamiento en tanto se activa el generador de emergencia, por lo tanto no justifica tener baterías de un tamaño tan grande como para aguantar 45 min. ¿Se pueden cotizar equipos con baterías de respaldo de 15 minutos de duración?

RESPUESTAS:

- Para todas las consultas anteriores, las especificaciones Técnicas son solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones, por lo que recomendamos verificar y ajustarse estrictamente a lo solicitado en la Adenda 01 publicada en el portal de informaciones de la Dirección Nacional de Contrataciones Publicas.

Asunción, 08 de julio de 2.011.-

Carlos A. Espinola Morales
Jefe
Departamento de Licitaciones
M.S.P. y B.S.