LCO Nº 12/2017 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIO" ID Nº 332.596.-

A los señores oferentes:

ADENDA Nº 02

Quedando las fechas como sigue:

FECHA TOPE DE CONSULTAS	16/06/2017	**HORARIO**	11:00
FECHA TOPE DE ENTREGA DE PROPUESTAS	21/06/2017	**HORARIO**	11:00
FECHA DE APERTURA DE PROPUESTAS	21/06/2017	**HORARIO**	11:15

Queda modificada y/o redactada específicamente en el siguiente punto:

DONDE DICE:

Sección III. Suministros Requeridos

1. Especificaciones Técnicas.

Nº	*Descripción*	*Especificaciones Técnicas*
34	Electrocardiógrafo	Peso mínimo de entre 1,5 a 2 kg y 50 mm de espesor como mínimo. Demostración de ECG llena de 12 canales: pantalla de 4.8 pulgadas backlit LCD como mínimo, muestra todos los trazados de 12 canales al mismo tiempo como mínimo. Almacenamiento interno de datos: 40 archivos ECG como mínimo. Tarjeta SD de 64 MB, como mínimo. Corriente alterna y operación de batería: Una batería recargable y ecológica que deberá proporcionar 120 minutos de grabación, como mínimo. Garantía escrita de por lo menos 1 año.

DEBE DECIR:

Sección III. Suministros Requeridos

2. Especificaciones Técnicas.

Nº	*Descripción*	*Especificaciones Técnicas*
34	Electrocardiógrafo	Peso mínimo de 4.2 kg, tamaño de 36 cm de largo como mínimo, 27 cm de ancho como mínimo y 13 cm de alto como mínimo. Demostración de ECG llena de 12 canales: pantalla de 8 pulgadas TFT LCD como mínimo, muestra todos los trazados de 12 canales al mismo tiempo como mínimo. Almacenamiento interno de datos: 800 grupos de datos ECG como mínimo. Corriente alterna y operación de batería: Una batería recargable con un uso continuo de 5 horas de grabación e impresión, como mínimo. Garantía escrita de por lo menos 1 año.

Todos los demas puntos establecidos en el PBC y la Adenda Nº 01, se mantienen invariables.

COMANDO DE LA ARMADA – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3 – JEFATURA – REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Augusto Cesar Aguiar Cristaldo
CAP F DEM – Jefe UOC Nº 3