GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS 04/2012

"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE VIDEOENDOSCOPÍA"

ID: 237.506

ADENDA 01/2012

1- **En el punto 1.1- Procesador de Video Digital con Fuente de luz fría universal (Integrada al Procesador), de la Planilla de Especificaciones técnicas y la Planilla de Datos garantizados que se encuentran en la Sección III- Suministros Requeridos del Pliego de Bases y Condiciones:**

Donde dice:

Balance del Blanco Automático.

Debe decir:

Balance del Blanco Automático o Balance del Blanco accionado por una tecla.

2- **En el punto 1.4- Videocolonoscopio adulto, de la Planilla de Especificaciones técnicas y la Planilla de Datos garantizados que se encuentran en la Sección III- Suministros Requeridos del Pliego de Bases y Condiciones:**

Donde dice:

Tubo de inserción con diámetro exterior hasta 12.8mm.

Debe decir:

Tubo de inserción con diámetro exterior hasta 13.2mm.

3- **En el punto 1.7- Vídeogastroscopio Adulto, de la Planilla de Especificaciones técnicas y la Planilla de Datos garantizados que se encuentran en la Sección III- Suministros Requeridos del Pliego de Bases y Condiciones:**

Donde dice:

Profundidad de campo cercano de 3 a 4 mm. Lejano de 100 mm.

Debe decir:

Profundidad de campo cercano de 3 a 5 mm. Lejano de 100 mm.

Donde dice:

Tubo de inserción y punta distal con diámetro exterior de 9,2 a 9,4mm.

Debe decir:

Tubo de inserción y punta distal con diámetro exterior de 9,2 a 9,8mm.

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CONCEPCIÓN REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Donde dice:

Angulaciones:

- hacia arriba: de 210º
- hacia abajo: 90º
- hacia la derecha: 100º
- hacia la izquierda: 100º

Debe decir:

Angulaciones:

- hacia arriba: de 210º
- hacia abajo: de 90º a 100º
- hacia la derecha: de 100º a 120º
- hacia la izquierda: de 100º a 120º

Econ. Jessyca Liliana Méndez
Responsable de la UOC