INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
¡Construyamos Futuro con Calidad!
Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 557408 interno 277
E-mail: licitaciones_inc@outlook.com

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 124/2014
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO" AD REFERENDUM

ACLARACION Nº 1

Por la presente aclaramos a todos los Oferentes las consultas realizadas en relacion al Pliego de Bases y Condiciones, de la presente Licitación por Concurso de Ofertas Nº 124/2014 que formará parte de la misma, y es la siguiente:

SECCIÓN III - SUMINISTRO REQUERIDOS – Especificaciones Tecnicas

→ **CONSULTA 1 – ITEM 3: ¿SE PUEDE OFERTAR UN EQUIPO DE 5 LITROS O SE PREFIERE UNO DE 9 LITROS?**
RPTA: Remitirse a Addenda N° 1, por lo tanto, se puede ofertar uno de 5 litros.

→ **CONSULTA 2 – ITEM 8: ¿SE PUEDE OFERTAR UNA BALANZA CON 2 RANGOS DE MEDICION**
RPTA: La balanza debe tener una sola precisión.

→ **CONSULTA 3 – ITEM 13: INDICAR SI LA ILUMINACION REQUERIDA SE REFIERE A LA LUZ DEL DISPLAY DIGITAL QUE INDICA LAS REVOLUCIONES Y LA TEMPERATURA O SI SE REFIERE A UNA LAMPARA PILOTO?**
RPTA: Remitirse a Addenda N° 1.

→ **CONSULTA 4 – ITEM 14: INDICAR DE QUE VOLUMEN INTERNO SE REQUIERE?**
RPTA: Remitirse a Addenda N° 1.

→ **CONSULTA 5 - ITEM 16: INDICAR LA PRECISIÓN REQUERIDA.**
RPTA: Remitirse a Addenda N° 1.

→ **CONSULTA 6 – ITEM 17: ACLARAR LA PRECISION QUE DEBE SER DE 1 MILIGRAMO (=0,001 GRAMO) O SI DEBE SER DE 1 DECIMA DE MILIGRAMO (=0,0001 GRAMO).**
RPTA: La precisión es de 0.001 g.

Abog. César Mallorquín Avila
Gerente U.O.C.
I.N.C.

Asunción, 22 de enero del 2015