UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

Facultad de Ciencias Químicas

ADENDA Nº 01

Licitación por Concurso de Ofertas Nro. 2/2020

"ADQUISICION DE EQUIPOS – PROYECTO CONACYT PINV18-1061"

ID Nº: 386.859

Campus Universitario, San Lorenzo, 11 de noviembre de 2020.

Con relación al llamado **LCO N° 2/2020 – ADQUISICION DE EQUIPOS – PROYECTO CONACYT PINV18-1061,** se modifican los siguientes datos del Pliego de Bases y Condiciones:

DATOS DE LA LICITACIÓN

20. Garantías, plazo e instrumentación:

a) Periodo de Validez de la Garantía de los Bienes

El plazo de validez de la garantía de los bienes será el siguiente: **tres (3) años desde la fecha de entrega.**

ANEXO C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS

N°	Descripción	E.T.	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad
1	Draga para toma de muestras	Draga para muestreo de sedimento, Kit completo para toma de muestras de sedimentos en cuerpos de agua tales como Rios, Arroyos, Lagos, etc. Incluye: 1. DRAGA tipo Van Veen, de acero inoxidable 316. Capacidad: 2400 ml. 2. CABESTRANTE: material acero zincado. Soporta hasta 430 Kg. 3. SOPORTE DE CABESTRANTE 4. MENSAJERO CÓNICO 5. CABLE DE ACERO DE AVIACIÓN: Rollo de 100 m. Diámetro 0,3 cm. Soporta hasta 180 Kg. 6. CUERDA DE POLIÉSTER: Rollo de 100 m. Diámetro 0,5 cm. Soporta hasta 50 Kg.Instalado y funcionando. Con manual de funcionamiento de preferencia en español. Garantía escrita mínima de tres (3) años al momento de la entrega. Con representación en el país, servicio técnico autorizado con personal competente para el equipo proveído con provisión de repuestos por el tiempo mínimo igual a la duración de la garantía.	Caja	Unidad	1
2	Equipo digestor microondas	Con capacidad de digestión de al menos 10 muestras de matrices como agua, sedimento, alimentos para posterior cuantificación de metales pesados por AA, con recipientes de TFM o PTFE con capacidad de la menos 50 mL, con volumen de llenado de al menos 25 mL, resistente a elevada temperatura y presión. Con sistema de monitoreo automático de temperatura. Temperatura máxima al menos de 200 °C. Con software que permita el almacenamiento de métodos analíticos. Con servicio de instalación, puesta en funcionamiento en el laboratorio y capacitación a los usuarios. Con manual de funcionamiento de preferencia en español. Garantía escrita mínima de tres (3) años al momento de la entrega. Con representación en el país, servicio técnico autorizado con personal competente para el equipo proveído con provisión de repuestos por el tiempo mínimo igual a la duración de la garantía.	Caja	Unidad	1

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS · VITAM IMPENDERE VERO · CIUDAD UNIVERSITARIA · SAN LORENZO - PARAGUAY

Lic. Fátima Belén Cabañas Piñanez

Jefe de Dpto. de la UOC