NOTA DE ACLARACIÓN 01/19

Consultas Realizadas al PBC LCO 05/2019 – Adquisición de Equipos Ortopédicos, de Rehabilitación, Hospitalarios y Odontológicos– ID 368.140.-

CONSULTA N° 1:

ITEM N° 1 – SILLA DE RUEDAS REFORZADA – PLEGABLES

Donde dice: Apoya brazo corto o largo batiente con protector lateral.

Solicitamos a la Convocante permia la cotización de Apoya brazo corto o largo batiente o desmontable con protector lateral.-

RESPUESTA N° 1:

Remitirse a la adenda N° 03/2019.

CONSULTA N° 2:

ITEM N° 1 – SILLA DE RUEDAS REFORZADA – PLEGABLES

Donde dice: Asiento y respaldo en materiales sintéticos lavables (cuerina).

Solicitamos a la Convocante permia la cotización de Asiento y respaldo en materiales sintéticos lavables (cuerina o nylon).-

RESPUESTA N° 2:

Remitirse a la adenda N° 03/2019.

CONSULTA N° 3:

ITEM N° 2 – SILLA DE RUEDAS REFORZADA – PLEGABLES, JUNIOR

Donde dice: Apoya brazo acolchados batiente.

Solicitamos a la Convocante permia la cotización de Apoya brazo acolchados batiente o fijo.-

RESPUESTA N° 3:

Remitirse a la adenda N° 03/2019.

CONSULTA N° 4:

ITEM N° 3 – ANDADOR ORTOPÉDICO DE ALUMINIO CON DOBLE FUNCION

Donde dice: Apoya mano de espuma.

Solicitamos a la Convocante permia la cotización de Apoya manos de espuma o plástico.-

Abg. Eva Laplerre
Jefa de la U.O.C.
Gobernación - Itapúa

NOTA DE ACLARACIÓN 01/19

RESPUESTA N° 4:

Remitirse a la adenda N° 03/2019.

CONSULTA N° 5:

ITEM N° 3 – ANDADOR ORTOPÉDICO DE ALUMINIO CON 2 RUEDAS

Donde dice: Apoya mano de espuma.

Solicitamos a la Convocante permia la cotización de Apoya manos de espuma o plástico.-

RESPUESTA N° 5:

Remitirse a la adenda N° 03/2019.

CONSULTA N° 6:

ITEM N° 8 – MULETA REGULABLES CON ARAZADERA

Donde dice: Abrazadera regulable y articulada.

Solicitamos a la Convocante omitir parte: Abrazadera regulable y articulada o fija.-

RESPUESTA N° 6:

Remitirse a la adenda N° 03/2019.

CONSULTA N° 7:

ITEM N° 11 – COLCHON DE AIRE

Donde dice: Fabricados en pvc 100% virgen, atóxico en colar azul.

Solicitamos a la Convocante omitir parte: en color azul, para dar oportunidad a más oferentes.-

RESPUESTA N° 7:

Remitirse a la adenda N° 03/2019.

CONSULTA N° 8:

ITEM N° 18 – ELECTROCARDIOGRAFO

Consideramos que la descripción requiere más datos técnicos, como por ejemplo.

¿La Pantalla debe ser del tipo LCD de 2 pulgadas por lo mínimo?.

¿En la pantalla deben visualizarse las 12 derivaciones simultáneamente?

¿Debe contar con Batería recargable con 3 horas de autonomía, como mínimo?

Abg. Eva Lapierre
Jefa de la U.O.C.
Gobernación - Itapúa

NOTA DE ACLARACIÓN 01/19

RESPUESTA N° 8:

Remitirse a la adenda Nº 03/2019.

CONSULTA N° 9:

ITEM N° 19 – ESFIGMOMANOMETRO O TENSIOMETRO

Sugerimos a la convocante agregar más datos técnicos como: El monitor de brazo de realizar lecturas de la presión sistólica, presión diastólica y del pulso, debe poseer alerta al usuario cuando se detecta un latido irregular del corazón. Permitir almacenar las últimas mediciones, lo que permite encontrarlas con facilidad y monitorear cambios en la presión arterial.

RESPUESTA N° 9:

Remitirse a la adenda Nº 03/2019.

CONSULTA N° 10:

ITEM N° 20 – SATUROMETRO PORTATIL

Sugerimos a la convocante agregar más datos técnicos como: Diseño pequeño y ligero (28g total sin baterías). Pantalla Dual color LED, Muestra SpO2, PR, barra de pulso y pletismograma, 6 modos de visualización. Bajo consumo de energía, se apaga automáticamente. Indicador de batería baja.

RESPUESTA N° 10:

Remitirse a la adenda Nº 03/2019.

CONSULTA N° 11:

ITEM N° 25 – BALANZA ELECTRONICA DIGITAL PARA ADULTO

Sugerimos a la convocante agregar más datos técnicos como: Balanza con sensor de cuerpo completo para medición de parámetro corporal. Función de evaluación para comprender nivel de los resultados (bajos, normal, elevado muy elevado). Memoria de previos resultados (1-7-30-90 días), capacidad de guardar hasta 4 perfiles (4 usuarios diferentes). Deberá contener los siguientes: metabolismo basal, índice de masa corporal, grasa visceral, musculo esquelético, 4 perfiles de usuario + invitados, edad corporal.

RESPUESTA N° 11:

Remitirse a la adenda Nº 03/2019.

CONSULTA N° 12:

Ítems 63 Sillón Odontológico

Se podría agregar estas especificaciones para una mayor seguridad en la estructura del sillón debería ser construida en acero sólido y revestido con tratamiento anticorrosivo de poliestireno de alto impacto
Base con borde antideslizante
Capacidad de levantamiento: Carga distribuida de 200 kg (peso de los pacientes + equipo y accesorios)
Apoya brazo izquierdo fijo y el derecho rebatible, con estructura metálica interna.
Ambidiestro
Tapizado del sillón sin costura. Tapizado de respaldo del sillón fácilmente desmontable (sin tornillo)

Abg. Eva Lapierre
Jefa de la U.O.C.
Gobernación - Itapúa

NOTA DE ACLARACIÓN 01/19

RESPUESTA N° 12

Remitirse a la adenda Nº 03/2019.

***CONSULTA N° 13*:**

Ítem 62 Fotopolimerizador LED de alta potencia

Se podría ver estas especificaciones técnicas ya que en el pliego no habla de una especificación especifica de una ninguna marca ni un modelo
Aparato Sin Alambre
Confeccionado en termo plástico inyectado
Control de operación con botones en la propia puntera: Accionamiento del aparato (tipo gatillo); Ajuste del tiempo de activación; Selección del modo de aplicación.
3 modos de programación de aplicación: Continuo/Rampa/Pulsado.
Tiempos de operación programables: 5, 10, 15 y 20 segundos
Señal sonora: BIP a cada 5 segundos
Conductor de luz: De fibra óptica 100% coherente. Autoclavable a 134ºC.
Base de descanso con cargador de batería: Con LED indicador de carga de la batería.
Sistema Stand-by: Se apaga automáticamente después de 3 minutos sin su uso.
Batería inteligente recargable
Potencia de entrada: máxima 8 VA.
Batería: Li-ion 3,7 V 2200 mAh.
Longitud de Onda: 420 480nm.
Potencia de la luz: ≥ 1200mW/cm2.

RESPUESTA N° 13

Remitirse a la adenda Nº 03/2019.

Encarnación, 28 de agosto de 2019.-

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUÁ
Unidad Operativa de Contrataciones

Abg. Eva Irene Lapierre
Jefa de la Unidad Operativa de Contrataciones
Gobernación de Itapúa