ACLARACIONES Nº 01/2012

CONCURSO DE OFERTA 01/2012 "Adquisición de Equipos de Salud y Laboratorio"

En atención a consultas realizadas a la convocante, se aclaran los siguientes puntos:

1) **Página 4 del PBC – IAO 1.1 d: El sistema de adjudicación de la presente contratación es por LOTES.**

   Solicitamos que la modalidad de adjudicación sea por Items, con el objeto de permitir un mayor porcentaje de participación de potenciales oferentes.
   Respuesta: La convocante se mantiene en lo establecido en el PBC.

2) **Página 14 del PBC: La garantía mínima solicitada será de dos años, durante el cual se realizarán sin costo para la convocante: a) Los mantenimientos preventivos según el protocolo del fabricante, b) Los mantenimientos correctivos (incluyendo servicios técnicos y/o repuestos necesarios).**

   Solicitamos que la garantía de los bienes sea expresada de la siguiente manera con el fin de evitar el incremento innecesario y encarecer el precio de la oferta.
   "La garantía mínima solicitada será de dos años durante el cual se realizarán, sin costo para la convocante: Para el primer año una garantía, incluyendo soporte de mantenimiento preventivo y correctivo con provisión y sustitución de repuestos sin costo de partes con defecto de fábrica y para el segundo año garantía por soporte de mantenimiento preventivo y correctivo.
   Esta solicitud se debe a que incluyendo la sustitución de piezas de repuesto en el segundo año ocasionaría un encarecimiento de precio en la oferta.
   Respuesta: La convocante se mantiene en lo establecido en el PBC

3) **Página 14 del PBC: El proveedor deberá contar con la habilitación de importador/comercializador, vigente expedida por el MSP Y BS.**

   Sugerimos: Además de los documentos mencionados más arriba la presentación de 1) Licencia de la empresa importadora y prestadora de servicios de equipos de radiología diagnóstica médica y odontológica, 2) Constancia de habilitación como importador de dispositivos médicos emitida por el MSP Y BS, 3) Constancia de habilitación del servicio técnico emitida por el MSP Y BS.

Esta solicitud se debe a que los potenciales oferentes deben contar con todos los permisos y habilitaciones respectivas emitidos por el MSP Y BS, con el fin de garantizar una óptima prestación de los servicios requeridos por la convocante.
Respuesta: La convocante se mantiene en lo establecido en el PBC y en las Adendas.-

4) **Página 15 del PBC Plan de entrega: El plazo para la provisión de los bienes es de 60 días posteriores a la emisión del C.C.**

Solicitamos, primero: Que el plazo de entrega para los bienes sea extendido a 120 (ciento veinte) días contados a partir de la orden de compra respectiva, debido a que este es el plazo necesario para la importación de los equipos.
Segundo: Aclarar que significado tiene la sigla C.C.
Respuesta: ***Primero:*** *La convocante se mantiene en el plazo establecido en el PBC, en razón de que Odontología es una carrera técnica y se requiere para la enseñanza.*
Segundo: *La sigla C.C. significa Código de Contratación, que es expedido por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.*

5) **Página 15 del PBC CGC 15.1: No serán otorgados anticipos**

Solicitamos la previsión de pagos de anticipos, conforme ley 2051/03, art. 20 inc. q: "Anticipos y, en su caso el porcentaje y el momento en que otorgará, el cual no podrá exceder del 50% del monto total del contrato.
Respuesta: La convocante se mantiene en lo establecido en el PBC.

6) **Página 11 del PBC: Especificaciones técnicas LOTE 1 - Item 1: Donde dice "Sistema de elevación electromecánico activado por moto reductor BOSCH de baja tensión con 24 voltios".**

Mencionando una marca, así como el voltaje del moto reductor, dentro de las especificaciones, las mismas son direccionadas a una marca específica, por lo cual, está limitando la posibilidad de que más oferentes presenten oferta de sus equipos.

Sugerimos que el texto se limite a lo siguiente "Sistema de elevación electromecánico activado por moto reductor".
Respuesta: Observar modificaciones en las Adendas.-

7) **Especificaciones técnicas LOTE 1 - Item 1. Solicitamos aclarar a que se refiere con "ambidiestro" citado en varias partes de las especificaciones técnicas.**
Respuesta: "Ambidiestro" permite al profesional realizar su tarea ambos lados por vez del sillón.

8) **Especificaciones técnicas LOTE 1 - Item 1: Donde dice, sistemas con válvulas anti-reflujo y reservatorio translúcido para solución bactericida.**

Solicitamos aclarar sí esto describe al botellón o botella de agua fresca incluida en la mayoría de las marcas de equipos.
Respuesta: El botellón forma parte del sistema con válvula anti-reflujo y reservatorio translúcido para solución bactericida.

9) **Especificaciones LOTE 1 – Item 1: Donde dice "Brazos articulables con trabamiento neumático activado por botón ubicado bajo el cuerpo de la unidad dental"**

Sugerimos omitir el sistema de accionamiento del brazo tanto como la ubicación del interruptor, debido a que estos detalles son puramente estéticos o arbitrarios a cada marca y no afectan el desempeño ni la eficiencia de la unidad.
Respuesta: La convocante se mantiene en lo establecido en el PBC, puesto que estos detalles permiten agilizar el trabajo del profesional.

10) **Especificaciones técnicas LOTE 1 – Item 1: Donde dice "Caja de conexión separada del sillón".**

Solicitamos omitir este punto o admitir unidades que contengan integradas las cajas de conexión, este detalle tampoco afecta el desempeño de la unidad, y al omitirlo permiten la participación de más oferentes.
Respuesta: La convocante se mantiene en lo establecido en el PBC, puesto que la caja de conexión separada del sillón facilita el acceso a la parte neumática y eléctrica; para el desagüe y la conexión al agua, además evita el paso de la humedad a la placa.

11) **Especificaciones técnicas LOTE 1 – Item 1, Donde dice**
REFLECTOR
Reflector LED con concentración de luz y dirección precisa sin calentamiento – tres LEDs
- **Potencia 12.000 a 20.000 LUX**
- **Temperatura de calor de la luz 5500k**

- **Cabezal con sistema giratorio de 620º**
- **Accionamiento a través del pedal del sillón**

Sugerimos incluir o permitir que se oferten reflectores con luz alógena de alta duración, para permitir mayor participación de oferentes.

Respuesta: La convocante se mantiene en lo establecido en el PBC.

12) Especificaciones técnicas LOTE 1 – Item 2, donde dice "Volumen de la cámara de esterilización de 21 litros".

Solicitamos permitir cotizar equipos de 18 litros, tratándose de una cama cilíndrica la diferencia es mínima.

Respuesta: La convocante se mantiene en lo establecido en el PBC.

FACULTAD de ODONTOLOGÍA U.N.C@ CORONEL OVIEDO-PARAGUAY 2010

Blas Arturo Galeano Montanía
Encargado de U.O.C.