PAC N°: 316.811

ACLARACIÓN N° 04

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES UOC N° 01 NIVEL CENTRAL DEL M.S.P. y B.S.

COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 75/2016 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE KIT DE PARTO"– ID N° 316.811,** SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES:

Consulta 1:

CONSULTA 1. ITEM: 44.
Solicitamos a la convocante aclarar si lo que se solicita es hoja de bisturí para mango n° 3? Las hojas pueden ser de los siguientes números: 10, 11, 12, 15.

44	41122407-002	Hoja de bisturí de acero inoxidable	N° 03 de acero inoxidable	Envase Estéril individual	Unidad	12.100	24.200



Respuesta 1: Se aclara que en el PBC se solicita lo siguiente:

Ítem	Código de catalogo	Descripción	Especificaciones Técnicas	Presentación	Unidad de Medida
44	41122407-002	Hoja de bisturí de acero inoxidable	N° 23 de acero inoxidable	Envase estéril individual	Unidad

Por lo que el oferente deberá ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC.

Consulta 2:

Para el Item N° 1

En consiguiente se realiza la siguiente observación y citamos las disposiciones indicadas en la LEY 4659 "QUE IMPLEMENTA PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y MECANISMOS DE PREVENCION DE RIESGOS PARA LOS PROFESIONALES DE LA SALUD Y PACIENTES":

Teniendo en cuenta lo establecido por la Ley 4659 en donde se solicita que los dispositivos o insumos a ser utilizados deben contar con la característica de un sistema cerrado para seguridad del paciente y del trabajador; solicitamos poder ampliar y/o modificar las especificaciones técnicas en el Pliego de BASES Y CONDICIONES

Respuesta 2: El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 05

Consulta 3:

Para los Ítems N° 16 – 30

16	Solucion Fisiologica	0,90%	Inyectable	frasco x 1000ml
30	Solucion fisiologica	0,90%	Inyectable	frascox250 ml

En consiguiente se realiza la siguiente observación y citamos las disposiciones indicadas en la LEY 4659 "QUE IMPLEMENTA PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y MECANISMOS DE PREVENCION DE RIESGOS PARA LOS PROFESIONALES DE LA SALUD Y PACIENTES":

Teniendo en cuenta lo establecido por la Ley 4659 en donde se solicita que los dispositivos o insumos a ser utilizados deben contar con la característica de un sistema cerrado para seguridad del paciente y del trabajador; solicitamos poder ampliar y/o modificar las especificaciones técnicas en el Pliego de BASES Y CONDICIONES de acuerdo al siguiente detalle:

Codigo de Catalogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas
51191602-002	Suero Fisiológico Solución	Suero fisiológico 0,9%. Envase con bioseguridad conforme a la Ley 4659/12, plástico de material atóxico y transparente, con escala que permita medir en forma adecuada la cantidad administrada. Presentación: 1000 ml como mínimo
51191602-002	Suero Fisiológico Solución	Suero fisiológico 0,9%. Envase con bioseguridad conforme a la Ley 4659/12, plástico de material atóxico y transparente, con escala que permita medir en forma adecuada la cantidad administrada. Presentación: 250 ml como mínimo

Respuesta 3: El oferente debe remitirse a la Adenda N° 05.-

Consulta 4:

Ítem N° 31 – 32 – 33

31	Cateter Intravenoso periferico	Caterter venoso periferico N° 18 x 32 mm de poliuretano, esteril, descartable, radiopaco, con memoria elastomerica, aguja tribiselada, camara de reflujo traslucida, codigo de colores para grupo etareo.	Envase esteril individual
32	Cateter Intravenoso periferico	Caterter venoso periferico N° 22 x 32 mm de poliuretano, esteril, descartable, radiopaco, con memoria elastomerica, aguja tribiselada, camara de reflujo traslucida, codigo de colores para grupo etareo.	Envase esteril individual
33	Cateter Intravenoso periferico	Caterter venoso periferico N° 24 x 32 mm de poliuretano, esteril, descartable, radiopaco, con memoria elastomerica, aguja tribiselada, camara de reflujo traslucida, codigo de colores para grupo etareo.	Envase esteril individual

En consiguiente se realiza la siguiente observación y citamos las disposiciones indicadas en la LEY 4659 "QUE IMPLEMENTA PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y MECANISMOS DE PREVENCION DE RIESGOS PARA LOS PROFESIONALES DE LA SALUD Y PACIENTES":

Teniendo estos puntos en cuenta solicitamos puedan rever y modificar las especificaciones técnicas en el Pliego de BASE Y CONDICIONES de acuerdo a lo detallado a continuación:

Item	Código Catalogo	Nombre Genérico	Características Técnicas
31	42221504-003	Catéter intravenoso Periférico	Catéter intravenoso Periférico N° 18 G x 2". con 2,2mm de luz interna y 50mm (+-1) de longitud, de resina de poliuretano 100% (biomaterial)libre de DEHP (Detilhexil-ftalato), radiopaco, estéril, que permita flujos iguales a 345 ml /min, con bisel bi-angulado y trifacetado, hemocompatible, trombo resistente, termosensible. Con protector de

			bioseguridad automático. En sobre individuales estériles por óxido de etileno
32	42221504-003	Catéter intravenoso Periférico	Catéter Intravenoso Periférico N° 22 G x 2". con 1,7mm de luz interna y 50mm (+-1) de longitud, de resina de poliuretano 100% (biomaterial)libre de DEHP (Detilhexil-ftalato), radiopaco, estéril, que permita flujos iguales a 210 ml /min, con bisel bi-angulado y trifacetado, hemocompatible, trombo resistente, termosensible. Con protector de bioseguridad automático. En sobre individuales estériles por óxido de etileno
33	42221504-003	Catéter intravenoso Periférico	Catéter Intravenoso Periférico N° 24 G x 1 1/4". con 1,3mm de luz interna y 32mm (+-1) de longitud, de resina de poliuretano 100% (biomaterial)libre de DEHP (Detilhexil-ftalato), radiopaco, estéril, que permita flujos iguales a 105 ml /min, con bisel bi-angulado y trifacetado, hemocompatible, trombo resistente, termosensible. Con protector de bioseguridad automático. En sobre individuales estériles por óxido de etileno

Respuesta 4: El oferente deberá ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC.

Consulta 5:

Consulta N° 5
Ítem N° 35

35	Equipo Macrogrotero : set para administración intravenosa	Venoclisis con macrogotero calibrado 20 gotas/ml, con un puerto de inyección, lateral, libre de aguja, sistema cerrado espiga con protector, con camara de goteo trasparente libre de latex y componentes metalicos, conexión proximal paciente con rosca y punta cateter con protector, longitud 200 cm (+10cm)de PVC grado medico, tuberia flexible	Envase esteril individual

Si solicitan Equipos macro goteros con Sistema Cerrado

Concepto y definición de Sistema Cerrado, que se cita a continuación:

Un Sistema Cerrado se refiere a un sistema de infusión que desde el momento de instalar el equipo Macrogotero al contenedor de diferentes soluciones, debe reducir al máximo el ingreso de aire y contaminantes al torrente sanguíneo, de manera a llegar a la máxima seguridad en la infusión, para tal efecto debe poseer filtro de aire en la cámara que permite el uso en frascos rígidos no permitiendo contaminaciones, un filtro hidrófobo en el extremo distal que permita sacar el aire en forma automática sin abrir la tapa de la conexión al catéter y en la cámara de goteo debe poseer freno de aire que impida la entrada de aire al culminar el liquido en la cámara de goteo, evitando de esta manera las posibles contaminaciones y peligro de embolia al paciente, deberá poseer además un filtro de partículas que evite el ingreso de partículas contaminantes a la línea, y por consiguiente al torrente sanguíneo.

Teniendo en cuenta lo mencionado se solicita puedan ampliar las especificaciones técnicas en el Pliego de BASE Y CONDICIONES de acuerdo a lo detallado a continuación:

Item	Código Catalogo	Nombre Genérico	Características Técnicas
35	41123403-002	Equipo Macrogotero	Equipo Macrogotero de 20 gotas por ml , de 180cm (+-10cm) de largo, libre de DEHP (Di-etilhexil-ftalato), químicamente inerte y toxicológicamente seguro, cámara de goteo con filtro de aire de 2 micras, transparente y flexible con freno de aire en la base de la cámara que impida el ingreso de aire en el tubo al terminar la solución del contenedor; y filtro de Partículas de 15 micras en la base de la cámara de goteo, con abrazadera tipo rodillo y conexión Presión/Rosca, con tapa con filtro hidrófobo para cebado automático y puerto de inyección lateral en "Y" para uso de jeringa sin aguja. En empaque estéril.

Respuesta 5: El oferente deberá ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC.

Consulta 6:

SE PODRÁ PRESENTAR OFERTAS ALTERNATIVAS?

Respuesta 6: Se aclara que no se aceptará Ofertas Alternativas.

Consulta 7:

Ítem 42: Esparadrapo Cinta adhesiva quirúrgica a base de goma o caucho, de alta adherencia en sustrato impermeable, aprueba de humedad 10 x 10mt de largo mínimo.
LA EVALUACIÓN SE REALIZARA POR UNIDAD DE ROLLO O POR METRO?

Respuesta 7: El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 05

Consulta 8:

PODRÁN AMPLIAR EL RANGO DEL METRAJE A 9 METROS DE LARGO MÍNIMO.

Respuesta 8: El oferente deberá ajustarse a las Especificaciones Ténicas establecidas en el PBC.

Consulta 9:

Ítem 43: Esparadrapo. Cinta adhesiva quirúrgica a base de goma o caucho, de alta adherencia en sustrato impermeable, aprueba de humedad 5 cm. x 5 m. de largo mínimo.
LA EVALUACIÓN SE REALIZARA POR UNIDAD DE ROLLO O POR METRO?

Respuesta 9: El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 05.

Asunción, 31 de octubre de 2016.-