POLICÍA NACIONAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

Dirección General de Administración y Finanzas
Departamento de Unidad Operativa de Contrataciones

ADENDA Nº 1
LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2018, POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA, "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA"- PLURIANUAL - ID N° 338.439.

Asunción, 03 de enero de 2018

Señores
OFERENTES
Presente

El Departamento de la Unidad Operativa de Contratación (UOC), de conformidad a lo establecido en el Numeral 17.3 Adendas, de las Instrucciones a los Oferentes para la Subasta a la Baja Electrónica (IAO) del Pliego de Bases y Condiciones y el Art. 22, Ley N° 2051/03, procede a efectuar ENMIENDAS al Pliego de Bases y Condiciones.
Asimismo, les recordamos que las modificaciones y enmiendas realizadas formarán parte del Pliego de Bases y Condiciones; y por consiguiente, serán de observación y aplicación obligatoria por parte de los oferentes.

1. **MODIFIQUESE** en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP), las Etapas y Plazos en las fechas tope de consultas, carga de propuestas, etapa competitiva y la entrega y hora de apertura.
2. **MODIFIQUESE** la Sección III Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos. 1. Especificaciones Técnicas y Excluir el Item N° 53 Quedando de la siguiente manera.:

Ítem	Descripción	Especificaciones técnicas
1	Clavo Intramedular fresado	Clavo Intramedular Canulado fresado de FEMUR en Titanio y/o Acero Inoxidable de 1500mm de radio y 9 a 13 mm de diámetro y longitudes de 300 hasta 440 mm aumentando de a 20mm con pernos de bloqueo de 5.0 mm de diametro y de 26-76 mm de Longitud + caja de Fresas de 8,5 a 13 mm y set instrumentales de Reducción e instrumentadora. Sistema de iniciación o apertura de canal con Broca canulada y Gubia Cilíndrica. En cuanto a 1500 mm de radio se refiere a clavos NO rectos que puedan reproducir la curvatura anatómica del femur.
5	Clavo Intramedular para tibia fresado	Clavo Intramedular Canulado fresado para tibia en titanio y/o acero inoxidable con angulacion proximal no mayor a 11° y con diametros de 8 a 11 mm y longitud de 260 a 400 mm aumentando de a 20mm con pernos de bloqueo de 5mm de diametro y longitudes de 26 a 76 mm correspondientes + caja de Fresas de 7,5 a 13 mm e instrumentales de reduccion + intrumentadora. Sistema de iniciacion o apertura de canal con Broca canulada y Gubia Cilindrica
24	Mini placa	Placa Volar para radio discal de Angulo variable en titanio de doble hilera discal sistema 2,5 con tornillos autorroscantes y sistema de bloqueo, diferenciación de lado en derecho e izquierdo + set de instrumentales completos.
41	Protesis parcial de cadera	Prótesis PARCIAL de cadera Cementada Tipo Muller - Modular con cabezas 28 mm de diámetro. Cotilos de diámetro entre 42mm hasta 56mm de polietileno de alto entrecruzamiento. Cemento biológico óseo Radiopaco estéril 2 (dos). Set de instrumentales de inserción más instrumentador y sierra oscilante
43	Prótesis total cadera no cementada	Prótesis TOTAL de cadera NO Cementada - Modular con cabezas 28 mm y 32 mm de diámetro. Cotilos de diámetro entre 43 mm hasta 63 mm más polietileno de alto entrecruzamiento. Set de instrumentales de inserción más instrumentador y sierra oscilante. Deberán Incluir Los Tornillos Para La Cúpula Acetabular Según Si El Modelo Cotizado Así Lo Requiere.
52	TORNILLO CANULADO	Tornillo Canulado en Titanio 3,0 cabeza roscada + set de instrumentales completos

Obs. Todos los instrumentales deben entregarse estériles, así mismo todos los costos en que pueda incurrir el proveedor deberá estar incluido en la oferta.
Igualmente, para la provisión de los Ítems 29 y 31 el adjudicado deberá enviar todos los accesorios como ser chaver, sierra, radiofrecuencia, etc., sin costo para la contratante.

Obs.: Los requisitos no modificados en esta Adenda quedan invariables.

CP. IGNACIA BRÍTEZ DE MORENO
Sub Comisaria INTD
Jefa Interina - Departamento UOC.

POLICÍA NACIONAL PARAGUAY
DIREC. GRAL. DE ADM. Y FINANZAS Dpto. U.O.C.