LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 51/12
"Adquisición de Ventiladores Pulmonares para el I.P.S."

ADENDA Nº 1

Asunción, 19 de julio de 2012.

AL OFERENTE:

Con relación a la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 51/12 "Adquisición de Ventiladores Pulmonares para el I.P.S."**, informamos que la apertura de sobres-oferta queda prorrogada para el día **Jueves 02 de agosto de 2012 a las 09:00 hs.**, siendo la hora tope de entrega de sobres-oferta a las 08:45 hs, en la Sala de Apertura de Sobres-Ofertas, 1er. Piso – Departamento de Licitaciones de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicio - Edificio Caja Central del I.P.S.

Asimismo se responden las siguientes consultas:

Se realizan las siguientes modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones

Sección III – Suministros Requeridos – Especificaciones Técnicas

- **Donde dice:**

1.	3.5	Flujo inspiratorio máximo de 120 lpm (mandatorio) / 180 lpm (espontáneo)			

Debe decir:

1.	3.5	Flujo inspiratorio máximo de 100LPM o mayor,			

- **Donde dice:**

1.	5.2	Tiempo inspiratorio: 0,2 a 3 s			
1.	5.3	Frecuencia respiratoria: 1 a 80 rpm			

Debe decir:

1.	5.2	Tiempo inspiratorio: 0,3s o menor a 3s o mayor,			
1.	5.3	Frecuencia respiratoria: 2 o menos a 65 o mas rpm			

- **Donde dice:**

1.	5.5	Sensibilidad de disparo por flujo: 1 a 20 lpm o mejor. Opcionalmente por presión: -0,5 a -20 cm H2O			
1.	5.6	Presión Inspiratoria: 5 a 70 cm H2O o mayor			
1.	5.7	Relación I:E directa e invertida de 1:2 o mejor			

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Villar
Jefe de Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

Debe decir:

1.	5.5	Sensibilidad de disparo por presión -0,5 a -20 cm H20 o mejor o por flujo 1 a 20 lpm o mejor.			
1.	5.6	Presión inspiratoria: de 10 cm de H2O o menor a 70 cm H2O o mayor,			
1.	5.7	Monitorización en pantalla de la Relación I:E directa e invertida.			

- **Donde dice:**

1.	5.9	Respiración en suspiro			

Debe decir:

1.	5.9	Respiración en suspiro como opcional.			

- **Donde dice:**

1.	12.2	Batería interna de al menos 4 hs. de duración o más.			

Debe decir:

1.	12.2	Batería interna de al menos 6 hs. de duración o más.			

- **Donde dice:**

1.	5.7	Relación I:E directa e invertida de 1:2 o mejor			

Debe decir:

1.	5.7	Monitorización en pantalla de la Relación I:E directa e invertida			

- **Donde dice:**

1.	1.7	Plazo de entrega: 30 (treinta dias) a partir del cobro del anticipo.			

Debe decir:

1.	1.7	Plazo de entrega: 45 (cuarenta y cinco dias) a partir del cobro del anticipo.			

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Villar
Jefe de Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Enrique Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

➢ **Donde dice:**

1.	3.3	Ciclado por tiempo, flujo continuo, controlado por presión y flujo			

Debe decir:

1.	3.3	Ciclado por tiempo, de volumen continuo, controlado por presión y volumen			

➢ **Donde dice:**

1.	6.2	Volumen Nidal			

Debe decir:

1.	6.2	Volumen Tidal; podrán cotizarse equipos que muestren en pantalla el volumen tidal expirado.			

➢ **Donde dice:**

1.	8.1	Aire: mediante turbina o compresor integrado adaptable a fuente externa.			

Debe decir:

1.	8.1	Aire: mediante turbina o compresor de aire integrado al equipo, conexión a fuente de aire comprimido externa opcional.			

➢ **Donde dice:**

1.	10.12	Mecánicas de compliancia del pulmón, Estática, Resistencia, Presión media.			

Debe decir:

1.	10.12	Con o sin Mecánicas de compliancia del pulmón, Estática, Resistencia, Presión media.			

➢ **Donde dice:**

1.	4	Dimensiones:	Cumple	Parámetros	Folio
1.	4.1	Alto: entre 30 a 35 cm.			
1.	4.2	Ancho: entre 23 a 25 cm			
1.	4.3	Profundidad: entre 25 a 30 cm.			

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Villar
Jefe de Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

Debe decir:

1.	4	Dimensiones aprox ± 20%:	Cumple	Parámetros	Folio
1.	4.1	Alto: entre 30 a 35 cm.			
1.	4.2	Ancho: entre 23 a 25 cm			
1.	4.3	Profundidad: entre 25 a 30 cm.			

➢ **Donde dice:**

1.	5.3	Frecuencia respiratoria: 1 a 80 rpm			

Debe decir:

1.	5.3	Frecuencia respiratoria: 2 o menos a 65 o mas rpm			

➢ **Donde dice:**

1.	5.6	Presión Inspiratoria: 5 a 70 cm H2O o mayor			

Debe decir:

1.	5.6	Presión Inspiratoria: 5 o menor cm H2O a 60 cm H2O o mayor			

Sección III – Suministros Requeridos – Requerimientos para la entrega de los equipos adjudicados:

➢ **Donde dice:**

- La empresa deberá realizar capacitaciones de utilización y cuidados de los equipos que le han sido adjudicados, al personal Médico y de Enfermería designado por el jefe del Servicio de la dependencia para el cual fue adquirido el equipo. Estas capacitaciones tendrán una duración mínima de 30 (treinta) horas, con la correspondiente entrega de certificados.

Debe decir:

- La empresa deberá realizar capacitaciones de utilización y cuidados de los equipos que le han sido adjudicados, al personal Médico y de Enfermería designado por el jefe del Servicio de la dependencia para el cual fue adquirido el equipo. Estas capacitaciones tendrán una duración mínima de 20 (veinte) horas, con la correspondiente entrega de certificados.

➢ **Donde dice:**

- La empresa que resultara adjudicada deberá realizar capacitación técnica del equipo proveído con certificación de fábrica, debidamente autorizado por el fabricante para tal efecto y realizada por un personal capacitado de la fábrica, al personal técnico de la Sección Electromedicina Área Interior y Central del Departamento de Electromedicina. La certificación técnica deberá ser por cada funcionario que asista al curso, y deberá habilitar a cada uno de ellos a poder realizar mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Villar
Jefe de Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

adjudicados. Estas capacitaciones deberán realizarse en el lugar asignado por el Dpto. de Electromedicina para el efecto.

Debe decir:

- La empresa que resultara adjudicada deberá realizar capacitación técnica del equipo proveído con la correspondiente certificación, debidamente autorizado por el fabricante para tal efecto y realizada por un personal capacitado de la fábrica, al personal técnico de la Sección Electromedicina Área Interior y Central del Departamento de Electromedicina. La certificación técnica deberá ser por cada funcionario que asista al curso, y deberá habilitar a cada uno de ellos a poder realizar mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos adjudicados. Estas capacitaciones deberán realizarse en el lugar asignado por el Dpto. de Electromedicina para el efecto.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Villar
Jefe de Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.